

Liofilchem®

Certyfikat analizy

Strona 1 z 1

Produkt	Ref.	Partia	Data ważności
ComASP® Colistin 0.25-16	75001	050223509	2024.08.21
Zawartość zestawu	Partia	Data ważności	
ComASP Colistin	042423028	2024.08.21	
Mueller Hinton II Broth	042423026	2025.04.23	
ComASP Colistin (pusty panel)		102422094	
Kontrola mikrobiologiczna			
Inkubacja: Powietrze otoczenia, 16–20 godz. w 36 ± 2°C			

Badania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe

Badany zgodnie z aktualną metodyką CLSI

Szczepy kontrolne	Oczekiwane wyniki Zakres MIC * (mg/l)	Wyniki MIC (mg/l)
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922	0,25–2	0,5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853	0,5–4	0,5
<i>Escherichia coli</i> NCTC 13846 (mcr-1 dodatni)	2–8**	4

*Zatwierdzone przez EUCAST

**Utworzony przez EUCAST

Zwolnienie partii

Zatwierdzone

Data

03.05.2023

Podpis

Kontrola Jakości

(Ten dokument został
sporządzony elektronicznie i
jest ważny bez podpisu)

Podane wyniki uzyskano w chwili wydania certyfikatu.