

● Certyfikat analizy

Product Name: **UMIC Vancomycin / Teicoplanin**

Part No.: **UM-VAN/TEI-040**

LOT No.: **240527V/T**

Use by: **2026-05-27**

Date of Production: **2024-05-27**

Wyżej wymieniony produkt został przetestowany z użyciem poniżej wymienionych szczepów w ramach procedury kontroli jakości laboratoryjnej zgodnej z udokumentowanymi procedurami kontroli.

Wyniki kontroli odpowiadają wytycznym parametrom kontrolnym..

Lista szczepów:

Staphylococcus aureus ATCC 29213

Enterococcus faecalis ATCC 29212

Enterococcus faecium DSM 17050 (VAN-A)

Enterococcus faecalis ATCC 51299 (VAN-B)

Zastosowane procedury kontrolne są udokumentowanymi metodami stanowiącymi część systemu zarządzania jakością wdrożonego w naszej firmie, pozostającym w zgodzie z wytycznymi DIN EN ISO 13485.

Uwagi: Potwierdzono fenotypy oporności VanA i VanB wyżej wymienionych szczepów kontroli jakości

QC release date: 2024-05-29

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Germany
Fahrenheitstr. 4 - 28359 Bremen Mail:
micronaut.support@bruker.com phone +49-
421-2205-0

Niniejszy dokument został sporządzony w formie elektronicznej i jest ważny bez podpisu.