

• Certificate of Analysis

Product Name: **UMIC Vancomycin / Teicoplanin**

Part No.: **UM-VAN/TEI-040**

LOT No.: **240527V/T**

Use by: **2026-05-27**

Date of Production: **2024-05-27**

Das oben genannte Produkt wurde mit den folgenden Stämmen in unserem Qualitätskontroll-Labor nach dokumentierten Kontrollverfahren geprüft. Die Ergebnisse entsprechen den spezifizierten Kontrollparametern.

*The above product has been verified with the following strains in our quality control laboratory according to documented control procedures.
The results correspond to the specified control parameters.*

List of strains:

Staphylococcus aureus ATCC 29213

Enterococcus faecalis ATCC 29212

Enterococcus faecium DSM 17050 (VAN-A)

Enterococcus faecalis ATCC 51299 (VAN-B)

Die eingesetzten Kontrollverfahren sind festgeschriebene Anweisungen unseres internen Qualitätsmanagementsystems gemäß den Anforderungen der EN ISO 13485.

The control procedures used are documented methods of our internal quality management system according to the requirements of EN ISO 13485.

Remarks: Die VanA- und VanB-Resistenzphänotypen der oben genannten Qualitätskontrollstämmen wurden bestätigt.

The VanA and VanB resistance phenotypes of the above mentioned quality control strains were confirmed

QC release date: 2024-05-29

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Germany
Fahrenheitstr. 4 – 28359 Bremen
Mail: micronaut.support@bruker.com
phone +49-421-2205-0

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This document has been established electronically and is valid without signature.