

Wrocław, dnia 22.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **PN 111/23-SPRZĘT DLA PRACOWNI ENDOSKOPII**

I.Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dot. Załącznik nr 1 b do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - punkt 4 Bronchoskop LCD

Czy Zamawiający dopuści **Bronchoskop LCD** posiadający średnicę kanału roboczego wynoszącą 1,2 mm, zakres zginania końcówki góra 120°, dół 120° oraz głębią ostrości w zakresie 2-50 mm?

Odpowiedź nr 1 – Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku 1b do SWZ i określa w pkt 4 dla Bronchoskopu LCD średnicę kanału roboczego 1, 2 mm, zakres zginania końcówki góra 120°, dół 120° oraz głębią ostrości w zakresie 2-50 mm. Zmiany odzwierciedlone są w w/w załączniku.

W załączenie załącznik nr 1 b do SWZ po zmianach.

Sporządziła: Elwira Stołba