

zał. nr 2 do SWZ

Pakiet nr 1 - igły biopsyjne dla Kliniki Urologii

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
lp.	Asortyment	producent + nr katalogowy	ilość w szt.	Cena jedn.netto w zł	Wartość netto zł (kolumna 4x5)	stawka podatku Vat %	Wartość brutto zł. (kolumna 6+7)
1.	Jednorazowa igła automatyczna typu tru-cut do biopsji histologicznej tkanek miękkich 18G, dł. 200mm. Długość pobieranego wycinka 2 cm. Igła znakowana co centymetr ze znacznikiem widocznym w obrazie USG. Igła wyposażona w dwa niezależne przyciski spustu umieszczone na górnej powierzchni uchwyty w części proksymalnej i dystalnej. Igła z możliwością zastosowania dwóch trybów biopsji: a) automatycznego, b) półautomatycznego (możliwość strzału sekwencyjnego czyli zwolnienia tylko mandrynu i skontrolowania miejsca biopsji, a następnie zwolnienia kaniuli i odcięcia materiału biopsyjnego)	M.D.L srl TY1820	1000	68,00 zł	68 000,00 zł	8%	73 440,00 zł
2.	Igła automatyczna typu tru-cut do biopsji histologicznej tkanek miękkich. Długość pobieranego wycinka 2 cm. Igła znakowana co centymetr ze znacznikiem widocznym w obrazie USG. Igła wyposażona w dwa niezależne przyciski spustu umieszczone na górnej powierzchni uchwyty w części proksymalnej i dystalnej. Igła z możliwością zastosowania dwóch trybów biopsji: a) automatycznego, b) półautomatycznego (możliwość strzału sekwencyjnego czyli zwolnienia tylko mandrynu i skontrolowania miejsca biopsji, a następnie zwolnienia kaniuli i odcięcia materiału biopsyjnego) Igła wyposażona w prowadnicę koaksjalną. Wymagany rozmiar: igła biopsyjna 18G x 200 mm - prowadnica koaksjalna 17G x 183,10 mm	M.D.L srl TYC1820	100	85,00 zł	8 500,00 zł	8%	9 180,00 zł
3.	Jednorazowa igły Chiba do biopsji aspiracyjnej, iniekcji, znieczulenia - skalowana co 10 mm - znacznik echogeniczny zwiększający widoczność igły w USG - rozmiar igły 22 G - długość igły 200 mm - ogranicznik głębokości wkłucia	M.D.L. srl PB2220	1000	19,00 zł	19 000,00 zł	8%	20 520,00 zł
Razem					95 500,00 zł		103 140,00 zł

należy przesłać próbki w ilości 2 szt. do każdej pozycji

wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoc

duje odrzucenie oferty.