



Grudziądz, dnia 08.10.2024 r.

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - MAMMOGRAF (znak sprawy: Z/80/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - MAMMOGRAF (znak sprawy: Z/80/PN/24)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### Zapytanie 1:

*Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ. Zestawienie wymaganych funkcji i parametrów technicznych. Mammograf Cyfrowy*

*Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu uchwytów/łączników (mocowanie umożliwiające prowadzenie igły prostopadle i równoległe do detektora) umożliwiających wykorzystanie podczas procedur biopsyjnych systemu do biopsji Mammotome Revolve, który jest w posiadaniu szpitala oraz wprowadzenia parametrów igieł biopsyjnych dedykowanych do wykonywania biopsji stereotaktycznej?*

*Informujemy, że możliwość wykorzystania drugiego, kompatybilnego z mammografem aparatu do wykonywania biopsji stereotaktycznych w Państwa placówce jest bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku awarii systemu biopsyjnego lub braku asortymentu do wykonywania zabiegów. Taka alternatywa zapewni Państwu ciągłość diagnostyczną Pacjentek dedykowanych do biopsji pod mammografem?*

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż systemem biopsyjnym, który będzie wykorzystywany przy mammografii będzie Encor Enspire i wymóg żądania uchwytów do Mammotome Revolve jest bezzasadny.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

