

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do badania szybkości uwalniania :

- 8 stacji testujących
- Zgodność budowy oraz programów z USP/EP
- Krytyczny parametr : Wysoko umiejscowione łopatki umożliwiające łatwy dostęp do stacji testujących w celu poboru ręcznego próbek
- Termostat zewnętrzny z pompą
- Kontrola temperatury i RPM za pomocą wyświetlacza LED
- Zewnętrzny czujnik temperatury
- Zakres prędkości obrotowej łopatek : 20-220 RPM +- 1 RPM
- Krytyczny parametr : szerokość aparatu nie może być większa niż 48,5 cm ze względu na umiejscowienie w zakładzie
- Waga poniżej 40 kg ze względu na nośność stołów, którymi dysponuje KiZ Farmakognozji
- W zestawie zlewki testowe, łopatki zgodne z wymaganiami USP/EP, czujnik temperatury, pokrywki na komory testowe,

Koszyczki do aparatu do uwalniania :

- Zestaw 8 koszyzków zgodnych z wymaganiami USP/EP
- Konieczność zgodności z zamawianym aparatem do uwalniania – rozbudowa urządzenia