



**Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wawer**



SZPZLO/DZP.261.136.2024

Warszawa, dn. 20.12.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), pn. „Dostawa aparatu OCT na potrzeby SZPZLO Warszawa-Wawer”
Znak sprawy: SZPZLO/Z-36/2024.

Zamawiający zgodnie z zapisami Zaproszenia udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści Zaproszenia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dot. §4 ust. 5 (Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Projekt umowy), oraz Dział III. Wymagania dodatkowe pkt. 4 (Załącznik nr 3 do Zaproszenia – OPZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji do 24 godzin roboczych od zgłoszenia awarii w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowny zapis zostanie umieszczony w umowie wykonawczej. Jednocześnie Zamawiający publikuje zmodyfikowany Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Zatwierdził Dyrektor
SZPZLO Warszawa-Wawer
Sylvia Szepelawa
w dniu 20.12.2024 r.

