



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

Toruń, dnia 14-04-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-13/21

dotyczy: postępowania na dostawę *cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych; elektrod do czasowej przerywanej stymulacji serca.*

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1: dot. Zadania Nr 4:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2 i 3 i stworzenie osobnego zadania na te pozycje. Posiadamy w ofercie produkt w wyjątkowo atrakcyjnej cenie o parametrach niewiele różniących się od wymaganych w SIWZ.

Poniżej opis proponowanego produktu:

Pozycja 1

- koszulka transeptalna z przewodnikiem 0,032 150/180 cm 3 mm J
- średnice do wyboru : 7 F, 8 F, 8,5 F, 10 F
- długości koszulek: 60 cm, 62 cm, 80 cm
- dostępne 4 krzywizny: T0,T1,T2,T3
- dylator w komplecie o długościach: 67 cm, 85 cm

Pozycja 2

Koszulka 8,5 F z rozszerzaczem

Kompatybilna z igłą BRK 89 cm

Dwukierunkowa

Wygodne pokrętko

Krzywizny: 17 mm, 22 mm, 50 mm

Długość koszulki 67 cm. Dostępna również koszulka o długości 73 cm kompatybilna z igłą 98 cm

Pozycja 3

warunki SIWZ spełnione

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 5 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie uważa za nieuzasadnione.



Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 5:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca o następujących parametrach:

- dostępne 5 F, 6 F
- długość 1200 mm
- dwubiegunowe o stałej krzywiznie
- zakończone biegunem platynowo – irydowym
- pamięć kształtu w temperaturze ciała
- dostępne kilka krzywizn
- ring 1-2 mm
- tip 1,6-2 mm
- spacing 10 mm
- kompatybilność z urządzeniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska