



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl



Piła dnia 25.08.2022 roku

FZP.II-241/92/22/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego pn. **” LAMPY OPERACYJNA I ZABIEGOWA”**.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Lampa operacyjna okulistyczna

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że strop jest wykonany z betonu lanego 30cm.

Pytanie nr 2

Lampa operacyjna okulistyczna

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Wysokość sali wynosi 3 m. Z uwagi na trwające prace budowlane na tym etapie nie można ustalić odległości pomiędzy sufitem, a stropem. Zamawiający zaleca wizję lokalną celem ustalenia warunków montażu lampy.

Pytanie nr 3

Lampa operacyjna okulistyczna

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź: Tak, gwarantowane 230V 16A

Pytanie nr 4

Lampa operacyjna okulistyczna

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub-stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź: Tak, pomieszczeni techniczne o wysokości 130 cm.

Pytanie nr 5

Lampa operacyjna okulistyczna

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Tak, wyprowadzone centralnie z dużym zapasem 230v/16A

Pytanie nr 6

Lampa operacyjna okulistyczna

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź: Jest instalacja.

Pytanie nr 7

Lampa operacyjna okulistyczna

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

Odpowiedź: Nie ma lampy.

Pytanie nr 8

(dot. Lp. 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o nowoczesnej konstrukcji zbliżonej kształtem do litery „Y” wyposażonej w jeden moduł świetlny?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9

(dot. Lp. 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 9 diod LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10

(dot.Lp.12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę umożliwiającą pozycjonowanie lampy wyłącznie za pomocą wymiennego uchwytu sterylizowanego umieszczonego niecentralnie na czaszy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11

(dot. Lp. 13) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą średnicą pola roboczego wynoszącą 18 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12

(dot. Lp. 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą pola operacyjnego $d_{10\%} = 18$ cm oraz $d_{50\%} = 10$ cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13

(dot. Lp. 15) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o natężeniu oświetlenia z odległości 1m : 100 000 lux?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14

(dot. Lp. 16) Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 40-100% w 4 stopniach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15

(dot. Lp. 17, 36) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o stałej temperaturze barwowej na poziomie 4300 K?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16

(dot. Lp. 18, 35) Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw (Ra) wynoszącym 95?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17

(dot. Lp. 19) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zamocowaną na podwójnym ramieniu o zasięgu 152 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 18

(dot. Lp. 25) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z kopułą pomocniczą o kształcie zbliżonym do litery „Y”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 19

(dot. Lp. 26) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, której średnica czaszy satelitarnej wynosi 43 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 20

(dot. Lp. 27) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, której pozycjonowanie kopuły pomocniczej możliwe jest wyłącznie za pomocą wymiennego uchwytu sterylizowanego umieszczonego niecentralnie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21

(dot. Lp. 31) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kopułę satelitarną wyposażoną w 9 źródeł światła LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 22

(dot. Lp. 34) Czy Zamawiający dopuści czaszę satelitarną o wgłębności oświetlenia L1+L2: 80,4 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 23

(dot. Lp. 37) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kopułę pomocniczą z regulacją natężenia światła realizowaną dotykowo w 4 stopniach poprzez panel sterowania umieszczony przy kopule lampy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 24

(dot. Lp. 38) Czy Zamawiający dopuści do postępowania czaszę satelitarną z maksymalnym poborem mocy: 40W?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 25

(dot. Lp. 41) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegowa na statywie jezdnym wyposażonym w 5 kółek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 26

(dot. Lp. 42, Lp. 46) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową regulowaną wyłącznie niesterylnymi uchwytami „brudnymi” rozmieszczonymi na obwodzie lampy? Proponowana opcja zapewnia dokładne pozycjonowanie lampy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 27

(dot. Lp. 49) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową wyposażoną w 16 źródeł światła LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 28

(dot. Lp. 51) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o natężeniu oświetlenia w odległości 0,5m – 60 000 lux?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 29

(dot. Lp. 52) Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia L1+L2: 120,5 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 30

(dot. Lp.53) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 31

(dot. Lp. 54) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z możliwością wyboru temperatury barwowej 3500K lub 4500K?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 32

(dot. Lp. 55) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia w 4 krokach realizowaną wyłącznie dotykowo z panelu sterującego umieszczonego na czasy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 33

(dot. Lp.58) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z żywotnością źródła światła 30 000 godzin?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 34

(dot. Lp. 59) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z II klasą zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym?

Odpowiedź: Tak.