

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Giętki wideoendoskop intubacyjny z wyposażeniem – 1 zestaw.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Giętki wideoendoskop intubacyjny z wyposażeniem fabrycznie nowy, rok produkcji 2021.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
5.	Możliwość sterylizacji w autoklawie plazmowym.	TAK	
II.	Parametry:		
1.	Średnica zewnętrzna 5,5 mm.	TAK	
2.	Średnica kanału roboczego 2,1 mm.	TAK	
3.	Wygięcie końcówki roboczej 140°/140°.	TAK	
4.	Kierunek patrzenia 0°.	TAK	
5.	Długość robocza 65 cm.	TAK	
6.	Przetwornik obrazu w końcówce dystalnej typu CMOS.	TAK	
7.	Zintegrowane źródło światła LED.	TAK	
III.	Wyposażenie:		
1.	Monitor z ekranem o przekątnej min.: 7” i rozdzielczości min.: 1280x800. Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów. Zapis na karcie SD (w zestawie). lub Monitor z ekranem o przekątnej min.: 18” i rozdzielczości Full HD. Zasilanie 230V, 50Hz. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów w pamięci wewnętrznej urządzenia min.: 45 GB i w pamięci typu Pen Drive.	TAK, podać	
2.	Stabilny statyw jezdny z wyposażeniem pozwalającym na zamocowanie zaoferowanego monitora i giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego, oraz z metalowym koszem.	TAK	
3.	Walizka ochronna na zaoferowany giętki wideoendoskop intubacyjny.	TAK	
4.	Kontener do sterylizacji i przechowywania zaoferowanego giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego.	TAK	
5.	Tuba ochronna na zaoferowany giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 opakowanie.	TAK	
IV.	Dokumentacja:		

1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
----	--	-----	--

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)