



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.
Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.1286.2024
(Zam. 292/2024/TP-I/DZP)

Olsztyn, 10 lipca 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 292/2024/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej i sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”

Odpowiedzi na pytania nr 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia odpowiedź na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Część 2 – Destylator parowy Kjeldahla – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie destylatora o wymiarach zewnętrznych : szerokość 440 mm x wysokość 790 mm x głębokość 340 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ofertę z aparatem o przedstawionych wymiarach.

Stanowisko badawcze, w którym planowana jest instalacja dopuszcza wymiary urządzenia takie jak przedstawione we wniosku (specyfikacja opisu przedmiotu zamówienia). Przekroczenie wskazanego rozmiaru będzie problematyczne dla instalacji aparatu.

Z poważaniem,

Kanclerz

mgr inż. Bogusław Stec

/podpisano elektronicznie/



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedzi udzielił –

Sporządziła: Wiesława Szepiła