

Bielsko-Biała dn.13.02.2023 r.

DZP.271.9.2023 - 5

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.48.2022

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy osłonki 2.3 mm zamiast 2,4 mm? Wszystkie pętle dodatkowo z funkcją rotacji 360 stopni? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również pętle do polipektomii z osłonkami o średnicy 2.3 mm, pod warunkiem że spełnią pozostałe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Grzegorz Kubica