



znak: D25C/252/N/24-64rj/23

Wejherowo, dnia 27.09.2023 r.

D.25C/250/711/2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP APARATURY, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. W LOKALIZACJI: CENTRUM MEDYCZNE SMOLUCHOWSKIEGO W GDAŃSKU**, znak: D25C/252/N/24-64rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2. Ssak medyczny przewoźny

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert zmiany parametru:

Z parametru:

„Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (maksymalnie 48 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności)”

Na parametr:

„Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka medycznego przewoźnego posiadającego bezobsługową (nie wymagającą konserwacji), bezolejową pompę tłokową, niskoobrotową (poniżej 50 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności), spełniającego pozostałe parametry określone w SWZ.

Wykonawca oferując asortyment o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 6 do SWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Marzena Magulska