

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Część 9 - Dostawa wideo-laryngoskopu z oprzyrządowaniem

Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

Sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach dostawy zamówienia:

Nazwa	Typ, model	Nr katalogowy (nr konfiguracji lub part numer)
Wideo – laryngoskop z oprzyrządowaniem.		

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Lp.	Opis elementów	Wymagania minimalne	Oferta Wykonawcy (opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu)
1.	Wideo – laryngoskop z oprzyrządowaniem.	Rok produkcji 2022'	
2.		Urządzenie z kolorowym monitorem TFT LCD, ten sam monitor dla video-styletów.	
3.		Rozdzielczość monitora 320 x 240.	
4.		Urządzenie posiadające monitor z możliwością ustawień kąta nachylenia w każdym kierunku.	
5.		Kąt widzenia monitora min. 60°.	
6.		Długość pracy baterii: min 120 minut po całkowitym naładowaniu.	
7.		Długość ładowania baterii urządzenia: do 3 h.	
8.		Pamięć wbudowana urządzenia: 32GB, umożliwiająca zapis zdjęć oraz plików wideo.	
9.		Zapis wideo oraz zdjęć realizowany w osobnych folderach.	
10.		Menu umożliwiające przegląd zapisu wideo oraz zdjęć.	
11.		Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu podglądowego.	

12.		Możliwość zgrania zapisu wideo i zdjęć za pomocą przewodu USB/USB Mini.	
13.		Urządzenie posiadające jeden monitor, kompatybilny z trzema osobnymi łyżkami.	
14.		Urządzenie zawierające 3 łyżki zintegrowane z rękojeścią z kamerą CMOS każda.	
15.		Rękojeść pierwsza: zintegrowana z łyżką. Konstrukcja umożliwiająca szybką wizualizację głośni. Rozmiar 13.2-23.6 kg.	
16.		Rękojeść druga: zintegrowana z łyżką. Konstrukcja umożliwiająca szybką wizualizację głośni. Rozmiar 23.6 - 90 kg.	
17.		Rękojeść trzecia: zintegrowana z łyżką. Konstrukcja umożliwiająca szybką wizualizację głośni. Rozmiar 90 kg i więcej.	
18.		Łyżka nakładana, jednorazowa do laryngoskopu. Pakowana sterylnie. Rozmiar 3 / 90 kg i więcej. / Oznaczenie rozmiaru na łyżce. Łyżka transparentna. Opakowanie 100 szt. łyżek.	
19.		Łyżka nakładana, jednorazowa do laryngoskopu. Pakowana sterylnie. Rozmiar 2 / 23.6 kg - 90 kg./ Oznaczenie rozmiaru na łyżce. Łyżka transparentna. Opakowanie 100 szt. łyżek.	
		Łyżka nakładana, jednorazowa do laryngoskopu. Pakowana sterylnie. Rozmiar 1 / 13.2 - 23.6 kg. / Oznaczenie rozmiaru na łyżce. Łyżka transparentna. Opakowanie 100 szt. łyżek.	
		Akcesoria wymagane w zestawie: Prowadnica Stylet, kapki ochronne do zamknięcia zintegrowanej łyżki z rękojeścią w celu dezynfekcji, przewody do ładowania, ładowarka.	
20.	Certyfikaty, oświadczenia i standardy	Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania obowiązującej deklaracji zgodności CE.	

Uwaga:

Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.