

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Część 7- Dostawa krzeselka kardiologicznego

Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

Sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach dostawy zamówienia:

Nazwa	Typ, model	Nr katalogowy (nr konfiguracji lub part numer)
Krzeselko Kardiologiczne		

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Lp.	Opis elementów	Wymagania minimalne	Oferta Wykonawcy (opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu)
1.	Krzeselko Kardiologiczne płozowe	Rok produkcji 2022'	
2.		Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	
3.		Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach	
4.		Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję	
5.		Składane do transportu w ambulansie	
6.		Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach	
7.		Wyposażone w 4 koła o szerokości min. 30 mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°	
8.		Średnica tylnych kół min. 120 mm	
9.		Średnica przednich kół min. 100 mm	

10.		Min. 2 hamulce na tylnych kołach	
11.		Uchylnie rączki tylne, blokowane	
12.		Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach	
13.		Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka $\geq 30^\circ$	
14.		Stabilizator głowy pacjenta	
15.		Podnózek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze min. 7 cm x 24 cm	
16.		Min. 3 pasy poprzeczne	
17.		Maksymalne wymiary po złożeniu: max. 96 cm x max.52 cm x max. 20 cm	
18.		Udźwig min. 226 kg	
19.		Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie: - uchwyt na butlę tlenową - uchwyt na płyny infuzyjne - dodatkowy rozkładany podnózek	
20.	Certyfikaty, oświadczenia i standardy	Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania obowiązującej deklaracji zgodności CE.	

Uwaga:

Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.