

# WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

## Cześć 6 - Dostawa skaneru do naczyń krwionośnych

**Zadanie:** Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

RZ.271.44.2022

**1. ZAMAWIAJĄCY:** Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

**2. WYKONAWCA:**

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

**Sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach dostawy zamówienia:**

Nazwa	Typ, model	Nr katalogowy (nr konfiguracji lub part numer)
Skaner do naczyń krwionośnych		

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Lp.	Opis elementów	Wymagania minimalne	Oferta Wykonawcy (opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu)
1.	<b>Skaner do naczyń krwionośnych (iluminator naczyniowy)</b>	Rok produkcji 2022'	
2.		Bezkontaktowy iluminator naczyniowy - skaner żył do wizualizacji przebiegu naczyń krwionośnych.	
3.		Wykrywający przebieg naczyń, wyświetlając go bezpośrednio na skórze pacjenta w czasie rzeczywistym.	
4.		Urządzenie medyczne, przenośne / podręczne (trzymane w ręce – możliwość zamocowania na statywie).	
5.		Wizualizacja naczyń krwionośnych oparta na analizie pochłaniania emitowanego przez aparat światła podczerwonego.	
6.		Cyfrowe przetwarzanie oraz wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym wraz z wyświetlaniem poziomu głębokości żyły, różne tryby pracy.	
7.		Odległość wykrywania: min. 15-25 cm	
8.		Dokładność położenia naczyń : $\pm 0,5$ mm	
9.		Głębokość wykrywania: min 6 mm.	
10.		Poziom hałasu: < 20db.	
11.		Zasilanie sieciowe: 5V 2.0A ,100-240V, 50-	

		60Hz,	
12.		Bateria: litowa lub litowo-jonowa wielokrotnego działania.	
13.		Czas działania na baterii: min. 3 godziny.	
14.		Alarm / komunikat o niskim stanie baterii.	
15.	<b>Certyfikaty, oświadczenia i standardy</b>	Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania obowiązującej deklaracji zgodności CE.	

**Uwaga:**

Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.