

# WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

## Część 8 Dostawa pulsoksymetru z kapnometrem

**Zadanie:** Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

RZ.271.44.2022

**1. ZAMAWIAJĄCY:** Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

**2. WYKONAWCA:**

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

**Sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach dostawy zamówienia:**

Nazwa	Typ, model	Nr katalogowy (nr konfiguracji lub part numer)
Pulsoksymetr z kapnometrem.		

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Lp.	Opis elementów	Wymagania minimalne	Oferta Wykonawcy (opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu)
1.	<b>Pulsoksymetr z kapnometrem.</b>	Rok produkcji 2022'	
2.		Pomiar kluczowych parametrów życiowych dotyczących wymiany oddechowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>końcowo wydechowe stężenie dwutlenku węgla [EtCO<sub>2</sub>],</li> <li>wdechowe stężenie dwutlenku węgla [InCO<sub>2</sub>],</li> <li>częstość oddechów [RR], wysycenie krwi tlenem - saturacja [SpO<sub>2</sub>],</li> <li>puls [PR].</li> </ul>	
3.		Czytelny, kolorowy wyświetlacz 3.5" TFT. Intuicyjne menu użytkownika.	
4.		Instrukcja obsługi w języku polskim.	
5.		Alarmy mierzonych parametrów z regulacją granic alarmowych.	
6.		Kompensacja ciśnienia i temperatury w płucach (kompensacja BTPS)	
7.		Dla pacjentów zaintubowanych lub niezaintubowanych	
8.		Detekcja bezdechu [APNEA] z ustawianą	

		granicą czasu.	
9.		Przechowywanie trendów graficznych do 24 godzin	
10.		Kabel USB do przesyłania danych na komputer	
11.		Zasilanie akumulatorowe i sieciowe.	
12.	<b>Parametry techniczne</b>	<u>EtCO<sub>2</sub></u> : Zakres EtCO <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> : 0-150 mmHg (0-20 kPa lub 0-20% (V / V))	
13.		Precyzja: • ± 2 mmHg, gdy 0-40 mmHg • ± 5% (odczyt), gdy > 41-70 mmHg • ± 8% (odczyt) przy > 71-100 mmHg • ± 10% (odczyt), gdy > 101-150 mmHg	
14.		Aktualizacja: każdy oddech, 10, 20 lub 30 sekund do wyboru	
15.		Długość trendu: 24 godziny	
16.		<u>Szybkość oddychania</u> : • Zakres: 3-150 oddechów / min • Dokładność: ± 1% (odczyt) lub ± 1 raz / min, w zależności od tego, która wartość jest większa • Długość trendu: 24 godziny • Strumień: wybór 50-250 cm <sup>3</sup> / min	
17.		<u>SpO<sub>2</sub></u> : • Zakres nasycenia oksymetrem: 0-100% • Dokładność: ± 2%, gdy 70-100%, ± 3%, gdy 50-69% • Długość trendu: 24 godziny	
18.		<u>Puls</u> : • Zakres: 30-250 bpm • Dokładność: ± 2 bpm lub ± 2% (odczyt) przy 30-250 bpm • Długość trendu: 24 godziny	
19.		<u>Zasilacz</u> : • Pobór prądu zmiennego: 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W • Bateria: Wbudowana litowo-jadowalna bateria - 3,6 V, 3000 mAh • Czas pracy: 10 godzin	
20.		Małe wymiary i niska waga / kompaktowy/ – umożliwiający trzymanie i obsługę urządzenia za pomocą jednej dłoni.	
21.		Innowacyjny filtr / pułapka wodna T4, linia próbkująca i kaniula nosowa	
22.		Czujnik SpO <sub>2</sub> typu klips na palec dla dorosłych oraz czujnik dodatkowy dla dzieci	
23.	<b>Certyfikaty, oświadczenia i standardy</b>	Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania obowiązującej deklaracji zgodności CE.	

#### Uwaga:

Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.