

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/58/22

Sucha Beskidzka, dnia 15.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa sprzętu medycznego (szyna rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewający pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ciśnieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne, wózek do transportu zwłok, autoklaw)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 3:

Pytanie 1, Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności jednostkę sterującą o wymiarach 300 mm x 155 mm x 130 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 2, Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji temperatury w zakresie 32 - 39 °C, ze skokiem co 0,5°C?

Odp.: Zgodnie z swz, parametr oceniany.

Pytanie 3, Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z alarmami: zbyt wysokiej/niskiej temperatury, alarm czasowy, alarmowe wyłączenie przez zbyt wysoką temperaturę, alarm uszkodzenia czujnika, alarm uszkodzenia elementu grzejnego, wizualny wskaźnik niepodłączonego/źle podłączonego elementu grzejnego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, Poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 105 cm x 50 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, Poz. 13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, gdzie komunikaty alarmowe wyświetlane literą A1-A6, wytłumaczenie znajduje się w instrukcji obsługi.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 6, Poz. 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca posiadającego zgrzewane pokrycie z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zabezpieczającej przed przedostaniem się płynów do wnętrza materaca.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, Poz. 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca zewnętrznego wielokrotnego użytku wykonanego z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, z możliwością czyścić powierzchniowo i prać w temperaturze do 95 °C.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, Poz. 21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaców, które tak samo ogrzewają pacjenta nie zależnie od strony, którą są położone na stół, stąd wynika brak konieczności oznaczenia strony grzewczej.


Odp.: Tak, Zamawiaczy dopuszcza.

Pytanie 9, Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści stojak mobilny o wymiarach: wysokość: 1101 mm, szerokość podstawy: 600 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści kosz transportowy o wymiarach : 360x 160x 150 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Jacek Brzowski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla