

Czarnków, dnia 03.07.2023r.

ZP/PN/2/2023

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE 2023/S 108-337910 w dniu 07.06.2023r.

Zamieszczono na stronie internetowej: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

**1. Dot. P4 – Centrala monitorująca do kardiomonitorów, punkty 17. i 19.:**

Czy Zamawiający dopuści system centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy o opisane w punktach: 17. i 19. funkcjonalności, które wymagają dostarczenia urządzeń i usług (po stronie oferowanej centrali, a także dostawcy szpitalnego systemu informatycznego) umożliwiających integrację z posiadanym systemem szpitalnym, co w znaczący sposób podniesie koszt oferowanego rozwiązania.

Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku niektórych dostawców szpitalnych systemów informatycznych dostępnych na terenie RP, koszt integracji po stronie HIS wynosi nawet 400.000,00 – 500.000,00 PLN.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie uprzejmie prosimy o udzielenie dodatkowych informacji, które pozwolą przygotować ofertę i uwzględnić w cenie wszystkie wymagane elementy i usługi:

- Czy Zamawiający posiada dostępne wolne zasoby w środowisku wirtualnym Vmware, które może udostępnić dostawcy systemu centralnego monitorowania do instalacji systemu umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy systemem centralnego monitorowania, a systemem szpitalnym (wymogi poniżej) – co pozwoli obniżyć koszt oferty o wartość ew. fizycznej maszyny serwerowej: o CPU: 6 rdzeni z taktowaniem min. 1,9 GHz, o Pamięć RAM: 16GB, o Pamięć masowa: 300GB, o Interfejs sieciowy: 3x GigabitEthernet LAN.
- Prosimy o podanie dostawcy i nazwy wykorzystywanego szpitalnego systemu informatycznego (HIS) – co umożliwi uzyskanie odpowiedniej oferty na usługi integracyjne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszej rozbudowy systemu centralnego monitorowania o opisane w pkt. 17 i 19 [P4] funkcjonalności. Tzn. na etapie dostawy P4 Zamawiający nie wymaga funkcjonalności opisanych w pkt. 17 i 19 [P4].

**2. Dot. P4 – Centrala monitorująca do kardiomonitorów, punkty 20.:**

Czy Zamawiający dopuści system centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy o funkcjonalność opisaną w punkcie 20.? Realizacja tej funkcjonalności wiąże się z dodatkowym kosztem: dostawy oprogramowania oraz serwera.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy posiada dostępne wolne zasoby w środowisku wirtualnym Vmware, które może udostępnić dostawcy systemu centralnego monitorowania do instalacji systemu umożliwiającego zdalny podgląd parametrów życiowych pacjentów (wymogi poniżej) – co pozwoli obniżyć koszt oferty o wartość ew. fizycznej maszyny serwerowej:

- CPU: 2 rdzenie z taktowaniem min. 2 GHz,
- Pamięć RAM: 8GB,
- Pamięć masowa: 200GB,
- Interfejs sieciowy: fizycznie 3x GigabitEthernet LAN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszej rozbudowy systemu centralnego monitorowania o opisane w pkt. 20 [P4] funkcjonalności. Tzn. na etapie dostawy P4 Zamawiający nie wymaga funkcjonalności opisanych w pkt. 20 [P4].

**3. Czy w zakresie P.4 centrala monitorująca do kardiomonitorów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 20 tygodni?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił termin dostawy, który jest również kryterium premiującym. Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy. Terminy dostawy liczone są od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, ale ostateczny termin dostawy nie może być dłuższy niż 30.09.2023r.

Zmianie ulega § 2 ust. 1 umowy.

**4. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 ppkt 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu umowy w częściach, przy czym maksymalna ilość części nie może przekraczać 2 (słownie: dwóch), a minimalna wartość dostarczonej pierwszej części przedmiotu umowy, liczonej według cen podanych w formularzu ofertowym, nie może być niższa niż 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) ogólnej wartości zamówienia. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy. Zamawiający wyraził zgodę na naliczanie kar umownych od wartości brutto części nie dostarczonych w terminie.

Dodaje się § 2 ust. 2 umowy.

Dodaje się § 6 ust. 8 umowy.

**5. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 ppkt 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu umowy w częściach. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy. Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości brutto części nie dostarczonych w terminie.

Dodaje się § 6 ust. 8 umowy.

**6. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 ppkt 2), 3) oraz 4):**

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ innych oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający obniża kary umowne wskazane w § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3) do 15% (słownie: piętnaście procent). Ponadto Zamawiający obniża karę umowną w § 6 ust. 3 ppkt. 1) do 15% (słownie: piętnaście procent). W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3), a także § 6 ust. 3 ppkt. 1) umowy.

**7. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości całego wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 ust. 1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający obniża maksymalną wysokość kar umownych łącznie wskazaną w § 6 ust. 7 do wysokości 15% (słownie: piętnaście procent). W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 6 ust. 7 umowy.

**8. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4:**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:  
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 7 ust. 4 umowy.

**9. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 8:**

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękopmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może

potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 7 ust. 8 umowy.

**10. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1:**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
  - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zapisów umowy wyłączeń w zakresie gwarancji. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 7 ust. 1 umowy.

**11. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2:**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie

Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi z zapisów umowy. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 7 ust. 4 umowy.

**12. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 5:**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje modyfikację ust. 5 oraz dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 8 ust. 5 umowy.

**13. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Zestaw pomp infuzyjnych [P5] - Zestaw pomp dla OIT 3 zestawy (6 szt. Przepływowe)

P5. pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę, wyposażoną w obsługę wyjścia danych, w tym HL7, Wi-Fi, USB 2.0 oraz 3.0 bez obsługi interfejsu RS485?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jako alternatywne. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy OPZ.

**14. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Zestaw pomp infuzyjnych [P5] - Pompa strzykawkowa (18 szt. Strzykawkowe)

P5. pompa strzykawkowa pkt. 17. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę realizującą bolus o objętości w zakresie od 0.1 ml do 50 ml zamiast wymaganej wartości 0.1 do 999.90 ml, która to wartość wydaje się błędna?

**Odpowiedź:**

W związku z oczywistą omyłką pisarską, Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy OPZ.

**15. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Zestaw pomp infuzyjnych [P5] - Pompa strzykawkowa (18 szt. Strzykawkowe)

P5. pompa strzykawkowa pkt. 33. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę, wyposażoną w obsługę wyjścia danych, w tym HL7, Wi-Fi, USB 2.0 oraz 3.0 bez obsługi interfejsu RS485?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jako alternatywne. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy OPZ.

**16. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Aparat do znieczulenia ogólnego, wersja dla dzieci i dorosłych [P7]

P7. II System dystrybucji gazów, pkt.2 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w urządzenie zapewniające minimalne stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% +5% / -4% po uwzględnieniu dokładności podaży, zamiast wymaganej wartości 25%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza odchylenia na poziomie +/- 5% (słownie: plus/minus pięć procent) po uwzględnieniu dokładności podaży, zamiast wymaganej wartości 25%. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy OPZ.

**17. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Aparat do znieczulenia ogólnego, wersja dla dzieci i dorosłych [P7]

P7. Monitor pacjenta, II parametry ogólne, pkt 9 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pozwalający na dołączenie zewnętrznego monitora o rozdzielczości 1920x1080 poprzez złącze DVI zamiast HDMI, bez gniazda kart pamięci ale wyposażony w złącza USB realizujący tą samą funkcjonalność?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jako alternatywne. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy OPZ.

**18. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Aparat do znieczulenia ogólnego, wersja dla dzieci i dorosłych [P7]

P7. Monitor pacjenta, mierzone parametry, I EKG, pkt. 2 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor wyposażony w pomiar częstości akcji serca w zakresie od 10 do 350 /min, zamiast wymaganej wartości od 0 do 350 /min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza monitor wyposażony w pomiar częstości akcji serca w zakresie od 10 do 350 /min. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy OPZ.

**19. Dotyczy SWZ §2 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania:**

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia zza granicy, a także obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy dla pozycji nr 4 załącznika nr 3 do SWZ Formularz cenowo-techniczny do 100 dni od złożenia zamówienia? Urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił termin dostawy, który jest również kryterium premiującym. Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy. Terminy dostawy liczone są od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, ale ostateczny termin dostawy nie może być dłuższy niż 30.09.2023r.

Zmianie ulega § 2 ust. 1 umowy.

**20. Dotyczy SWZ §2 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sukcesywne dostawy oferowanych produktów w terminie do 70 dni od podpisania umowy czy należy dostarczyć je wszystkie na raz w wyżej wymienionym terminie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu umowy w częściach, przy czym maksymalna ilość części nie może przekraczać 2 (słownie: dwóch), a minimalna wartość dostarczonej pierwszej części przedmiotu umowy, liczonej według cen podanych w formularzu ofertowym, nie może być niższa niż 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) ogólnej wartości zamówienia. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy. Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości brutto części nie dostarczonych w terminie.

Dodaje się § 2 ust. 2 umowy.

Dodaje się § 6 ust. 8 umowy.

**21. Dotyczy SWZ §8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz wyłącznego wniesienia wadium?

**Odpowiedź:**

Biorąc pod uwagę szacowaną wartość zamówienia Zamawiający NIE odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**22. Dotyczy SWZ §3 Wysokość i zasady wniesienia wadium:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium, które zobowiązany jest wnieść Wykonawca zostało zmniejszone do kwoty 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)?

**Odpowiedź:**

Biorąc pod uwagę szacowaną wartość zamówienia Zamawiający NIE wyraża zgody na obniżenie wartości wadium.

**23. Dotyczy SWZ §4 Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, podstawy wykluczenia, oferta oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy:**

Prosimy o dodanie do SWZ w opisie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia w punkcie „Zdolności technicznej i zawodowej”, że Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał certyfikat wdrożonego systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 oraz ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, instalacji i obsługi serwisowej aparatury medycznej? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający NIE wyraża zgody.

**24. Dotyczy projektu umowy §6 Kary umowne:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna maksymalna wartość kar umownych nie mogła przekraczać 10% wartości brutto umowy? Gdyż wysokość 20% wartości brutto umowy jest karą zbyt wygórowaną

nie adekwatną do wartości przewidzianej umowy oraz nieuzasadnioną wysokością poniesionych ewentualnych strat. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasad proporcjonalności. Celem wprowadzenia obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 20% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 10% wartości brutto umowy, co umożliwi również Wykonawcy właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający obniża maksymalną wysokość kar umownych łącznie wskazaną w § 6 ust. 7 do wysokości 15% (słownie: piętnaście procent). W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3), a także § 6 ust. 3 ppkt. 1) umowy.

**25. Dotyczy projektu umowy §6 Kary umowne:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jeśli nastąpi ono z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany był do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy? Gdyż wysokość 20% wartości brutto umowy jest karą zbyt wygórowaną nie adekwatną do wartości przewidzianej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający obniża kary umowne wskazane w § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3) oraz 4) do 15% (słownie: piętnaście procent). Ponadto Zamawiający obniża karę umowną w § 6 ust. 3 ppkt. 1) do 15% (słownie: piętnaście procent). W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3), a także § 6 ust. 3 ppkt. 1) umowy.

**26. Dotyczy projektu umowy §6 Kary umowne:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy? Gdyż wysokość 20% wartości brutto umowy jest karą zbyt wygórowaną nie adekwatną do wartości przewidzianej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający obniża kary umowne wskazane w § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3) oraz 4) do 15% (słownie: piętnaście procent). Ponadto Zamawiający obniża karę umowną w § 6 ust. 3 ppkt. 1) do 15% (słownie: piętnaście procent). W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 6 ust. 2 ppkt. 2), 3), a także § 6 ust. 3 ppkt. 1) umowy.

**27. Dotyczy projektu umowy §6 Kary umowne:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie zapisów: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w przypadku



niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wartości brutto (Przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1. Taka sama kara będzie przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad/usterek w stosunku do ustalonych terminów ich usunięcia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy. Gdyż wyznaczenie kar na poziomie 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasad proporcjonalności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający NIE wyraża zgody.

**28. Dotyczy projektu umowy §6 Kary umowne:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu umowy w częściach, przy czym maksymalna ilość części nie może przekraczać dwóch, a minimalna wartość dostarczonej pierwszej części przedmiotu umowy, liczonej według cen podanych w formularzu ofertowym, nie może być niższa niż 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) ogólnej wartości zamówienia. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy. Zamawiający w takim przypadku, nie będzie naliczał kar umownych od wartości brutto części dostarczonych w terminie.

Dodaje się § 2 ust. 2 oraz § 6 ust. 8 umowy.

**29. Dotyczy projektu umowy §6 Kary umowne:**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 projektu umowy w przypadku dostarczenie na czas zwłoki w dostawie urządzenia zastępczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie, przy czym parametry urządzenia zastępczego muszą być takie same lub wyższe niż wymagane przez Zamawiającego dla danego urządzenia. Ponadto Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty: dostawy, uruchomienia, gwarancji na czas eksploatacji urządzenia zastępczego obciążają Wykonawcę.

Dodaje się § 6 ust. 9 umowy.

**30. Dotyczy projektu umowy §4 Wartość umowy i warunki płatności:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego .pdf na wskazany przez siebie adres poczty e-mail?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Dodaje się § 4 ust. 11 i 12 umowy.

**31. Dotyczy projektu umowy §4 Wartość umowy i warunki płatności:**

Prosimy o dodanie do projektu umowy następującej treści: „Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będącego przedmiotem umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony będą uprawnione do ustalania, czy zmiana cen materiałów lub kosztów, spełniająca warunki określone w treści umowy, wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy. Zmianie ulega § 4 ust. 3 umowy.

**32. Dotyczy projektu umowy §7 Gwarancja i rękojmia:**

Gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie §7 Gwarancja i rękojmia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji: „Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a) niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;
- b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- c) jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (np. pożar, powódź);
- e) normalnego zużycia wymienionych części.”


**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zapisów umowy wyłączeń w zakresie gwarancji. W tym zakresie Zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapisy umowy.

Zmianie ulega § 7 ust. 1 umowy

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania **nie zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert.**

W składanych ofertach prosimy o uwzględnienie treści odpowiedzi.

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Szarnowie  
  
mgr Beata Sadowska

