

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

ZP/p/2/2021

Poznań, dnia 1.04.2021 roku

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych, parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i analizy moczu wraz z dzierżawą analizatorów”. Nr postępowania: Zp/p/2/2021.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1-7

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Część Nr 4

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo czułość pola dla odczytu: glukozy minimum 50,4 mg/dl i dla białka minimum 15 mg/dl, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza czułość pola dla odczytu: glukozy minimum 50,4 mg/dl i dla białka minimum 15 mg/dl, przy spełnieniu pozostałych wymagań

Pytanie 2

W związku z wymaganym podłączeniem analizatora do sieci informatycznej laboratorium prosimy o informację do jakiego systemu informatycznego ma być podłączony analizator.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż analizator ma być podłączony do Systemu Informatycznego Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.

Pytanie 3

Czy w celu podłączenia analizatora do sieci informatycznej Zamawiający zapewni stację roboczą (komputer) i monitor, czy elementy te ma dostarczyć wykonawca ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zapewni stację roboczą i monitor celem realizacji podłączenia.

Część nr 4.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o informację na temat dostawcy laboratoryjnego systemu informatycznego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający, informuje, iż dostawcą systemu, do którego ma być podłączony analizator jest Nexus Polska Sp. z o.o.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wyniósł do 24 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail), natomiast przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 48 godzin od momentu kontaktu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostęp do serwisu był ustalony zgodnie z godzinami pracy biura Wykonawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych, w których czułość poladla odczytu glukozy wynosi minimum 50 mg/dl?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych, w których czułość pola dla odczytu glukozy wynosi minimum 50 mg/dl

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podłączenie analizatora do sieci informatycznej laboratorium nastąpiło w terminie do 10 dni roboczych od daty uruchomienia analizatora?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza podłączenie analizatora do sieci informatycznej laboratorium nastąpiło w terminie do 10 dni roboczych od daty uruchomienia analizatora.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator posiadał jednokierunkową komunikację z systemem informatycznym laboratorium?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, zostały przeprowadzone przez serwis Wykonawcy posiadający certyfikat szkolenia z obsługi i serwisu analizatora wydany przez producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, zostały przeprowadzone przez serwis Wykonawcy posiadający certyfikat szkolenia z obsługi i serwisu analizatora wydany przez producenta.

Zestaw zapytań nr 3

Pytanie 1

Dotyczy: zał. nr 2 (dla części nr 3) – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 3 dot. analizatora nr 1 i 2: „Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, osocze, dializat.” Czy Zamawiający dopuści analizatory dokonujące pomiarów w krwi żylniej, krwi tętnicznej, krwi kapilarnej? Ze względu na znikomą częstotliwość wykonywania oznaczeń na dializacie Zamawiający będzie mógł je przeprowadzać w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 na koszt Oferenta.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizatory dokonujące pomiarów w krwi żylniej, krwi tętnicznej, krwi kapilarnej.

Pytanie 2

Dotyczy: zał. nr 2 (dla części nr 3) – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2 (dot. analizatora nr 1 i 2): „Parametry: pH, pO₂, pCO₂, BE, HCO₃, Na, K, Cl, Ca, laktaty glukoza, methemoglobina oznaczane jednocześnie.”

Czy Zamawiający wymaga zakresu liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,1mmol/L?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zakresu liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,1mmol/L.

Pytanie 3

Dotyczy: zał. nr 2 (dla części nr 3) – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 13 (dot. analizatora nr 1 i 2): „Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników z terminem ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy.

Pytanie 4

Dotyczy: zał. nr 2 (dla części nr 3) – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 17 (dot. analizatora nr 1 i 2): „Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach, pamięć wyników kontroli.”

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzania kontroli jakości na 3 poziomach każdej doby?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy: zał. nr 2 (dla części nr 3) – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 19 (dot. analizatora nr 1 i 2) Prosimy o wskazanie do jakiego systemu informatycznego należy podłączyć analizator?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż analizator ma być podłączony do Systemu Informatycznego Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.

Zestaw zapytań nr 4

Dotyczy pakietu nr 1 Biochemia

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 17 parametrów granicznych analizatora biochemicznego, część nr 1, zał.nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg " odczynniki gotowe do użycia" Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania czy łączenia składników ? Jeśli tak, to czy Zamawiający uzna za

spełniony warunek możliwość zaoferowania jednego odczynnika który przed wstawieniem na pokład analizatora wymaga jedynie przelania jego zawartości do specjalnej kasety bez odczytywania jego części składowych oraz spełniającego pozostałe warunki dotyczące odczynników?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowania jednego odczynnika który przed wstawieniem na pokład analizatora wymaga jedynie przelania jego zawartości do specjalnej kasety bez odczytywania jego części składowych oraz spełniającego pozostałe warunki dotyczące odczynników

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 21 parametrów granicznych analizatora biochemicznego, część nr 1, zał. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia wykonywane były w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej, hemolizacie, natomiast dla materiału jakim jest płyn dializacyjny wykorzystywane były protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy lub moczu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby oznaczenia wykonywane były w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej, hemolizacie natomiast dla materiału jakim jest płyn dializacyjny wykorzystywane były protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy lub moczu.

Dotyczy pakietu nr 2 Immunochemia:

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 8 parametrów granicznych analizatora immunochemicznego, część nr 2, zał. nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, potwierdzone w deklaracjach CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, potwierdzone w deklaracjach CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 10 parametrów granicznych analizatora immunochemicznego, część nr 2, zał. nr 2: Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników zgodnie z trwałością po otwarciu opisaną przez Producenta w ulotce metodycznej. Oferowany analizator oraz specyfika odczynników nie wymagają ich ciągłego przebywania na pokładzie, a dla testów wykonywanych rzadziej i w niewielkiej ilości możliwe jest przechowywanie odczynników zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce, co wpływa na ekonomiczne ich wykorzystanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników zgodnie z trwałością po otwarciu opisaną przez Producenta w ulotce metodycznej. Oferowany analizator oraz specyfika odczynników nie wymagają ich ciągłego przebywania na pokładzie, a dla testów wykonywanych rzadziej i w niewielkiej ilości możliwe jest przechowywanie odczynników zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce, co wpływa na ekonomiczne ich wykorzystanie

Pytanie 5

Dotyczy pkt. 23 parametrów granicznych analizatora immunochemicznego, część nr 2, zał. nr 2 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga zaoferowania stacji wody, nawet jeśli oferowany analizator nie ma potrzeby podłączenia bezpośredniego do stacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga zaoferowania stacji wody, jeśli oferowany analizator nie ma potrzeby podłączenia bezpośredniego do stacji.

Pytanie 6

Prosimy o wyrażenie zgody, by sporadycznie termin ważności odczynników wynosił 4-6 miesięcy, a w przypadku jednego z parametrów 2 m-ce (Anti-SARS-COV-2S)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza by sporadycznie termin ważności odczynników wynosił 4-6 miesięcy, a w przypadku jednego z parametrów 2 m-ce (Anti-SARS-COV-2S)

Pytanie 7

Dot. pkt 15 części 2 tabela parametrów oznaczenie p/c HIV Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2

Pytanie 8

Dot. pkt.33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – Zamawiający uprawniony jest do zlecenia badań dowolnemu laboratorium, obciążając różnicą kosztów wykonania tych badań i transportu Wykonawcę.”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu nr 4 - Analityka:

Pytanie 9

Dotyczy pkt. 8 parametrów granicznych analizatora moczowego, część nr 4, zał.nr 2: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 - 18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/dL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 -18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/Dl.

Pytanie 10

dot pakietu nr 4 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego innego producenta niż producent aparatu i pasków testowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego innego producenta niż producent aparatu i pasków testowych

Pytania do umów:

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 12

Pytania do umów:

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Uzasadnienie:

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z orzecznictwem stan pandemii uznawany jest za stan wyjątkowy.

Pytanie 13

Pytania do umów:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

Odpowiedź Zamawiającego

Na podstawie art. 8 ustawy Pzp do umów z zakresu zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego wpływ okoliczności nadzwyczajnych na wykonanie zobowiązania wynika z tych przepisów dlatego nie ma podstaw do zmiany projektu umowy, albowiem interes Wykonawcy jest zabezpieczony.

Pytania do zał. Nr 5 (na dostawę odczynników)

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 15

Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia z „Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 60% wartości brutto umowy określonej dla danej części zamówienia.” Na „Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 80% wartości brutto umowy określonej dla danej części zamówienia.”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa).

Pytanie 17

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Par. 6. Ust. 1 lit. a – b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na niewykonanie umowy / nienależyte wykonanie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Par. 6 ust. 1 lit c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 lit. c) Załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy nadając mu następujące brzmienie:

„c) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł.”

Pytanie 23

Par. 6 ust. 1 lit d – f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % wartości umowy (danej części)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Par. 6 ust. 7 – 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Par. 7 ust. 2 lit b – c i ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Należy mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) poszczególne rodzaje opóźnień podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu nałożonemu na przedsiębiorców mających status dużych przedsiębiorców w rozumieniu ww. ustawy.

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego.

Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do zał. 5a (wzór umowy dzierżawy)

Pytanie 28

Par. 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia.

Pytanie 29

Par. 2 ust. 1

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przewiduje szkolenie dla min 16 osób.

Pytanie 30

Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu podłączenia do systemu LIS (HIS), oraz miejsca instalacji (np. ZDL, IP, SOR, Oddział, inne).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający, informuje, iż dostawcą systemu, do którego ma być podłączony analizator jest firma Nexus Polska Sp. z o.o., prosimy o kontakt z firmą Nexus Polska Sp. z o.o. w celu ustalenia typu podłączenia do systemu. Dostarczony produkt będzie podłączony do systemu LIS w ZDL.

Pytanie 31

Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki jest sposób komunikacji z systemem LIS (HIS) - bezpośrednio, integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS, integracja z linią komunikacyjną niewymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.

Odpowiedź Zamawiającego

Sposoby komunikacji z systemem LIS różnią się w zależności od modelu analizatora lub urządzenia, mogą być za pomocą HL7 lub podłączenia analizatora bezpośrednio z systemem za pomocą sterowników pisanych przez producenta systemu LIS. Zamawiający jest w posiadaniu licencji do realizacji komunikacji analizatora z systemem LIS, natomiast wybór sposobu komunikacji nastąpi po podpisaniu umowy.

Pytanie 32

Zwracamy się z prośbą o wskazanie rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny, mikrobiologiczny czy serologiczny.

Odpowiedź Zamawiającego

Analizator analityczny.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wymaga / przewiduje konfigurację stacji roboczych (wymagające - rozpakowania, podłączania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania aplikacyjnego)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga konfiguracji stacji roboczych w zakresie instalacji niezbędnych aplikacji przedmiotu umowy.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wymaga / przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych jak np. drukarki, czytniki kodów kreskowych (prosimy o wyszczególnienie jakie i ile)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga podłączenia i konfiguracji drukarek oraz czytników kodów kreskowych

Pytanie 35

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada system LIS oraz umowę serwisową do tego systemu, poza tym zamawiający wymaga przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 36

Czy Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i czy są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS oraz posiada ważną umowę nadzoru autorskiego producenta.

Pytanie 37

Czy Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada ważną umowę serwisową systemu LIS

Pytanie 38

Czy, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, aby przystąpić do realizacji zlecenia, będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty (jeśli tak, to jakie)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą, do przystąpienia do realizacji zlecenia nie będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty.

Pytanie 39

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby dokumenty zostały dostarczone w formie elektronicznej.

Pytanie 40

Par.2 ust. 5 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia z „ Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi przedmiotu dzierżawy w terminie jego dostawy.” na „Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni roboczych dostawy.” ?

Z uwagi na skomplikowany proces instalacji aparatu, przeszkolenie personelu w terminie dostawy aparatu może okazać się niemożliwe

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 41

Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 42

Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do podjęcia działań zamierzających do usunięcia awarii z 2 godzin do 4 godzin w dni robocze?

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i następuje naprawienie szkody.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 43

Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca pokrywał różnice w cenie badań wykonanych u innego Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 44

Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Uzasadnienie:

Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie 45

Par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający uwzględni wniosek.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 3 Załącznika nr 5a do SWZ – Wzór umowy dzierżawy poprzez wykreślenie ust. 11.

Pytanie 46

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 48

Par. 5 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowa była liczona za „każdy dzień zwłoki w nieterminowym wykonaniu zobowiązań określonych w § 2 ust. 1, § 3 ust. 5 Umowy”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 5a do SWZ – Wzór umowy dzierżawy nadając mu następujące brzmienie:

„1) 5% wartości brutto rocznej wartości dzierżawy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych w § 2 ust. 1, § 3 ust. 5 Umowy.”

Pytanie 49

Par. 5 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 50

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % wartości umowy (danej części)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytania do zał. 5b umowa powierzenia

Pytanie 51

Par. 4 ust. 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 4 ust. 2 i 3 Załącznika nr 5b do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nadając mu następujące brzmienie:

„2.Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego po upływie co najmniej 10-dniowego okresu od momentu zawiadomienia go o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

3.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 14 dni, a w przypadku rażącej nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni”.

Pytanie 52

Par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 4 dodać następujące postanowienia:

"5. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

6. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

7. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

8. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 4 Załącznika nr 5b do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez dodanie zapisów o następującej treści:

"5. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Administratorowi danych osobowych nieobjętych Umową.

6. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych.

7. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Podmiot przetwarzający.

8. Czynności audytowe realizowane są w sposób, który w najmniejszym zakresie utrudnia działalność Podmiotu przetwarzającego" .

Pytanie 53

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 8 Załącznika nr 5b do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nadając mu następujące brzmienie:

„Administrator danych może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- a) nie usunie uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie określonym w § 4 ust. 3 Umowy,
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
- c) powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi niezgodnie z § 5 ust. 1 Umowy”.

Pytanie 54

Par. 8 lit. c Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 5 ust. 1 Załącznika nr 5b do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nadając mu następujące brzmienie:

„1.Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. Administrator danych wyraża zgodę na powierzenie przez Podmiot przetwarzający czynności przetwarzania danych osobowych podmiotom w ramach jego grupy kapitałowej lub związanych z tą grupą wyłącznie w przypadku i w zakresie konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu, z którym wiąże się dostęp do tych danych.”

Zestaw zapytań nr 5

Dotyczy części nr 3:

Pytanie 1

Analizator nr 1:

Czy zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiar parametrów z następujących rodzajów próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, dializat oraz płyn opłucnowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizator wykonujący pomiar parametrów z następujących rodzajów próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, dializat oraz płyn opłucnowy.

Pytanie 2

Analizator nr 2:

Czy zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiar parametrów z następujących rodzajów próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, dializat oraz płyn opłucnowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizator wykonujący pomiar parametrów z następujących rodzajów próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, dializat oraz płyn opłucnowy.

Zestaw zapytań nr 6

Dotyczy części 4:

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wykonywał na tym samym analizatorze badania w kierunku mikroalbuminurii (oznaczenie albuminy i kreatyniny wraz z wyliczeniem wskaźnika ACR) z automatycznym odczytem rodzaju paska?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizator z możliwością oznaczenie albuminy i kreatyniny wraz z możliwością wyliczeniem wskaźnika ACR.

Pytanie 2

Czy analizator poza flagowaniem wyników patologicznych powinien umożliwiać również dopisywanie wyników badań osadu w moczu i informować o możliwych interferencjach występujących w próbce, mogących mieć wpływ na wydawane wyniki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizator który poza flagowaniem wyników patologicznych umożliwia dopisywanie wyników badań osadu w moczu i informuje o możliwych interferencjach występujących w próbce, mogących mieć wpływ na wydawane wyniki.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści analizator, którego minimalna czułość pola dla odczytu glukozy wynosi 75 mg/dł, a dla białka 15 mg/dl

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizator którego minimalna czułość pola dla odczytu glukozy wynosi 75 mg/dł, a dla białka 15 mg/dl.

Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna za równoważny system który kalibrację wykonuje o wbudowany w analizator pole wzorcowe, który umożliwi niezależną w pełni automatyczną kalibrację przed każdym pomiarem, bez konieczności stosowania oddzielnych pasków kalibracyjnych, płynów i wpisywania lub skanowania kodów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza system który kalibrację wykonuje o wbudowany w analizator pole wzorcowe, który umożliwi niezależną w pełni automatyczną kalibrację przed każdym pomiarem, bez konieczności stosowania oddzielnych pasków kalibracyjnych, płynów i wpisywania lub skanowania kodów.

Pytanie 5

Czy zamawiający odstąpi od wymogu kompensacji zabarwienia własnego moczu i uzna za równoważny analizator posiadający opcje automatycznego rozpoznawania barwy moczu oraz funkcję wykrywania narażenia pasków reakcyjnych na działanie wilgoci i sygnalizowanie użytkownikowi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza analizator kompensujący zabarwienia własnego moczu i uzna za równoważny analizator posiadający opcje automatycznego rozpoznawania barwy moczu oraz funkcję wykrywania narażenia pasków reakcyjnych na działanie wilgoci i sygnalizowanie użytkownikowi.

Pytanie 6

Prosimy o podanie producenta sieci informatycznej laboratorium z której korzysta Zamawiający. Czy w ramach podłączenia Zamawiający udostępni własną stację roboczą PC do instalacji nowych sterowników obsługujących obydwie analizatory (podstawowy i backup)?

Odpowiedź Zamawiającego

Informacja o producencie sieci informatycznej nie jest potrzebna do realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie niezbędne działania potrzebne do realizacji podłączenia analizatorów do sieci będą uzgadniane z Działem Informatyki Zamawiającego. Zamawiający zapewni stację roboczą i monitor na potrzeby podłączenia analizatorów.

Zestaw zapytań nr 7

Dotyczy części 3:
Analizator 1:

Pytanie 1

Prosimy o podanie z jakiego rodzaju strzykawkę korzysta i będzie korzystał Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wykonuje oznaczenia z monovet heparyniozownych firma SARSTED

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki z minimalnym terminem 4 miesięcy od daty dostawy, jeśli oferent zapewni plan harmonogram dostaw, realizowanych co miesiąc? Takie rozwiązanie z jednej strony zabezpiecza Zamawiającego przez tworzeniem niepotrzebnych zapasów, a jednocześnie gwarantuje płynność w dostawach.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza odczynniki z terminem 4 miesięcy od daty dostawy, jeśli oferent zapewni plan harmonogram dostaw, realizowanych co miesiąc.

Pytanie 3

Czy pojemnik na ścieki ma być hermeticznie zamknięty, minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym i kontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza pojemnik na ścieki hermeticznie zamknięty, minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym i kontaminacji.

Pytanie 4

Prosimy o podanie producenta sieci informatycznej laboratorium z której korzysta Zamawiający. Czy w ramach podłączenia Zamawiający udostępni własną stację roboczą PC do instalacji nowych sterowników obsługujących obydwie analizatory (podstawowy i backup)?

Odpowiedź Zamawiającego

Informacja o producencie sieci informatycznej nie jest potrzebna do realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie niezbędne działania potrzebne do realizacji podłączenia analizatorów do sieci będą uzgadniane z Działem Informatyki Zamawiającego. Zamawiający zapewni stację roboczą i monitor na potrzeby podłączenia analizatorów.

Pytanie 5

Producent analizatora nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów, ponieważ wszystkie elementy odpowiedzialne za fizyczny pomiar zabudowane są w kasety wymieniane w cyklach miesięcznych w ramach czynności obsługowych operatora. Czy po przedstawieniu stosownego oświadczenia producenta, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia przeglądów? Jednocześnie podczas każdej wizyty serwisu przy analizatorze, wykonywane jest profilaktyczne sprawdzenie podstawowych podzespołów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Analizator 2:

Pytanie 6

Prosimy o podanie z jakiego rodzaju strzykawek korzysta i będzie korzystał Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza odczynniki z terminem 4 miesięcy od daty dostawy, jeśli oferent zapewni plan harmonogram dostaw, realizowanych co miesiąc.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki z minimalnym terminem 4 miesięcy od daty dostawy, jeśli oferent zapewni plan harmonogram dostaw, realizowanych co miesiąc? Takie rozwiązanie z jednej strony zabezpiecza Zamawiającego przez tworzeniem niepotrzebnych zapasów, a jednocześnie gwarantuje płynność w dostawach.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wykonuje oznaczenia z monovet heparyniozowych firma SARSTED

Pytanie 7

Czy pojemnik na ścieki ma być hermeticznie zamknięty, minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym i kontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza pojemnik na ścieki hermeticznie zamknięty, minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym i kontaminacji.

Pytanie 8

Prosimy o podanie producenta sieci informatycznej laboratorium z której korzysta Zamawiający. Czy w ramach podłączenia Zamawiający udostępni własną stację roboczą PC do instalacji nowych sterowników obsługujących obydwie analizatory (podstawowy i backup)?

Odpowiedź Zamawiającego

Informacja o producencie sieci informatycznej nie jest potrzebna do realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie niezbędne działania potrzebne do realizacji podłączenia analizatorów do sieci będą uzgadniane z Działem Informatyki Zamawiającego. Zamawiający zapewni stację roboczą i monitor na potrzeby podłączenia analizatorów.

Pytanie 9

Producent analizatora nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów, ponieważ wszystkie elementy odpowiedzialne za fizyczny pomiar zabudowane są w kasety wymieniane w cyklach miesięcznych w ramach czynności obsługowych operatora. Czy po przedstawieniu stosownego oświadczenia producenta, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia przeglądów? Jednocześnie podczas każdej wizyty serwisu przy analizatorze, wykonywane jest profilaktyczne sprawdzenie podstawowych podzespołów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje modyfikacji § 2 ust. 1 Załącznika nr 5b do SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nadając mu następujące brzmienie:

„1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane: imię, nazwisko, nr próbki, wynik badania próbki - dotyczące klientów, pacjentów administratora.”

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.6 ustawy Pzp, w związku z dokonaną zmianą SWZ przedłuża termin składania ofert i dokonuje zmiany SWZ:

SWZ Rozdz. XIV. poprzez:

zmianę ust. 3. termin składania ofert – Termin składania ofert **upływa dnia 09.04.2021r. o godzinie 10:00.**

zmianę ust. 4. termin otwarcia ofert – **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2021r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Piśtaq-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis