

Katowice, dn. 16.07.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę odzieży ochronnej do pracy z cytostatykami.**
Nr sprawy: ZP-19-066UN

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z nową dyrektywą wszystkie produkty Tyvek® DuPont są certyfikowane zgodnie z nowym rozporządzeniem UE 2016/425. Prosimy o wprowadzenie odpowiedniej zmiany w opisie w pierwszym podpunkcie.

Odpowiedź.:

Zgodnie z art. 46 Rozporządzenia UE 2016/425 wszelkie odesłania do uchylonej Dyrektywy 89/686/EWG traktuje się jako odesłania do Rozporządzenia UE 2016/425.

Pytanie nr 2

Aktualny wynik badania ISO 5636 <45s (dla Tyvek® Classic Plus).
Czy zamawiający akceptuje aktualne wyniki badań?

Odpowiedź.:

Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 3

Aktualne badania przenikania cytostatyków przez włókninę Tyvek® dają 9 substancji w klasie 5 (240 min) . Czy zamawiający akceptuje aktualne wyniki badań?

Odpowiedź.:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Zamawiający opisuje tę pozycję jako "Kombinezon z kapturem. Skarpety szczelnie połączone z nogawkami kombinezonu, antypoślizgowe podeszwy skarpet" Nie ma na rynku modelu, który posiada skarpety z podeszwą antypoślizgową. Skarpety przeznaczone są do włożenia w nich stopy do wnętrza obuwia. Prosimy zatem o zmianę opisu. Skarpety nie posiadają podeszw.

Odpowiedź.:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

W związku z wyższej udzielonymi odpowiedziami na zapytania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje załącznik nr 1.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET Nr 1

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY WYMAGANE							
1	<p>Sterylizowany kombinezon ochronny do pracy z cytostatykami spełniający wymagania: 1) środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodny z dyrektywą UE 89/686/EEC 2) kombinezon odporny na przeciek drobnych cząstek aerozoli do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, 3) kombinezon mający właściwości antystatyczne- badane potwierdzone wg normy EN 1149-5:2008, 4) środek ochrony indywidualnej posiadający właściwości mechaniczne takie jak: a) odporność na ścieranie materiału wg EN 530 - <100; < 500 cykli b) wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 B - >100 000 cykl c) odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej 10 N d) wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75 N 5) Kombinezon wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej poniżej 45 g/m2 umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 maksimum 27 s lub ISO 5636 <45s) 6) odporny na przenikanie typowych roztworów cytostatyków (nie mniej niż 10 związków o klasie przenikania 6 wg EN 14325) 7) wykonany z włókniny, która spełnia wymagania normy EN 14126 8) Kombinezon z kapturem. Skarpety szczelnie połączone z nogawkami kombinezonu, antypoślizgowe podeszwy skarpet (Zamawiający, dopuszcza kombinezon bez antypoślizgowych podeszw skarpet.) 9) Szwy (szyte i zaklejone taśmą), samoprzylepna patka zakrywająca zamek błyskawiczny oraz samoprzylepna patka pod brodą, elastyczne wykończenie rękawów i kaptura, elastyczne pętelka na kciuk zapobiegająca opadaniu rękawa kombinezonu.</p>							
		Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość	Cena jednostk. netto za	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Rozmiar S	1500						
B	Rozmiar M	4000						
C	Rozmiar L	1500						
D	Rozmiar XL	500						
E	Rozmiar XXL	100						
F	Rozmiar XXXL	50						
	RAZEM							

*Zamawiający wymaga od wykonawcy wpisania wszystkich danych wymienionych w kolumnie nr 9
 W kolumnie nr 4 wykonawca zobowiązany jest wpisać jaką wielkość oferuje – sztukę czy opakowanie,
 W kolumnie nr 5 wykonawca zobowiązany jest wpisać czego dotyczy oferowana cena netto – sztuki lub opakowania