



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód*

NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

Międzychód, dnia 20.10.2021r.

AG/ZP-13/2021

MODYFIKACJA/ZMIANA SWZ

w postępowaniu przetargowym
pn. „**ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA NOWĄ LOKALIZACJĘ
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SPZOZ W MIĘDZYCHODZIE
Z DOSTOSOWANIEM DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE STANDARDU
ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ
TERAPII - ETAP II DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO**
(znak postępowania: AG/ZP -13/2021)

1. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych zmienia się treść zmodyfikowanej odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 19.10.2021r. w następujący sposób:

Pytanie nr 3

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka na OIOM/OIT, wyposażonego w system ważenia oraz funkcję przechyłów bocznych będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w leże przezierne dla promieni RTG, posiadało tacę na kasetę pod segmentem pleców oraz umożliwiała wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu przyłóżkowego oraz Ramienia C zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta?

Było:

W odpowiedzi na pytanie: Tak, wymaga, aby łóżko było wyposażone w leże przezierne dla promieni RTG, posiadało tacę na kasetę pod segmentem pleców oraz umożliwiała wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu przyłóżkowego oraz Ramienia C zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta.

Jest:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane łóżko było wyposażone w leże przezierne dla promieni RTG, posiadało tacę na kasetę pod segmentem pleców oraz umożliwiała wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu przyłóżkowego zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta.


Zamawiający informuje także, że parametr w poz. 59 w załączniku nr 3A do swz – jest traktowany jako jedna z dwóch dopuszczonych przez Zamawiającego opcji.

Wykonawca wypełniając tabelę w załączniku nr 3A do swz – w punktach dotyczących pierwotnego zapisu powiązanego z punktem 59 – powołuje się na niniejszą modyfikację.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych – zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

Zmiana terminu składania ofert – w konsekwencji wymusza zmianę terminu związania ofertą. Zamawiający modyfikuje termin związania ofertą – we wszystkich częściach swz, w tym w formularzu ofertowym do dnia 23.11.2021r.

W załączeniu zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR
SPZOZ Międzychód

mgr Bartosz Grobelny