

Żyrardów, 07 listopada 2023 r.

**Odpowiedzi na pytania do postępowania na :
Łyżki do laryngoskopu - Listopad 2023 r**

1.

1. Proszę o informacje jaka łyżka do laryngoskopu jest przedmiotem zapytania ofertowego:

- wielorazowego, czy jednorazowego użytku?
- jeżeli jednorazowego użytku to czy plastikowa, czy metalowa?
- jaki typ (np. MacIntosh) i rozmiary łyżek są przedmiotem wyceny?

Odpowiedź:

Używamy plastikowych łyżek jednorazowego użytku do laryngoskopu.

Są to łyżki typu Macintosh.

Jeśli chodzi o rozmiar to najczęściej używamy 2 , 3 , ale też 4. Musimy mieć również pojedyncze sztuki rozmiaru 0 i 1, które muszą znajdować się w zestawie reanimacyjnym.