

LAS-20/1-PN/4-2023.BS

Rybnik, dnia 15.03.2023 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki**

(zamówienie nr **LAS-20-PN/4-2023.BS**)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 20.02.2023 r., nr 2023/S 036-106954

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

#### **Zapytania od nr 1 do nr 4 dotyczą pakietu nr 25**

**Pytanie 1:** „Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym - wszystkie wyroby medyczne powinny spełniać obowiązujące normy.

**Pytanie 2:** „Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym - wszystkie wyroby medyczne powinny spełniać obowiązujące normy.

**Pytanie 3:** „Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający wyjaśnia, iż jest w posiadaniu kardiostymulatorów: ITAM MIP 801, Biotronik Reocor Adapt S.

**Pytanie 4:** „Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym - wszystkie wyroby medyczne powinny spełniać obowiązujące normy.

#### Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



**Pytanie 5:** „Czy w zakresie Pakietu nr 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikrocewników do przewlekłych okluzji tętnic pakowanych po 5 sztuk w ramach jednego rozmiaru?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

**Pytanie 6:** „Czy w zakresie Pakietu nr 16 Zamawiający odstąpi od depozytu?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 7:** „Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści Cewniki do aspiracji skrzeplin o długości min. 140cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 8:** „Dot. Pakietu 4

Zwracamy się do Zamawiającego dopuszczenie cewników balonowych semi-compliant (półpodatne) o średnicach od 1.5 – 4.0mm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

**Pytanie 9:** „Dot. Pakietu 5

Zwracamy się do Zamawiającego dopuszczenie cewników balonowych non-compliant RX o poniższych parametrach

- zakres średnic: 2,0 - 5,00 mm;  
(2.0, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm)
- długości: 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm
- ciśnienie nominalne 12 atm;
- ciśnienie RBP 20atm dla średnicy 1,50-4,00 mm, dla 4,50-5,00 - RBP - 18 atm,
- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu);
- przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP poniżej 4,4% dla wszystkich rozmiarów.”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem formularza cenowego.

**Pytanie 10:** „Dot. Pakietu nr 8

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu cewników diagnostycznych do badań kardiologicznych o średnicy wewnętrznej dla 6F – 0,055”, które spełniają pozostałe warunki SIWZ.”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie

---

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288


Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---



skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 11:** „Dot. Pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia żyły podobojczykowej z rozrywaną koszulką - umożliwiającą wprowadzenie elektrody rozrusznikowej o długości 13,5 cm, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem formularza cenowego.

**Pytanie 12:** „Dot. Pakietu nr 14, poz. 2 i 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie:

- W pozycji nr 2 pakietu nr 18 - rampy trójdrożnej wysokociśnieniowej o wytrzymałości do 500Psi i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
- W Pozycji nr 3 pakietu nr 18 – przewodników o długości 180cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

**Odpowiedź 12:** W zakresie poz. nr 2 pakietu nr 14 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem formularza cenowego.

W zakresie poz. nr 3 pakietu nr 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. (Zamawiający zwraca uwagę, iż w treści pytań wykonawca omyłkowo podał pakiet nr 18).

**Zapytania od nr 13 do nr 17 dotyczą pakietu nr 34**

**Pytanie 13:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością manualnego wyboru jednej z spośród 4 dostępnych terapii ATP oraz aż do 8 wyładowań wysokoenergetycznych w trakcie epizodu VF?”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 14:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



ISO 9001

ISO 27001

**Pytanie 15:** „Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1 (możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.) , VT(możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF(możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 16:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału ale z automatyczną funkcją synchronizacji czasu i skorelowania wektorów jako uzupełnienia analizy rytmów w celu określenia czy należy leczyć czy zahamować terapię?”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 17:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia rozpoznające uszkodzenia elektrody na podstawie codziennych pomiarów impedancji a w sytuacji przekroczenia programowalnych zakresów informujące pacjenta sygnałem dźwiękowym?”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.

#### **Zapytania od nr 18 do nr 22 dotyczą pakietu nr 35**

**Pytanie 18:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością manualnego wyboru jednej z pośród 4 dostępnych terapii ATP oraz aż do 8 wyładowań wysokoenergetycznych w trakcie epizodu VF?”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 19:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem -

---

#### **Telefony:**

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288


Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---



modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 20:** „Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1(możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.) , VT(możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF(możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)?”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 21:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału ale z automatyczną funkcją synchronizacji czasu i skorelowania wektorów jako uzupełnienia analizy rytmów w celu określenia czy należy leczyć czy zahamować terapię?”

**Odpowiedź 21:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 22:** „Czy zamawiający dopuści urządzenia rozpoznające uszkodzenia elektrody na podstawie codziennych pomiarów impedancji a w sytuacji przekroczenia programowalnych zakresów informujące pacjenta sygnałem dźwiękowym?”

**Odpowiedź 22:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.

**Pytanie 23:** „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, w Pakiecie 1, stentów uwalniających lek, o średnicach od 2,0 mm do 4,0 mm (średnice 3,5 oraz 4mm z możliwością rozprężenia do 4,5mm)?”

**Odpowiedź 23:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 24:** „Czy w Pakiecie 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodników dedykowanych do CTO: - o średnicy zewnętrznej 0,014", - wykonanych ze stopów metali, z rdzeniem wykonanym z jednego lub więcej kawałków drutu, - o długościach 190 i 300 cm, l spełniających pozostałe wymagania opisu?”

**Odpowiedź 24:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem -

---

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288


Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---



modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 25:** „do pakietu 27 Prosimy o dopuszczenie przetworników najwyższej jakości amerykańskiego producenta o długości 152 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ?”

**Odpowiedź 25:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 26:** „do pakietu 27 Mając na uwadze największe bezpieczeństwo pacjentów czy zamawiający wymaga aby zestaw w pakiecie 27 był dodatkowo wyposażony w komplet żółtych koreczków w celu zapobiegania kontaminacji?”

**Odpowiedź 26:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym – dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

**Pytanie 27:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 Cewników prowadzących o następujących parametrach:

• duża średnica wewnętrzna:

- 0,058”-5F;
- 0,071”-6F;
- 0,081”-7F;
- 0,090”-8F

• oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F,

• zapewnia utrzymanie odpowiedniego kształtu cewnika, gwarantując dobre oparcie

• pełna gama krzywizn typowych i nietypowych: Lewy Standard (JL), Lewy Krótki (SL), JCL, Amplatz, Amplatz krótki lewy, EBU, Prawy standard (JR), Prawy krótki (SR), JCR, Amplatz prawy, Shepherd's Crook prawy, Backup Support prawy, Amplatz prawy krótki, ECR, 3-D, Multipurpose, MAC (Wileonaczyniowy), Bypass, CHAMP, Promieniowe, NOTO, EL Gamal, Obwodowe

• długość 100 cm

• dodatkowe wzmocnienie

• marker położony 3 mm od miękkiego końca cewnika”

**Odpowiedź 27:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 28:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 20 Prowadników wieńcowych dedykowanych do CTO o następujących parametrach: • średnica zewnętrzna maksymalnie 0,014”

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



- przewodniki o długościach: 190 cm, 300 cm
  - dostępny przewodnik z taperowaną końcówką 0,010”
  - dostępne 5 sztywności końcówki przewodnika
- Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź 28:** Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem formularza cenowego.

**Pytanie 29:** „Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ, wzór 2.2 poprzez zmianę brzmienia § 1 ust. 2 na: „Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego towar oraz przenieść na Zamawiającego własność towaru z chwilą jego pobrania z depozytu, a Zamawiający zobowiązuje się następnie zapłacić umówioną cenę.”

**Odpowiedź 29:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ, wzór nr 2.2 oraz wzór 2.3 - § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego towar oraz przenieść na Zamawiającego własność towaru z chwilą jego pobrania z depozytu, a Zamawiający zobowiązuje się następnie zapłacić umówioną cenę.”

**Pytanie 30:** „Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 12 o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu towaru, któremu upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

**Odpowiedź 30:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w trakcie obowiązywania umowy w pierwszej kolejności wykorzystuje asortyment z krótszym terminem ważności.

**Pytanie 31:** „Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 13 o następującej treści: „Zamawiający jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał do kontroli terminów ważności towaru pozostającego w depozycie.”

**Odpowiedź 31:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 32:** „Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.”

**Odpowiedź 32:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 33:** „Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?”

**Odpowiedź 33:** Zamawiający informuje, iż zapisy o stosowaniu faktur elektronicznych zawierają projektowane postanowienia umowy (§4).

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Pytanie 34:** „Pakiet 8 Pytanie: Czy zamawiający dopuści cewnik o średnicy wewnętrznej dla 6F wynoszącym 0,057?”

**Odpowiedź 34:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 35:** „Pakiet 13 Pytanie: Czy zamawiający dopuści cewnik o średnicy dla 6F wynoszącej 0,070”, pozostałe parametry jak w opisie SWZ?”

**Odpowiedź 35:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 36:** „Pakiet 19 Pytanie: Czy zamawiający dopuści balon nowej generacji pokrywany sirolimusem, pozostałe parametry jak w SWZ.?”

**Odpowiedź 36:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 37:** „Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuści inflator o następujących parametrach:

- pojemność 20 ml
- zakres ciśnień 30 atm,
- podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi
- ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę
- mechanizm blokujący w formie przycisku
- skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu
- łatwa manipulacja
- krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie
- wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,
- całość o dł. 35 cm
- nie zawiera latexu”

**Odpowiedź 37:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Asortyment” nanieść stosownie

---

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54


Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---





skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 38:** „Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

**Odpowiedź 38:** Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie nr 33.

**Pytanie 39:** „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 3 oraz § 5 ust. 1 umowy depozytu :

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku:

a) niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 3 ust. 1,

b) odmowy realizacji dostawy lub jej części,

c) niedotrzymania terminów reklamacji określonych w § 4 umowy,

w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem**

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości **250 złotych** za każdy przypadek naruszenia.

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru lub jego części w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia.**”

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 40:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2 um. depozytu)?”(wykonawca dołączył do zapytań projekt umowy przechowania)

**Odpowiedź 40:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 41:** „Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 2 um. depozytu)”

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 42:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 um. depozytu)”

**Odpowiedź 42:** Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie nr 30.

---

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288


Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)



ISO 9001

ISO 27001

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 23.03.2023 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. W związku z tym faktem zmianie ulega także termin związania ofertą: do dnia 20.06.2023 r.

---

**Telefony:**

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---