

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści dygestorium zbudowane z płyt laminowanych, z ramą o profilach aluminiowych malowanych proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.