



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

DKD/ /2020/MW

Gdańsk, dnia 12.05.2020r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NR (6)**

Dotyczy: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wyposażenie sali środowiskowej i chemicznej.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt 60/BZP-U.500.32/2020/MK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 1 i 2 przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 20a**

Sala chemiczna: poz. nr 3. Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wew. 1250 x 645 x 660 mm (szer. x głęb. x wys.) oraz wymiarach zew. 1340 x 790 x 2094 mm (szer. x wys. x wys. ze statywem)?

### **Odpowiedz 20a**

TAK

### **Pytanie 20b**

Czy Zamawiający dopuści komorę z oświetleniem o stały, natężeniu >1500 lux? Oświetlenie komory jest poprzez lampy LED. Lampa UV nie służy do oświetlenia wnętrza.

### **Odpowiedz 20b**

TAK

### **Pytanie 20c**

Czy Zamawiający dopuści komorę z jedną lampą UV? Zdaniem producenta jedna lampa w zupełności wystarczy do sterylizacji wnętrza komory roboczej.

### **Odpowiedz 20c**

TAK

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-05-2020