

Opis wymaganych i ocenianych parametrów przeciwciał do testów immunohistochemicznych

I.p.	Opis parametrów	Parametry graniczne wymagane/oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
1	Przeciwciała posiadające certyfikat CEIVD do diagnostyki in vitro	Tak, warunek bezwzględny	
2	Przeciwciała gotowe do użycia, niewymagające rozcieńczania, pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach za wyjątkiem przeciwciała Anti-Lamin-B1	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
3	Mono- i poliklonalne przeciwciała mysie i królicze	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
4	Minimum 30 testów z jednego opakowania.	Tak, podać	
6	Oznakowane kodem kreskowym	Tak warunek bezwzględny	
7	W zestawie: komplet zestawów detekcyjnych opartych o technologię multimerową, materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz materiałów kontrolnych niezbędnych do przeprowadzenia całego procesu.	Tak, warunek bezwzględny	
8	Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia	TAK=10 pkt. NIE=0pkt.	
9	Brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury.	Tak, warunek bezwzględny	
10	Transport przeciwciał i zestawów detekcyjnych w temperaturze 2-8 °C	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanych przeciwciał wraz kompletem odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim. Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim.

- Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ