



WszSL.FZ.381.75/2021/2021

Legnica 13.01.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego „NA DOSTAWY WKŁADÓW DO ODSYSANIA ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ”

znak sprawy: WSzSL/FZ-75/20

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2019. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

część nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie ostrzy wykonanych ze stali nierdzewnej z zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SIWZ parametrów techniczno-użytkowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. pakietu (części) nr 1 wkłady do odsysania

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia ofert w pozycjach nr 1, 2 i 3 na równoważne wkłady workowe do odsysania o wymaganych w SIWZ pojemnościach (tj. 1000 ml w poz. 1, 2000 ml w poz.2 oraz 3000 ml w poz.3) charakteryzujące się następującymi cechami: w pokrywie wkładu posiadają tylko 1 króciec (port) przyłączeniowy uniwersalny typu schodkowego (co eliminuje jakiegokolwiek pomyłki w zakresie podłączania, upraszcza i przyspiesza wymianę wkładów i gwarantuje kompatybilność wkładów workowych z drenami łączącymi o różnych średnicach stosowanymi w szpitalu), wkłady posiadają funkcje samozasysania, są uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki reflukcyjnej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Data ważności nadrukowana na każdym jednostkowym opakowaniu. Wkłady napełnione substancją żelującą.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 3

Ze względu na fakt, że aktualnie na rynku dostępne są również importowane wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celem jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Magazynie Szpitala i na Bloku Operacyjnym. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz.1-3 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wkłady workowe były przystosowane do ewentualnego łączenia w tandem i aby połączenie w tandem było możliwe bez konieczności stosowania specjalnego typu wkładów workowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie)



wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga , aby ze względu na wymogi sanitarno-higieniczne wymiana wkładów workowych odbywała się bez konieczności dotykania i odłączania drenu do próżni ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 6

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby absorpcja była w zakresie 178-200 CO₂/L, co w znaczącym stopniu sprzyja redukcji kosztów i częstotliwości wymieniania opakowań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 7

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby kształt opakowania posiadał specjalne wgłębienie pozwalające na stabilne trzymanie i mocowanie pojemnika jedną ręką. Zabezpiecza to szybszy czas wymiany podczas konieczności podpięcia pojemnika w trakcie zabiegu operacyjnego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 8

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia certyfikatu wydanego przez producenta maszyn do znieczulenia potwierdzającego autoryzację i zgodność opakowania i preparatu z maszynami dedykowanymi (będącymi na stanie szpitala)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9

Część nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy bezlateksowej wykonanej z rozciągliwego paska gumy syntetycznej chroniącą skórę przed reakcjami alergicznymi?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10

Część nr 10

Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową w opakowaniu po 25 szt. pasków stazy o długości pojedynczego paska 45 cm i szerokości 2,5 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



dzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 11

Część nr 17, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści elektrody wykonane z pianki, okrągłe o średnicy 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Część nr 17, pozycja nr 1


Czy zamawiający dopuści elektrody nieprzeziernie dla promieni X?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie elektrod neonatologicznych, z odprowadzeniami DIN, radio przeziernie, materiałowe, IEC, rozm. 22x22, kwadratowe, 3 szt. na pasku , dł. kabelków ok.65 cm jak na zdjęciu poniżej?



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości elektrod czy wymagane jest 12000 szt pojedynczej elektrody czy pasek składający się z 3 elektrod x 12000 szt?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga paska składającego się z 3 elektrod x 12000 sztuk.

Pytanie 13

Pakiet 18

Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dotatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału.

dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześnieiki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



dzie dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:

Pytanie 14

Prosimy o modyfikację §6 ust. 1 pkt 1.1) na: „w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy o modyfikację §6 ust. 1 pkt 1.2) na: „w wysokości 0,07% wartości towaru, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w §3 ust. 4”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o modyfikację §12 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA!

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany w SIWZ dokonane z własnej inicjatywy zaznaczono czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch