



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 55

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1736 / 3148 /2023

Data: 25.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych Preparaty do przetaczania płynów krwiozastępczych charakteryzują się innymi parametrami, np. filtra w komorze kroplowej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby przyrząd zawierał filtr w komorze kroplowej.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z długą elastyczną komorą kroplowa bez PCV o długości 60 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z długą elastyczną komorą kroplową bez PCV.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z zaciskaczem rolkowym wyposażonym w miejsce na podwieszenie drenu i dodatkowy otwór /pochewkę na zabezpieczenie igły bioreczej po użyciu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z opaską lub gumką stabilizującą przyrząd wewnątrz opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi z długą elastyczną komorą kroplową bez PCV o długości 80 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z zaciskaczem rolkowym wyposażonym w miejsce na podwieszenie drenu i dodatkowy otwór /pochewkę na zabezpieczenie igły bioreczej po użyciu.



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 3, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi z opaską lub gumką stabilizującą przyrząd wewnątrz opakowania .

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 5, Pozycje 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną rozszerzoną skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek z dwustronną rozszerzoną skalą pomiarową, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek cewnikowych 50/60 ml pakowanych po maksymalnie 100 szt. tj także po 25 czy 85 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego czy strzykawki mają być zamieszczone załączonej do instrukcji obsługi posiadanych przez Zamawiającego pomp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 ml LL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 5, Pozycje 14-15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml pakowanych maksymalnie po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 5, Pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek cewnikowym 100 ml z nakładaną końcówką luer, opakowanie maksymalnie 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 39, Pozycje 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z długą elastyczną komorą kroplowa bez PCV o długości 60 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 16 – dotyczy Pakietu 39, Pozycje 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z zaciskaczem rolkowym wyposażonym w miejsce na podwieszenie drenu i dodatkowy otwór /pochewkę na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 17 – dotyczy Pakietu 39, Pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z opaską lub gumką stabilizującą przyrząd wewnątrz opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 18 – dotyczy Pakietu 39, Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu przezroczystego do przygotowywania leków cytostatycznych o poniższych parametrach:

Zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym przezroczystym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatraskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu – 2,8 ml. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki.

Do oferty dołączony test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 19 – dotyczy Pakietu 39, Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu drenów bursztynowych do leków światłoczułych cytostatycznych (nie zawierającego PCV i DEHP) o poniższych parametrach:

Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Do oferty dołączony test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 20 – dotyczy Pakietu 105, Pozycja 1

Czy zamawiający oczekuje, aby ostrza kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną były zróżnicowane pod względem procedury i zamawiający miał wybór 4 rodzaje ostrzy: uniwersalne, wąskie do miejsc wrażliwych (miejsca intymne, trudnodostępne), neurochirurgiczne (do włosów na głowie), specjalistyczne ostrze do zarostu dla mężczyzn. Każdorazowo zamawiający określa rodzaj ostrza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 21 – dotyczy Pakietu 105, Pozycja 2

Czy zamawiający ma na myśli strzygarkę która spełnia poniższe parametry techniczne:

- bezprzewodowa
- wodoodporna,
- z nieruchomą głowicą,
- z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7)
- Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 22 – dotyczy Pakietu 46, Pozycja 1

Ze względu na wycofanie przez producenta opisanego produktu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu niskociśnieniowego do drenażu ran składający się z mieszka o objętości 250 ml oraz worka 600 ml z kranikiem oraz drenu łączącego o długości 1000 mm u uniwersalnym łącznikiem do drenażu Redona. Pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzną torebkę foliową, zgrzewaną, sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 23 – dotyczy Pakietu 46, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne worka do zbiórki żółci o pojemności 2000 ml bez przeciwdparzeniowej ścianki. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem