



MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego biomedycznego” (RZP.243.40.2024).

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie opisanym poniżej:

Część nr 2- Dostawa niskotemperaturowej zamrażarki wraz z wyposażeniem – 1 sztuka

Pkt. 1 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ):

Skreśla się zapis:

Zamrażarka szafowa o pojemności w zakresie 100-105 litrów;

Wprowadza się zapis:

Zamrażarka szafowa o pojemności w zakresie 100-**108** litrów;

Pkt. 2 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ):

Skreśla się zapis:

Wymiary zewnętrzne w zakresie: szerokość 900-950 mm; głębokość 600-700 mm; wysokość 800-850 mm;

Wprowadza się zapis:

Wymiary zewnętrzne w zakresie: szerokość **795-1066** mm; głębokość 600-**742** mm; wysokość 800-850 mm;

Pkt. 3 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Wymiary wewnętrzne w zakresie: szerokość 400-500 mm; głębokość 250-350 mm; wysokość 550-650 mm;

Wprowadza się zapis:

Wymiary wewnętrzne w zakresie: szerokość **320-500** mm; głębokość 250-**450** mm; wysokość **510-650** mm;

Pkt. 20 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Posiadająca co najmniej port RS-485 umożliwiający podłączenie zewnętrznego systemu monitorującego.

Wprowadza się zapis:

Posiadająca co najmniej **port USB lub** RS-485 umożliwiający podłączenie zewnętrznego systemu monitorującego.

Pkt. 10 OPZ (załącznik nr 3 do OPZ)

Skreśla się zapis:

Przyjazne środowisku czynniki chłodzące np. R-290 (propan), R-170 (etan);

Wprowadza się zapis:

Przyjazne środowisku czynniki chłodzące np. R-290 (propan), R-170 (etan) **lub mieszaniny;**

W zakresie Części 1 - 4 – Wzór umowy

§ 8 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Skreśla się zapis:

za zwłokę w dostarczeniu Sprzętu – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Wprowadza się zapis:

za zwłokę w dostarczeniu Sprzętu – w wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

§ 8 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w § 5 ust. 1 umowy.

Wprowadza się zapis:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **30%** wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w § 5 ust. 1 umowy.

Pkt. 4 Warunki gwarancji (załącznik nr 1 do umowy)

Skreśla się zapis:

Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne to następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wprowadza się zapis:

Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne to **dwa dni** robocze po dniu zgłoszenia. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pkt. 6 Warunki gwarancji (załącznik nr 1 do umowy)

Skreśla się zapis:

Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu.

O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego Sprzętu na nowy.

Wprowadza się zapis:

Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 3 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu.

O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 3 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego Sprzętu na nowy.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Zmodyfikowany wzór umowy (załącznik nr 4 do SWZ) z dnia 01.10.2024r.

Zamawiający

.....