

Ostrów Wielkopolski, dnia 31.07.2020 r.

Otrzymują:

- https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
- Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych, immunochemicznych, gazometrycznych oraz systemu LSI.

Znak sprawy: FDZP.226.21.2020

W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający udzielił na nie następujących odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ 1

Dot. Pakiet nr 1 załącznik C, Zestawienie parametrów granicznych LSI, pkt. 4

1. Prosimy o wskazanie rodzaju protokołu transmisji oraz o nazwę dostawcy oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot. Pakiet nr 1 załącznik C, Zestawienie parametrów granicznych LSI, pkt. 19

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na archiwizację danych na zewnętrznych nośnikach typu USB HDD,NAS lub zasób sieciowy szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Dot. Pakietu nr 1, Punkt A, Formularz ofertowo-cenowy, oraz pkt. 11 parametrów wymaganych analizatora głównego i pkt. 13 parametrów wymaganych analizatora backup, Zał.nr1A i 1BPakiet nr 1:

3. Prosimy o doprecyzowanie czy oprócz białka Zamawiający będzie wykonywał inne oznaczenia w materiale jakim jest mocz?

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału kontrolnego do oznaczeń parametrów biochemicznych w moczu pochodzącego od innego producenta niż producent odczynników, pozostałego asortymentu oraz analizatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot. Pakietu nr 1, pkt. 11 parametrów wymaganych biochemia -analizator główny i pkt. 13 parametrów wymaganych biochemia - analizator backup, Zał.nr1A i 1BPakiet nr 1:

4. Prosimy o doprecyzowanie do jakiej ilości oznaczeń należy zapewnić możliwość podawania próbek w naczynkach mikro?

Odpowiedź: 30%

Dot. Pakietu nr 1, pkt. 2 parametrów wymaganych biochemia -analizator główny i pkt. 2 parametrów wymaganych biochemia - analizator backup, Zał.nr1A i 1BPakiet nr 1:

5. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora o maksymalnej wydajności ozn. biochemicznych na poziomie 400 ozn./godz? (ozn. fotometryczne z ISE) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot. Pakiet nr 1, Załącznik B

6. Prosimy o wskazanie jaki procent oznaczeń będzie wykonywany na analizatorze głównym?

Odpowiedź: 60%

7. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora głównego, który nie posiada funkcji zagęszczania próbek.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR) dla którego odczynnik wstępny przed użyciem musi zostać odpowiednio przygotowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odpowiedź: Także jako marker onkologiczny.

10. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do oznaczania przeciwciał anti-HCV?

Odpowiedź: Tak.

12. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania Vit. D.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Prosimy o wyjaśnienie czy Tab.1 Pakiet 1 Lp.3 pod określeniem "test potwierdzenia", Zamawiający ma na myśli zaoferowanie testu: HBsAg confirmatory/test potwierdzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kalkulując liczbę opakowań odczynników wziąć pod uwagę okres ważności odczynników po otwarciu z uwzględnieniem zamiennego przechowywania na

poładzie analizatora i w lodówce, a dla testów wykonywanych w mniejszych ilościach (do 600 oznaczeń rocznie) by wziąć pod uwagę okres trwałości podany przez producenta na opakowaniu? Takie postępowanie jest zgodne z powszechną praktyką laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników po otwarciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

15. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora głównego wyposażonego w jednorazowe końcówki dozujące materiał i specjalny system mycia igły odczynnikowej zapobiegający całkowicie ryzyku kontaminacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Prosimy o wyrażenie zgody, by wymienione warunki były spełnione dzięki współpracy analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę.

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może

zostać odroczone w czasie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Osoby pracujące na danych analizatorach.

20. Par. 3 ust. 2, Par. 5 ust. 3, Par. 6 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21. Par. 4 ust. 3, Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

22. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalna wartość wykonania umowy wynosiła 80% całkowitej wartości umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

23. Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "Wykonawca zapewni odpowiedni termin ważności odczynnika po jego otwarciu, biorąc pod uwagę rozłożenie wykonania badań określonych w siwz na okres 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki o krótszym, niż ustalonym terminie ważności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy konieczności wymiany dostarczonego towaru na towar o poprawnym terminie ważności"

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

24. Par. 6 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

Odpowiedź: 4 dni robocze.

25. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26. Par. 8 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

27. Par. 8 ust. 1 lit. c - d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ 2

Dotyczy wzoru umowy:

Dotyczy Par.6.4. Prosimy o usunięcie, gdyż zapis jest nieprecyzyjny. Zamawiający nigdzie nie wyznacza miejsca podania czasu gwarancji poszczególnych odczynników.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Par.6.9 Prosimy o dodanie że chodzi o dni robocze.

Odpowiedź: Tak, chodzi o dni robocze.

ZESTAW PYTAŃ 3

Pytanie do Pakietu nr 2 Punkt C Dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem

Dotyczy: Parametry graniczne pkt nr 6

Czy zamawiający dopuści analizator wykonujący badania z krwi pełnej (tętnicznej, żyłnej, włóśniczkowej oraz mieszanej krwi żyłnej)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (krew pełna obejmuje krew tętniczną, żylną, włóśniczkową oraz mieszaną)

Z poważaniem

**Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła**