



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

[zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)



[www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 4 stycznia 2024r.

Znak postępowania: **17/TP/2023**

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i instalację detektora DRX Plus 3543 do Aparatu DRX Ascend dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II.*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na następujące pytanie zadane do wyżej wymienionego postępowania:

**Pytanie 1:**

Dotyczy SWZ 17/TP/2023 - Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia – detektora promieniowania do aparatu Carestream DRX-Ascend

Z uwagi na to, że detektor DRX Plus 3543 do aparatu RTG DRX Ascend, opisany w Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia – detektora promieniowania do aparatu Carestream DRX-Ascend, spełniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry poza parametrem opisanym w pkt 16. „DQE min. 75%” charakteryzuje się DQE 72% sądzimy, że wartość 75% jest wynikiem omyłki pisarskiej i wnioskujemy o jej aktualizację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza detektor oferowany przez pytającego o parametrze DQE 72%