



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
Narodowa
Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 08.03.2024 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/5/2024**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 2

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

Zakup medycznego sprzętu jednorazowego – część 1: rękawiczki medyczne, część 2: środki dezynfekcyjne, część 3: kaniule dożylnie, część 4: nakłuwacze bezpieczne”
(2024/BZP 00231809/01 z dnia 2024-03-05)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 9:

Dotyczy Część nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane w opakowanie po 150 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Część nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, grubość na palcu od 0,14mm do 0,16mm, na dłoni od 0,10 do 0,12 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Część nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, zgodna z normą EN 455-1, 2, 3: AQL ≤1,5? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Część nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze uniwersalnym L? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część**.

Zbigniew Mładzki
Dyrektor
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

.....
Kierownik Zamawiającego(w oryginale)