

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/MBK/3412/PN-86/120

Lublin, dnia 23.06.2020r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„Dostawa portów transanalnych do zabiegów laparoskopowych, igieł biopsyjnych,
kateterów do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego oraz drenów silikonowych
do drenażu ran na potrzeby COZL”**

I. Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

CZEŚĆ I

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 27, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Proponowany dren ma średnicę mniejszą od oczekiwanego o 0,33mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 33, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Proponowany dren ma średnicę mniejszą od oczekiwanego o 0,33mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

CZEŚĆ II

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści Port transanalny typu Gel Point Path do zabiegów laparoskopowych w skład którego wchodzi: nakładka żelowa, **4 cm** lub 5,5 cm dostęp laparoskopowy do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, 4 szt kaniul 10 mm oraz 1 szt trzpienia 10 mm, **oraz** Czy Zamawiający wymaga aby port posiadał **systemem utrzymujący odmě w postaci poduszki stabilizującej** ? - 1 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza port transanalny typu Gel Point Path o wyżej wymienionych parametrach i wymaga aby posiadał system utrzymujący odmě w postaci poduszki stabilizującej.

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 2 poprzez zapis „Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był kompatybilny z pistoletem Pro-Mag” wymagane jest dla zachowania pełnej kompatybilności zaoferowanie igieł oryginalnych wyprodukowanych przez producenta pistoletu Promag.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe w rozmiarach 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch, 28Ch, 30Ch, 33Ch, 36Ch spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-10 z pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marianna Koziej

SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr inż. Monika Karwacka