



*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 398/2020/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Dot. część nr 9– Cyfrowe mieszadło magnetyczne

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie mieszadła o zakresie regulacji prędkości obrotowej: regulowana w zakresie od 0 do 1100 obr./min.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającym wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów.


SPECJALISTA
mgr Anna Opalach

Sporządziła: Anna Opalach, Maciej Florczyk

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec