

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach RPO WO 2014-2020

„Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6.”  
Umowa nr RPOP.10.02.00-16-0015/17-00



UNIwersytet  
OPOLSKI

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole  
tel. +48 77 541 59 77  
fax +48 77 541 60 26  
zamowienia@uni.opole.pl  
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/34/2020

L.dz. DZP: 927/2020

Opole, 25.09.2020 r.

Do:

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego.**

**1. Pytanie**

Część nr 3 – Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, którego dolny zakres temperatury pracy zaczyna się od 50°C?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia, którego dolny zakres temperatury pracy zaczyna się od 50°C, gdyż suszarka wtedy nie będzie mogła służyć do suszenia np. związków wrażliwych na wyższe temperatury.

**2. Pytanie**

Część nr 3 – Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności ok. 62 litrów, ale o wymiarach zewnętrznych: szerokości: 530 mm; głębokości: 565 mm i wysokości 755 mm i wymiarach wewnętrznych: szerokości: 328 mm; głębokości: 415 mm i wysokości 480 mm? Zaletą takiego rozwiązania jest zaoszczędzenie powierzchni na stole laboratoryjnym.

**Odpowiedź**

TAK, pod warunkiem, że suszarka będzie miała minimum 62 litry pojemności.

**3. Pytanie**

(zał. nr 1C, część nr 3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania suszarkę o wymiarach wewnętrznych 328x480x415 mm (szer. x wys. x gł.)?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści do postępowania suszarkę o wymiarach wewnętrznych 328x480x415 mm (szer. x wys. x gł.).

**4. Pytanie**

(zał. nr 1C, część nr 3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania suszarkę o wymiarach zewnętrznych 530x755x565 mm (szer. x wys. x gł.)?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści do postępowania suszarkę o wymiarach zewnętrznych 530x755x565 mm (szer. x wys. x gł.).

**5. Pytanie**

dot. Części 3-Zakup suszarki laboratoryjnej- Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach zewnętrznych 614 x 625 x 577 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach zewnętrznych 614 x 625 x 577 mm.

Uwzględnienie powyższych odpowiedzi może wymagać od Wykonawców w przygotowaniu ofert dodatkowego nakładu czasu pracy, tym samym **termin składania ofert ulega zmianie**, tj.: na dzień **01.10.2020** roku. Składanie ofert: za pośrednictwem *platformy zakupowej* <https://platformazakupowa.pl/transakcja/374697>. Otwarcie ofert: godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3, za pośrednictwem *platformy zakupowej*. Tym samym **zmianie ulega treść SIWZ** w: pkt. 17.1.1 i pkt. 17.2.1.

W związku z określonymi wyżej modyfikacjami oraz zmianą terminu składania/otwarcia ofert **zmianie ulega treść *Ogłoszenia o zamówieniu*** nr 587046-N-2020, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2020 r. - *ogłoszenie o zmianie ogłoszenia* stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Z-ca KANCLERZA**

*mgr Joanna Kostuś*

*Załączniki:*

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*

*SIWZ\_modyfikacja 25092020*