



Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: PN-97/23

Część nr 11 - Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 2 szt.

Producent, typ (model)		EM-MED Sp. z o.o. Sp. K., EmTherm 1D	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023) nowy, nieużywany		Tak, 2023	
Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)		Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę wraz z montażem i szkoleniem) 17 780,00 zł, w tym VAT8%	
Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy dostawy, lecz nie później niż 30.11.2023		Tak, Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy dostawy, lecz nie później niż 30.11.2023	
Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak, gwarancja 24 miesiące	
LP.	Opis wymagania	Wartość wymagana	Wartość deklarowana
1.	Stołowa cieplarka o wadze mniejszej niż 30 KG	TAK	Tak, Stołowa cieplarka o wadze 21 kg
2.	Wymiary cieplarki mniejsze niż: 400 x 700 x 450 mm	TAK	TAK, Wymiary cieplarki 350 x 600 x 420 mm
3.	Zakres regulacji temperatury: minimum od 30 do 70 stopni C	TAK	TAK, Zakres regulacji temperatury: od 25 do 70 stopni C
4.	Pojemność cieplarki minimum: - 10 butelek 1000 ml - 20 butelek 500 ml - 2 worki po 4000 ml - 3 worki 2500 ml	TAK	TAK, Pojemność cieplarki: - 12 butelek 1000 ml - 24 butelek 500 ml - 2 worki po 5000 ml - 3 worki 3000 ml
5.	Funkcja ogrzewania konwekcyjnego	TAK	TAK, Funkcja ogrzewania konwekcyjnego z dodatkowym wymuszonym obiegiem powietrza
6.	Akustyczny i optyczny alarm w przypadku niedomknięcia drzwi/szuflad	TAK	TAK, Akustyczny i optyczny alarm w przypadku niedomknięcia drzwi
7.	Dokładność kontroli temperatury w zakresie +/- 2%	TAK	TAK, dokładność kontroli temperatury w zakresie +/- 2%
8.	Zasilanie 220 – 240VAC, 50 HZ	TAK	TAK, Zasilanie 100 – 240VAC, 50/60 HZ
9.	Urządzenie dopuszczone do pracy w UE, posiadające certyfikaty uprawniające do użytku	TAK	TAK, Urządzenie dopuszczone do pracy w UE, posiadające certyfikaty uprawniające do użytku zgodnie ze standardami medycznymi: Klasa I
10.	Cicha i łatwa w obsłudze praca	TAK	TAK, Cicha i łatwa w obsłudze praca
11.	Pokrywa cieplarki wyposażona w funkcję automatycznego domykania	TAK	TAK, Pokrywa cieplarki wyposażona w funkcję automatycznego domykania



Opis przedmiotu zamówienia

12.	Oprogramowanie z programatorem czasowym	TAK	TAK, Oprogramowanie z programatorem czasowym
13.	Cieplarka dedykowana do pracy na oddziałach anestezjologicznych oraz neonatologicznych	TAK	TAK, Cieplarka dedykowana do pracy na oddziałach anestezjologicznych oraz neonatologicznych, zgodnie ze standardami medycznymi: Klasa I
14.	Certyfikat CE i noty zgodności umożliwiające pracę w UE	Tak	TAK, Certyfikat CE i noty zgodności umożliwiające pracę w UE