

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatów USG w podziale na 4 części w ramach projektu POPI**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw 1

Część nr 2: Aparat USG (Neonatologia I)

Pytanie nr 1

Pytanie 1.Dot. Tabela – Opis Wymagania – pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 14-bitowy przetwornik z systemem równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym formowaniem do 32 wiązek jednocześnie z różnych kierunków?

Przetwornik 14-bitowy jest znacznie lepszy od 12-bitowego i zapewnia szybsze przetwarzanie sygnałów co przekłada się na wyższą jakość obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pytanie 2 Dot. Tabela – Opis Wymagania – pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głębokość obrazowania w zakresie 1-50 cm, która obecnie jest standardem w tej klasie aparatów? Niewielka różnica (zaledwie 4 cm) w stosunku do wymaganej wartości w praktyce jest niezauważalna i nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw 2

Część nr 4: Aparat USG (Pracownia Wad Płodu)

Pytanie nr 1

1.Czy nie uważacie Państwo, że aparat tej klasy przeznaczony do pracowni Wad Płodu powinien posiadać minimum 10” ekran dotykowy do jego obsługi. Ekran taki w znaczącym stopniu ułatwia i skraca czas badania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ pkt 62 Zamawiający wymaga ekranu dotykowego min. 10”.

Pytanie nr 2

2.Załącznik 1, cz. 4, pkt. 49 - czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę objętościową 3D/4D typu Convex wykonaną w technologii jedno-rzędowej o zakresie częstotliwości 2,0-8,0 Mhz i ilości kryształów 192 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia załącznik nr 3 i 3a do SWZ w wersji edytowalnej.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

