



L.dz. *W.1138*./2022/DZP

Olsztyn, 22.07.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania nr 284/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i badawczego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 3):**

Czy Zamawiający dopuści wagę z możliwością zmiany jednostek wskazanych OPZ, ale bez kg? W wagach analitycznych stosowanie tej jednostki masy jest niezasadne, ponieważ waga nie jest przystosowana do obciążeń powyżej 1 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie wagi analitycznej z możliwością zmiany jednostek: g, mg, ct, lb, oz, ozt.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA  
*mgr Adriana Faraś-Bąk*

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

*Dorota Borkowska*