

Konin, 26.08.2022r.

WSZ-EP-38/1285/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: "Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych" nr sprawy WSZ-EP-38/2022

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 13

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące pakietu numer 1:

1. Czy ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych na terenie Polski do 5 lat od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmodyfikuje zapisy paragrafu 5 ust. 4 pkt 3 załącznika numer 5 do SWZ – PPU.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy uwagi na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar jest produkowany pod zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 1 do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji dostawy do 0,5% wartości brutto danego asortymentu za każdy dzień zwłoki? Obecna wysokość jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar na rynku sprzętu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska