



Stargard, 22.02.2022 r.

KF-3.III-382/4.1/2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 4/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów.**

### **Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu 9, Pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu 9, Pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 85

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu 9, Pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu 9, Pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu 9, Pozycja 5:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, przewodnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu 9, Pozycja 6:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, przewodnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7- dotyczy Pakietu 9, Pozycja 7:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8- dotyczy Pakietu 9, Pozycja 8:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108357





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9- dotyczy Pakietu nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, kaniule dożylnie wykonane z FEP, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10- dotyczy Pakietu nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pochodzący od jednego producenta, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk. Zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym oznaczony numer ostrza, data produkcji, data ważności oraz numer serii.

Opisane ostrza są wystarczające do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej, a wymóg producenta na ostrzu wskazuje na konkretnego wytwórcę, co stanowi nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wymóg ten nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz jakość i efektywność przeprowadzanych procedur medycznych. Dlatego dane umieszczone na opakowaniu jednostkowym, są wystarczającą informacją, szczególnie że Zamawiający wymaga, aby wszystkie ostrza pochodziły od jednego producenta.

Ponadto, zasady i obligatoryjne elementy oznakowania wyrobów medycznych, wynikają z przepisów załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211). Punkt 13.3 załącznika wyraźnie wskazuje elementy oznakowania wyrobu, przy czym odnoszą się one do opakowania/etykiety. Żaden z przepisów prawa, dotyczących wyrobów medycznych, nie

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

nakazuje umieszczania jakichkolwiek oznakowań bezpośrednio na wyrobach! Stąd takie żądanie, jako bezpodstawne, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, winno być uznane za niebyłe.

W razie podtrzymania wymogu, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, na których bazuje prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga ostrza ze stali nierdzewnej chirurgicznej, doświadczenie użytkownika przemawia za takim rozwiązaniem.**

**Pytanie nr 11- dotyczy Pakietu 4 Pozycja 5:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 5 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w jedną strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 12- dotyczy Pakietu 12:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych z cewnikiem z biozgodnego PTFE, widocznych w RTG .

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13- dotyczy Pakietu 12:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kaniule wyposażone były w samodomykający się korek portu bocznego, co ułatwia obsługę jedną ręką i zmniejsza obciążenie wklucia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 14- dotyczy Pakietu 2, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm

3 x tufery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m<sup>2</sup>

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

1 x peseta metalowa 12 cm

1 x peseta plastikowa niebieska

Opakowanie twarde blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15- dotyczy Pakietu 6, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na igły o pojemności 2l, wysokości 246mm, średnicy górnej 109mm oraz średnicy dolnej 95mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem etykiety informacyjnej zgodnie z OPZ.**

**Pytanie nr 16- dotyczy Pakietu 6, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na igły z etykietą informacyjną zawierającą pole do opisu na:

- Siedzibę wytwórcy odpadów;
- Rodzaj odpadów (kod);
- Data i godzina otwarcia pojemnika;
- Data i godzina zamknięcia pojemnika;
- Osoba zamykająca pojemnik?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.**

**Pytanie nr 17- dotyczy Pakietu 6, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści wymazówki 12x150mm z pałeczką plastikową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18- dotyczy Pakietu 6, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady 0,2l z etykietą informacyjną zawierającą pole do opisu na:

- Miejsce pochodzenia odpadu;
- Rodzaj odpadu;

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

- Data zamknięcia;
- Podpis zamykającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 19- dotyczy Pakietu 15, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu z następującą regulacją przepływu:

- Od 5 do 250 ml/h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości;
- Od 5 do 200 ml/h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 20- dotyczy Pakietu 15, pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 21- dotyczy Pakietu 15, pozycja 5:**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22- dotyczy Pakietu 9:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy zestawy do kaniulacji żył centralnych światowego lidera ARROW wg następującego opisu:

- Poz. 1 zestaw jednoświatłowy 6Fr/20 cm
- Poz. 2 zestaw jednoświatłowy 5FR/20cm
- Poz. 3 zestaw dwukanałowy: 7Fr/20cm
- Poz. 4 zestaw trzykanałowy 8,5Fr/20cm
- Poz. 5 zestaw trzykanałowy 7Fr/16cm
- Poz. 6 zestaw trzykanałowy 7Fr/20cm

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 090304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108357





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Poz. 7 zestaw czterokanałowy 8,5Fr/20cm

Poz. 8 zestaw dwukanałowy 7Fr/16cm

W skład proponowanych zestawów wchodzi cewnik z PUR z miękką końcówką, przewodnica „J” stalowa z podziałką w cm, strzykawka 5ml, ostre rozszerzadło do tkanek, że nie trzeba używać skalpela, wyprofilowane giętke złącza cewnika, igła punkcyjna ostra, cienkościenna o rozmiarze 18Ga/6,35cm, opakowanie typu blister, ułatwiające jałowe wyjęcie kaniuli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

---

**Pytanie nr 23- dotyczy pakietu 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego jednorazowego użytku do respiratora Newport HT 70, jednorurowego dla dorosłych z zastawką wydechową i dwoma drenami w tym jeden luer lock, z obrotową końcówką do pacjenta i z kapturkiem zabezpieczającym, układ mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24- dotyczy §3 ust. 10:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący: „Zapłata za zrealizowaną dostawę będzie odbywała się na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25- dotyczy Pakietu 15, poz. 3-5:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo na zaciskaczu rolkowym identyfikującym przyrząd.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26- dotyczy Pakietu Pakiet 15, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

Posiada specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Długość drenu: 180 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27- dotyczy Pakietu 15, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem

Igła biorecza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem

Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu

Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)

15 µm filtr płynu

Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną

Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknień z zaciskiem przesuwным

Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h

i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h

Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jedнокrotnego użytku

Opakowanie typu blister, Wolny od ftalanów

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 28- dotyczy Pakietu 15, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/h

Długość drenu 180 cm.

Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.

Możliwość obsługi jedną ręką.

Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.

Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.

Zakończenie drenu luer lock.

Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.

Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Jednokrotnego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29- dotyczy Pakietu 15, poz. 3:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez nazwy producenta na zaciskaczu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w OPZ.**

**Pytanie nr 30- dotyczy Pakietu 30, poz. 4:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 31- dotyczy Pakietu 12, pozycje 1-7:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną z FEP, jałową, ze skrzydełkami, z portem bocznym, linią rtg w rozmiarach i przepływach wymaganych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32- dotyczy pakietu 15, poz. 3-5:**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie Publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.**

**Pytanie nr 33- dotyczy Pakietu 15, poz. 3-5:**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w OPZ.**

**Pytanie nr 34- dotyczy Pakietu 15, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 35- dotyczy Pakietu 15, poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 36- dotyczy Pakietu 15, poz. 5:**





Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 37- dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1-7:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniul o poniższym opisie:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

Rozmiar Gauge    Rozmiar (mm.)    Długość (mm.)    Przepływ (ml./min.)

14 2.1 45 300

16 1.8 45 200

17 1.5 45 140

18 1.3 45 90

20 1.1 33 61

22 0.9 25 36

24 0.7 19 15

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 38- dotyczy Pakietu 13 poz. 1-9:**

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 39- dotyczy Pakietu 13 poz. 1-9:**

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz numer ostrza?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 40- dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3-5:**

Czy Zamawiający wymaga przyrządów z komorą kropłową pozbawioną PVC?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ.**

**Pytanie nr 41- dotyczy Pakietu 15 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z regulatorem przepływu o zakresie 5-250?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42- dotyczy zapisów SWZ:**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, ), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem.**





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 43- dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem.**

**Pytanie nr 44- dotyczy zapisów SWZ:**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem.**

**Pytanie nr 45- dotyczy zapisów SWZ:**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem.**

**Pytanie nr 46- dotyczy Pakietu 14 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 47- dotyczy Pakietu 14 poz. 1-2:**

Prosimy o podanie ilości wymaganych próbek na żądanie Zamawiającego.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

**Odpowiedź: Po 10 sztuk w każdej pozycji.**

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 48- dotyczy Pakietu 14 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o wymiarach 42x45, bez skrobaka, o całkowitej powierzchni 1890mm<sup>2</sup>, powierzchni żelu 200mm<sup>2</sup>, odporności na odrywanie 10N i pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 49- dotyczy Pakietu 14 poz. 2:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o wymiarach o całkowitej powierzchni 1534mm<sup>2</sup>, odporność na oderwanie wg EN 1719:1998 na poziomie 16,2N i pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 50- dotyczy Pakietu 12, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego w pakiecie 12, pozycja 1 o dopuszczenie: Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych bez dodatkowego portu górnego. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 51- dotyczy Pakietu 12 poz. 2-4:**

Prosimy Zamawiającego w pakiecie 12, pozycja 2,3,4 o dopuszczenie: bezpieczna kaniuła dożylna, posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Rozmiar 0,9mm - 22G, dł. 25 mm, przepływ min. 42 ml/min, rozmiar 20 G, przepływ 67 ml/min, rozmiar 18G, dł 45 mm, przepływ 103ml/min. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 52- dotyczy Pakietu 12 poz. 5-7:**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337





Prosimy Zamawiającego w pakiecie 12, pozycja 5,6,7 o dopuszczenie: bezpieczna kaniula dożylna, posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachłapaniu krwią, bez przezroczystej komory kontrolnej umożliwiającą łatwe, wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły. Rozmiar 17G, dł. 25 mm , przepływ min. 133 ml/min, rozmiar 16 G , przepływ 236 ml/min. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 53- dotyczy Pakietu 15 poz.1:**

Czy Zamawiający w pakiecie 15, pozycja 1 wymaga: Aparat do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD). Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa 1 częściowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 54- dotyczy Pakietu 15 poz. 3:**

Prosimy w pakiecie 15, pozycja 3 o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, nazwa producenta na opakowaniu. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 55- dotyczy Pakietu 15 poz. 4:**

Prosimy w pakiecie 15, pozycja 4 o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, nazwa producenta na opakowaniu. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 56- dotyczy Pakietu 15 poz. 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15, pozycja 5: przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, nazwa producenta na opakowaniu. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2 *cap Dziubek*  
KIEROWNIK  
Zespołu Poradni Specjalistycznych  
SPWZOZ w Stargardzie  
Rafał Tomasz Dziubek

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego  
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337