

Konin, 09.03.2022 r.

WSZ-EP-49/2021/337/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-49/2021****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 8**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy: Pakiet 6 – Macerator do utylizacji naczyń dużej objętości i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (oddział neurologii, oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym) - 2 szt.

Treść pytania nr 1:

LP. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej oraz o pokrywie z tworzywa antybakteryjnego, które powstrzymuje namnażanie się mikroorganizmów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej oraz o pokrywie z tworzywa sztucznego. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.6 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 2:

LP. 2

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o w pełni automatycznym systemie otwierania i zamykania, z otwieraniem urządzenia przez czujnik nożny i zamykaniem pokrywy aktywowanym przez zbliżenie dłoni do czujnika górnego lub przez automatyczne zamykanie po 60 sekundach od otwarcia. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i nie naraża na kontakt podczas procedury otwierania i zamykania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby macerator był otwierany i zamykany bezdotykowo. W związku z tym Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2.6 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 3:

LP. 4

Prosimy o dopuszczenie maceratora, w którym maceracja odbywa się w bębnie w technologii otwartej. Dzięki zastosowaniu otworów o wielkości 10 mm urządzenie uniemożliwia przedostanie się większych elementów do odpływu przed jego pełną maceracją

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

LP. 5

Prosimy o dopuszczenie maceratora z diodowym system wyświetlania komunikatów o etapach pracy. Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem, urządzenie z takim systemem komunikatów spełnia wszystkie potrzeby osób je obsługujących, ponadto jest systemem trwałym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:

LP. 6

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 64kg i wymiarach szer. x wys. x gł. (pokrywa zamknięta): 400 X 975 ±3 X 510mm, wymiary szer. x wys. x gł. (pokrywa otwarta): 400 x 1500 ±3 x 510mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 6:

LP. 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawiania badania przeprowadzonego przez niezależne źródło potwierdzające niewydostawanie się patogenów w czasie cyklu maceracji. Wszelkie niezbędne wymogi dotyczące bezpieczeństwa procesu maceracji wynikają z zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowania oraz są potwierdzone certyfikacją producenta DDC Dolphin. Załączamy oświadczenie producenta dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i prosimy jednocześnie o usunięcie w całości pkt 10.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia parametr wymagany określony w punkcie 10 Załącznika nr 2.6 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, na następujący: „*Badania przeprowadzone przez niezależne źródło **lub oświadczenie producenta lub certyfikat, potwierdzające niewydostawanie się patogenów w czasie cyklu maceracji.*** Zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.