



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 21 listopada 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WCKiK – SZP.2612.2.57/D/2022

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników potrójnych góra-dół do pobierania krwi
Sprawa 57/D2022*

Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, w którym dren pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na KKCz ma długość 45 cm (+/- 5 cm) i nie posiada oznaczenia na wykonanie pilotek, natomiast posiada dodatkowy oznakowany dren przy pojemniku na KKCz o długości ok. 90 cm (+/- 5 cm), pozwalający na wykonanie 11 pilotek ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zmienia zapis w punkcie 14 Arkusza asortymentowo cenowego i nadaje mu brzmienie: 14. Długość minimalna drenu pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na KKCz 45 cm (+/- 5 cm). Pojemnik na KKCz posiada dodatkowy, oznakowany dren o długości minimum 85 cm. służący do wykonania pilotek.

Pytanie 1.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, na 0,2 % wynagrodzenia od niedostarczonej terminie partii zamówionego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany
Wskazać należy, że **kara umowna**, w świetle postanowień art. 483 Kodeksu cywilnego, jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu **wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań**(vide: wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785; wyrok SA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 r., I ACa 99/13, LEX nr 1313465; wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r., I ACa 174/13, LEX nr 1375649; wyrok SA w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r., I ACa 365/13, LEX nr 1345561). Skłania ona tym samym stronę zobowiązaną do ścisłego wypełnienia zobowiązania. Treścią zastrzeżenia kary umownej jest zobowiązanie się dłużnika do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zapłata kary umownej stanowi niejako automatyczną sankcję przysługującą wierzycielowi w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik odpowiada.

Zaznaczyć należy, że wysokość kary umownej zasadniczo jest dowolna. Kodeks cywilny nie określa granic kary umownej. W świetle postanowień art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna powinna być wyrażona w pieniądzu albo przez wskazanie parametrów odnoszących się do zabezpieczonego świadczenia, które umożliwiają ustalenie jej wysokości. W związku z tym, w umowie stanowiącej załącznik do SWZ wskazano określony procent wartości wynagrodzenia brutto należnego za przedmiot umowy, jako wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy lub nienależyte jej wykonania. Zauważenia wymaga, iż ustalono jej wysokość na takim poziomie, aby nie stanowiła ona źródła wzbogacenia się poszkodowanego ani nie przewyższała wielkości świadczenia, którego wykonanie ma zabezpieczać (*vide: wyrok SA w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137*).

Kara umowna w wysokości określonej w umowie, ma realnie zabezpieczyć wykonanie umowy i została skalkulowana w taki sposób aby jej wysokość w minimalnym zakresie ma zrekompenzować zamawiającemu koszty poniesione w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Pytanie 1.

3. Zamawiający w pkt. 12 Załącznika nr 2 do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy) zawarł wymóg dotyczący miejsca podłączenia drenu czerpalnego do pojemnika z CPD. Prosimy o zaakceptowanie zestawu, w którym dren czerpalny jest podłączony w górnej części pojemnika macierzystego do pobierania krwi pełnej. Takie rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w tym w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Lublinie, Łodzi czy Bydgoszczy, i gwarantuje produkcję składników krwi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w pkt. 12 Załącznika nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy.

Pytanie 2.

4. Zamawiający w pkt. 14 Załącznika nr 2 do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy) zawarł wymóg dotyczący minimalnej długości drenu pomiędzy pojemnikiem macierzystym a pojemnikiem na KKCz oraz wymóg jego oznakowania. Prosimy o zaakceptowanie zestawów, gdzie wspomniana długość drenu wynosi średnio 44 cm i jest wystarczająca do automatycznego rozdziału na posiadanych przez Zamawiającego prasach automatycznych oraz gdzie do wykonywania pilotek służy dodatkowy dren przy pojemniku na KKCz o długości średnio 96 cm, posiadający oznakowanie.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zmienia zapis w punkcie 14 Arkusza asortymentowo cenowego i nadaje mu brzmienie: 14. Długość minimalna drenu pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na KKCz 45 cm (+/- 5 cm). Pojemnik na KKCz posiada dodatkowy, oznakowany dren o długości minimum 85 cm. służący do wykonania pilotek.

W imieniu zamawiającego