



Znak: AE/ZP-27-48/22

Tarnów, 2022-08-04


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę defibrylatorów 2 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 13** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czas ładowania energii zadanej, do 200J wynoszący 5,8 sekundy?
2. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 34** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 0 do 140 mA z prostokątnym szerokim (40 ms) impulsie energii? Terapia minimalizująca ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego oraz poprawienie rokowań na przyszłość.
3. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 11** - Czy Zamawiający dopuści defibrylatory uznanego europejskiego producenta z dwufazowa energią defibrylacji o wartości max. 200J? Impulsowa fala energii defibrylacyjnej, jaką posługują się oferowane przez nas defibrylatory pozwala na stałe utrzymywanie komórek serca w stanie wzbudzonym dzięki szybkiemu dostarczeniu energii elektrycznej w czasie zbliżonym do czasu chronaksji. To czas, który pozwala na skuteczne wzbudzenie komórek przy użyciu jak najmniejszej możliwej energii. U ludzi czas ten wynosi od 2 do 6 ms. Oferowane przez nas defibrylatory zapewniają stałą całkowitą energię otrzymywaną przez pacjenta podczas wstrząsu w trakcie defibrylacji, niezależnie od impedancji ciała pacjenta dzięki metodzie kompensacji impedancji.
4. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 13**- Czy Zamawiający uzna za wystarczający czas ładowania do 150J < 5 sekund, a do energii 200J < 7 sekund?
5. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 26** - Czy Zamawiający uzna za wystarczające i dopuści do zaoferowania defibrylator z poziomami wzmocnienia sygnału ekg: 0,25, 0,5, 1, 2 cm/mV?
6. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 34** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, uznanego europejskiego producenta z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 10 do 200 mA?
7. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 13** - Czy Zamawiający dopuści ładowanie do energii zadanej 200 J w czasie poniżej 7 s w przypadku zasilania z sieci 230 VAC i w czasie poniżej 9 s gdy defibrylator jest zasilany tylko z akumulatora?
8. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 6** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z wagą maksymalnie 7,1 kg bez dołączanego wyposażenia.
9. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 12** - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 23 dostępnymi poziomami energii przy defibrylacji zewnętrznej, energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J, wybór energii za pośrednictwem selektora energii na płycie czołowej defibrylatora, parametr oceniany o 10 pkt?
10. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 17** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metronomu generującego akustyczny sygnał pomocniczy, aby ułatwić wykonywanie ucisków i oddechów z odpowiednią częstotliwością i we właściwej proporcji.
11. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 28** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z wewnętrzną pamięcią z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG.
12. **Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 31** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności automatycznych testów podczas włączenia urządzenia z możliwością wydruku wyniku i pracy defibrylatora; możliwością wykonania testu ręcznie.



13. Dotyczy Załącznika nr 5 pkt 37 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pomiarem tętna od 25 do 240 uderzeń na minutę.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

**Ad. 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 6**

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.34 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”  
**zapis o treści:**

„Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 5 do 200 mA. “

**zmienia na zapis o treści:**

„Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 10 do 200 mA. “

**Ad. 7**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 8**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 9**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.12 Załącznika Nr 5 do SWZ wymaga zaoferowania defibrylatorów posiadających minimum 15 poziomów energii wyładowania w zakresie od minimalnego poziomu energii wynoszącego maksimum 5J do maksymalnej oferowanej energii. Poziomy energii defibrylacji ustawiane na płycie czołowej defibrylatora lub łyżkach defibrylujących.

**Ad. 10**

Zamawiający dopuszcza również metronom generujący akustyczny sygnał pomocniczy, aby ułatwić wykonywanie ucisków i oddechów z odpowiednią częstotliwością i we właściwej proporcji.

**Ad. 11**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad. 12**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757



**Ad. 13**

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.37 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”  
**zapis o treści:**

„Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum od 20 do 250 uderzeń/minutę.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum od 25 do 240 uderzeń/minutę.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.6 i Ad.13, działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 19.08.2022r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 19.08.2022r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.11.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie  
*Marcin Kuta*

