



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 05.04.2023 r.

DZP – 14/2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

#### **Pytanie 1 - Pakiet nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki na bazie chloru typu Suma Tab o działaniu na Spory wg EN 13704 w czasie 15 min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie 2 - Pakiet nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, o wymiarach 18 x 20cm, gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, wykonane z włókien celulozowych i syntetycznych, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 szt. typu flow-pack, wyrób medyczny klasy Iia?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie 3 - Pakiet nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro – 1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., dodatkowo przebadany zgodnie z EN 16615 w zakresie bakterio i drożdżakobójczości, pakowane w opakowania typu flow-pack, w rozmiarze 20cm x 28cm, konfekcjonowane po 200sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 4 - Pakiet nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny typu Mediquick, zawierający w składzie etanol, propan-2-ol, alkylobiguanidynę, wykazujący działanie bakterio- bójcze - 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae - w 5 min. drożdżakobójcze - w 1 min., wirusobójcze: HIV/HBV/HCV – 30

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

sek., Noro - 5 min., możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, preparat po aktywacji chusteczek utrzymuje trwałość do 28 dni, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5 - Pakiet nr 8, poz. 2, 4**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Fugaten Spray na bazie etanolu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, sklasyfikowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, o spektrum działania B, F- do 1min, Tbc- 30s, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro)- 30s, Polio- 5min; bakterie, drożdże EN 16615- 5min, preparat po aktywacji chusteczek utrzymuje trwałość do 28 dni?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6 - Pakiet nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki włókninowe (70% wiskozy, 30% poliestru) do aktywacji preparatem alkoholowym przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni o wymiarach 16x39 cm, o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, kompatybilne z dyspenserem z poz. 5 i z preparatem z poz. 4, nie zarejestrowany jako wyrób medyczny?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7 - Pakiet nr 11, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający w poz. 3, 4 dopuści do oceny preparaty konfekcjonowane w jednorazowe worki o pojemności 700 ml bez możliwości dolewania, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8 - dot. SWZ**

W związku z krótkim czasem na zgromadzenie ofert cenowych od producentów oraz przygotowanie oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odp.:** Zamawiający w dn. 4.04.2023 r. zmienił termin składania ofert na dzień 12.04.2023 r. godz. 9:00

**Pytanie 9 – Pakiet nr 2, poz. 4**

W związku z aktualizacją badań przez producenta prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Aniosyme Prime o spektrum działania na: B, Candida, Tbc (M.terrae), V (PRV (surogat HBV), BVDV, Herpeswirus, HIV-1, wirus Vaccinia) w czasie 15 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 – Pakiet 3, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu Opaster do manualnej i półautomatycznej dezynfekcji wyrobów medycznych, takich jak sprzęt chirurgiczny i medyczny, endoskopy oraz sprzęt termolabilny. Na bazie aldehydu ortoftalowego o 14-to dniowej trwałości roztworu, która jest sprawdzana dedykowanymi paskami testowymi. Zakres działania bójczego: B / 14561/,F /14562/,V / 14476 - wirusy krwiopochodne/, Tbc / 14563/, 5 min; S dla Clostridium difficile R027 -30 min. Opakowanie 5L.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza preparat o właściwościach opisanych , jednocześnie Zamawiający wymaga zaoferowania odpowiedniej ilości pasków będących wskaźnikami aktywności preparatu.- z przeliczenia 19 op. x 50 szt.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie 11 – Pakiet nr 3, poz. 4**

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu zalecanego przez producenta jako zamiennik. Enzymatycznego preparatu do mycia narzędzi. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych, w myjniach dezynfektorach i myjniach tunelowych. Gęstość 1.10. Opakowanie 5 l.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12 – Pakiet nr 7, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny tabletek działających na S zgodnie z norma EN 13704 w czasie 15 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13 – Pakiet nr 7, poz. 3**

W związku z aktualizacją badań przez producenta prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Desam Prim działającego na B,F,V – 15 min Tbc- 30 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14 – Pakiet nr 7, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny tabletek działających na S zgodnie z norma EN 13704 w czasie 15 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15 – Pakiet nr 7, poz. 6**

Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miała na myśli spełnia normę 16615 w warunkach czystych. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy preparat opisany w/w pozycji nie ma działania zgodnie z normą normę 16615 w warunkach brudnych.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza preparat, który spełnia normę 16615 w warunkach czystych

**Pytanie 16 – Pakiet nr 8, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek włókninowych typu Medisept dry wipes wykonanych z wiskozy oraz Polieterosulfon. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17 – Pakiet 8 zapis pod poz. 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod zapisem:

Oferent winien zaproponować ilość preparatu potrzebną do zaktywowania ilości chusteczek określonych w poz. 1. i przedstawić zasady wyliczenia tej ilości oraz dołączyć stosowną instrukcję. Preparat winien spełniać normę 16615 z chusteczkami w poz. 1 w warunkach brudnych.

miał na myśli to, że w poz. 4 gdzie opisany jest preparat do zalewania chust z poz. 3 Wykonawca ma odpowiednio podać i wycenić ile litrów wycenia. Przykładowo jeśli 1,5 l roztworu jest na 1 opakowanie chusteczek to wycenia zamiast 2800 l to 3000 l

**Odp.:** Tak, ilość 2800 została oszacowana orientacyjnie dla preparatu, który był stosowany dotychczas w ilości 1,4 l/op zawierające 100 chusteczek.

**Pytanie 18 – Pakiet nr 10, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu Braunoderm wykazującego działanie na B, F w czasie 15 s, Tbc, V – 30 s. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19 – Pakiet nr 10, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu Softasept N bezbarwny wykazującego działanie na B, Tbc, F, V (HCV, HBV, HIV, Vacina) – 15 s. Polio – 5min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 20 – Pakiet nr 11, poz. 3,4**

Prosimy o informacje czy Zamawiający pod zapisem „w jednorazowych workach” miał na myśli jednorazowe specjalne, zasysające się butelki z zintegrowaną pompką. Z dozownikami Nexa są kompatybilne wyżej opisane butelki a nie jednorazowe worki.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza preparat we wkładach jednorazowych kompatybilnych z systemem Nexa.

**Pytanie 21 – dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 22 – Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.:** Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie 23 – Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.:** Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

**Pytanie 24 – Pakiet nr 5, poz. 1**

Dot. pakiet 5, pozycja 1. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem opakowania 2x5l wymaga łącznie zestawu: 2x5l składnika A oraz 2x5l składnika B?

**Odp.:** Tak

**Pytanie 25 – Pakiet nr 5, poz. 1**

Dot. pakiet 5, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu kompatybilnego z myjnią endoskopową Medivators Advantage Plus o zakresie działania: B, V, F, Tbc - 5 minut oraz eliminacji form przetrwalnikowych bakterii - 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza?

**Odp.:** Tak

**Pytanie 26 – Pakiet nr 6, poz. 2**

Dot. pakiet 6, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w pełni kompatybilnego z myjnią endoskopową Medivators Advantage Plus o podobnych właściwościach myjących z nowocześniejszym składem chemicznym do stosowania w kombinacji ze środkiem dezynfekcyjnym z poz. 1?

**Odp.:** Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 5 poz. 2 a zaoferowany preparat o nowocześniejszym składzie chemicznym nie posiada innych działań niekorzystnych to Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 27 – Pakiet nr 7, poz. 6**

Pakiet 7 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści preparat typu Virusolve + posiadający potwierdzoną skuteczność zgodnie z normą EN 16615 w warunkach czystych spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. Janusz Kuśmierz

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie