



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: dzp@szpital-nowytomysl.pl
www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018
PN-EN ISO 9001:2015-10



Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.12.24

Nowy Tomyśl, dnia 05.12.2024 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 1 wraz z informacją o modyfikacji SWZ

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1620 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 29.11.2024r. :

1. Prosimy o przedłużenie terminu dostawy do 90 dni od podpisania umowy ?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z warunkami umowy dotacji celowej realizacja inwestycji (dostawa ambulansu) oraz zapłata za dostarczony ambulans musi zostać dokonana do 31.12.2024r., w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy.

2. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający DMC 3.5t oraz silnik mocy 120 kW (163,2 KM), i pojemności 2299 cm³, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z manualną skrzynią biegów i alternatorem o mocy 185A spełniający normę emisji spalin EURO VI?

Odp. Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans spełniał wymagania określone w SWZ.

3. Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo, jest szyberdach, który oprócz doświetlania i wentylacji pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta. Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne. Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne ? Aby tak było szyberdach musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?

Wyjaśnienia treści SWZ + informacja o modyfikacji SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ambulans posiadający szyberdach, ale nie wymaga.

4. Czy klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Prosimy o potwierdzenie, że ambulans musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) zainstalowane pod autem lub innym miejscu dedykowanym przez producenta ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający w przypadku oferowania ambulansu z zestawem naprawczym wymaga dostarczenia koła zapasowego „luzem” wraz z narzędziami do wymiany koła.

6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,05m (przed adaptacją 3,08m) szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, z drzwiami na przegrodzie o wysokości 1,55m które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp. Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ.

7. Czy w okresie gwarancji za materiały zużywalne pojazdu bazowego oraz wyposażenia medycznego np. klocki hamulcowe, olej, filtry itp. płaci Zamawiający ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

8. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnych obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

9. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

10. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację mechaniczną oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Regulacja kolumny kierowcy w 2 płaszczyznach stanowi parametr punktowany.

11. Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści ambulans z nadwoziem typu kontener, pod warunkiem że wraz z zamontowanymi noszami elektryczno-hydraulicznymi i pozostałym sprzętem spełni wymagania dot. masy całkowitej ambulansu do 3,5 t.

Zestaw pytań nr 2 z dnia 02.12.2024r. :

Pytanie nr 1

Czy w związku z krótkim terminem realizacji Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, w którym ambulans w dniu odbioru nie będzie wyposażony w elektrycznie wysuwany stopień, lecz zostanie on zainstalowany do dnia 31.01.2025 r.? Takie rozwiązanie pozwoli nam dostarczyć ambulans w wymaganym terminie, a jednocześnie spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego w późniejszym etapie.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pojazd fabrycznie zostanie wyposażony w koła letnie, natomiast komplet kół zimowych(4 sztuki), spełniających wymogi wraz z niezbędnymi czujnikami, zostanie skompletowany jako wyposażenie dodatkowe? W dniu odbioru ambulans zostałby dostarczony na kołach zimowych, a fabryczne koła letnie (z felgami i czujnikami) zostałyby dostarczone luzem.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 4

Czy w związku z krótkim terminem realizacji Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, w którym ambulans w dniu odbioru nie będzie wyposażony w lodówkę sprężarkową do przewożenia leków, lecz zostanie ona zainstalowana do dnia 31.01.2025 r.? Takie rozwiązanie pozwoli nam dostarczyć ambulans w wymaganym terminie, a jednocześnie spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego w późniejszym etapie.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby książka gwarancyjna w formie papierowej została zastąpiona rejestrem elektronicznym prowadzonym przez producenta pojazdu bazowego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w formie papierowej również.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość punktowania gwarancji na samochód bazowy wynoszącej 60 miesięcy i dłużej, z limitem przebiegu do 250 tysięcy kilometrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści (tym samym we wszystkich miejscach, w których zapisane jest, iż wymaga min 48 m-cy gwarancji bez limitu km - dopuszcza udzielenie 48 m-cy gwarancji z limitem 250 tys. km) .

Zestaw pytań nr 3 z dnia 02.12.2024r. :

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze STRYKER Power PRO XT fabrycznie nowe, nie po ekspozycyjne z roku produkcyjnego 2023 objęte międzynarodową gwarancją producenta wyposażone w dedykowaną uprząż pediatryczną posiadającą pas piersiowy, pas ramienny oraz pas biodrowy ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści nosze wyprodukowane w 2023r. z ww. wyposażeniem o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

2. Czy Zamawiający doliczy punkty i dopuści na zasadzie równoważności krzeselko kardiologiczne tzw. schodołaz STRYKER Stair-PRO 6252 fabrycznie nowe, nie po ekspozycyjne z roku produkcyjnego 2023 o poniższych parametrach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:
 - wyposażone w siedzisko instalowane na stałe wykonane z tworzywa typu ABS
 - spełniające zapisy aktualnej normy EN 1865-4 w zakresie wagi bez akcesoriów dodatkowych do 15 kg przy nośności 227 kg

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści krzeselko wyprodukowane w 2023r. o ww. parametrach, jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SWZ.

Zestaw pytań nr 4 z dnia 02.12.2024r. :

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzeselko, którego kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka wynosi 27°, rozstaw zewnętrzny płóz 30 cm?

Odp. Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie krzeselka zgodnego z normą 1865-4, którego waga wynosi 15 kg?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 3, dot. NOSZE O NAPĘDZIE ELEKTRO-HYDRAULICZNYM

W związku z faktem, iż opis Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne tj. nosze Power-Pro XT firmy Stryker, prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego zgodnie z ustawą PZP oraz informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia mówiącym o możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego tj. noszy elektrycznych FERNO Viper charakteryzujących się poniższymi parametrami:

- Szerokość całkowita noszy: 60 cm

- Całkowita długość noszy 200 cm, po skróceniu max. 160 cm.

- Wykonane z materiału odpornego na korozję i zabezpieczonego przed korozją

- Elektrycznie regulowana wysokość leża: 38-133 cm

- Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze

- Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha

- Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnymi funkcji
- Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do 90 ° wspomaganą sprężyną gazową, a zgięcie kolan do 30°
- Rozkładane poręcze boczne, z uchwytami zwalniającymi, zwiększające powierzchnię materaca, regulowane w 5 pozycjach ułatwiających transport pacjentów otyłych
- Pozycja przeciwwstrząsowa min. +15°
- Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
- Wyprofilowany materac, w środkowej części dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych, mocowany na rzepy. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujących krwi i płynów, odpornych na środki dezynfekujące.
- Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
- Uchwyty do prowadzenia, sterowanie elektrycznie noszy na poziomach zapewniające łatwą obsługę dla personelu med. o zróżnicowanym wzroście
- Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora
- Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie
- Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia, załadunku i wyładunku noszy
- Bezpieczne obciążenie robocze 395 kg, max. waga ciała pacjenta do 318 kg.
- Waga noszy max. 75 kg zgodnie z normą EN PN 1865-3:2012 + A1:2015
- Nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń. Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania noszy normy EN PN 1865-3:2012 + A1: 2015 lub równoważnej przez niezależną jednostkę notyfikacyjną – przy dostawie
- Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia
- Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz z możliwością załadunku noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz z noszami zgodne z normą dla noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010 +A1:2015 lub równoważną.
- System mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta
- Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego
- Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania ułatwiające pracę w nocy
- Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku
- W zestawie komplet baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania noszy z zasilania 12 V.
- Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z min. 15 cm średnicą, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
- 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe)
- Skracana tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.
- Możliwość rozłożenia leża noszy po skróceniu tylnej ramy noszy
- 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne
- Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak
- Możliwość mycia ciśnieniowego noszy
- Autoryzowany serwis na terenie Polski

- Nosze wyposażone w dodatkowy zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci kompatybilny z zaoferowanymi noszami głównymi

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści. Wykonawca winien jednak odnieść się w pytaniu do konkretnych parametrów wskazanych w Zał. 1A Opis przedmiotu zamówienia oraz wskazać konkretne różnice. Zamawiający zmodyfikował wymagania w zakresie wagi noszy, regulacji wysokości leża, oznakowania elementów związanych z obsługą noszy, regulacji poręczy bocznych, zakresu temperatury pracy, a także parametry punktowane w kryterium oceny ofert Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne) – Szczegóły w Zał. 1A Opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji).

Zestaw pytań nr 5 z dnia 02.12.2024r. :

1. Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji do 31.01.2025r.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, termin realizacji określony został w umowie o dofinansowanie.

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o dopuszczenie możliwości wystawienia faktury w grudniu i dostarczenia pojazdu w ciągu 30 dni zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rok produkcji pojazdu bazowego 2023, a ambulansu 2024 – zgodnie z punktem.

Odp. Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga pojazdu bazowego wyprodukowanego w 2024r. Punkt 10 (wymagania ogólne, załącznik nr 1A do SWZ) odnosi się do sprzętu zamontowanego w ambulansie – zamawiający dopuszcza sprzęt wyprodukowany w 2023r. (nosze, krzeselko, pasy itp.) (zamawiający wykreśla z ww. punktu omyłkowo wpisane słowo „pojazdu”).

4. Prosimy o dopuszczenie napędu 4x4.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

5. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, pkt. V, 3 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki używanej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Miejsce pod drukarkę musi być na tyle uniwersalne, by można było w nim umiejscowić różne standardowo stosowane przez jednostki PRM drukarki dostępne na rynku a nie dedykowane jedynie pod konkretny model drukarki (sprzęt tego typu może być wymieniany np. w przypadku zepsucia).

6. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, pkt. V, 3 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej przy wskazywaniu wymaganej przez Zamawiającego instalacji do: Skaner Datalogic QD2430-WSK1.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki i nie wymaga instalacji do Skaner Datalogic QD2430-WSK1.

7. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, pkt. V, 3 – prosimy o potwierdzenie, że moduł, drukarka, tablet, stacja dokująca, uchwyt do drukarki nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

8. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, pkt. VI, 15 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2 reduktorów do dużych (10l) butli tlenowych.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

9. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, wymagania pozostałe, pkt. 2 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą dostarczy wymienione w tym punkcie urządzenia do siedziby Wykonawcy w celu zamocowania ich w ambulansie.

Odp. Zamawiającego:

Nie. Montaż winien być dokonany w siedzibie Zamawiającego.

10. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, wymagania pozostałe, pkt. 2 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy urządzenia wraz uchwytami do montażu ich w ambulansie.

Odp. Zamawiającego:

Urządzenia winny być przeniesione z obecnie użytkowanego ambulansu w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

11. Dotyczy załącznik nr 1A do SWZ, wymagania pozostałe, pkt. 2 – jeśli Zamawiający nie dostarczy urządzeń wraz z uchwytami montażowymi, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma je uwzględnić ofercie. Prosimy też o podanie marki i modelu urządzeń (defibrylatora, respiratora itp.), do których mają zostać dostarczone uchwyty.

Odp. Zamawiającego:

Wykonawca nie ma wyceniać uchwytów.

12. Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonów użytkowanych przez Zamawiającego w celu przygotowanie odpowiedniej instalacji.

Odp. Zamawiającego:

Określone zostały w punkcie V pkt 3 Zał. 1A Wyposażenie w środki łączności.

13. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych adaptacji przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.

Odp. Zamawiającego:

Nie wymaga.

14. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych samochodu bazowego wliczonych w cenę oferty.

Odp. Zamawiającego:

Nie wymaga.

15. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych sprzętu medycznego wliczonych w cenę oferty.

Odp. Zamawiającego:

Nie wymaga.

16. Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych samochodu bazowego (oleje, filtry) leży po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Zestaw pytań nr 6 z dnia 02.12.2024r. :

Dotyczy Nosze o napędzie elektryczno-hydraulicznym

(...)

1. Dotyczy parametr: *Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze posiadające możliwość skrócenia ramy noszy do 163 cm?

Wyjaśniamy, że zwiększona długość po złożeniu wynika z podwyższonej ergonomii obsługi noszy (większy pałąk, grubsze pianki) dla użytkownika.

Odp. Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ

2. Dotyczy parametr: *Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy na zakresie min. 36-90 cm.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze posiadające płynną elektryczną i zapasową manualną regulację wysokości leża noszy w zakresie 38-133 cm?

Odp. Zamawiającego:

Dopuści.

3. Dotyczy parametr: *Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w pełne koła jezdne (brak dętki wewnątrz opony) na otwartej feldze?

Odp. Zamawiającego:

Nie, Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy parametru: *2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z przodu i z tyłu noszy)*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost - zwolnienie i blokada dostępne z tyłu noszy.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy parametru: *Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w uchwyty do sterowania na jednym poziomie ale zwracamy uwagę na fakt, że dzięki szerokiej regulacji wysokości w zakresie 38-133 cm, osoba o dowolnym wzroście znajdzie dla siebie ergonomiczną wysokość uchwytów dla prowadzenia noszy?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy parametru: *Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w licznik cykli pracy (podnoszenie/opuszczanie) ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

7. Dotyczy parametru: *Waga noszy max. 65 kg*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze o wadze 75 kg, zgodnie z obowiązującymi normami PN EN 1865-2 oraz PN EN 1865-3?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający informuje, iż modyfikuje pkt 31 opisu parametrów noszy: Waga noszy (z akumulatorem) max. 75 kg.

Zamawiający dodaje także parametr punktowany w kryterium oceny ofert Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) w zakresie noszy:

Waga noszy do 65 kg – 6 pkt

Waga noszy powyżej 65 kg do 75 kg - 0 pkt

Zamawiający informuje ponadto, że w związku z dodaniem tego parametru punktowanego modyfikuje liczbę punktów przyznawanych za poszczególne parametry punktowane w kryterium parametry techniczno-funkcjonalne (łącznie liczba punktów pozostaje bez zmian i wynosi 40 pkt). Szczegółowy opis punktacji znajduje się w Zał. 1A Opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji).

8. Dotyczy parametru: *Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści mechaniczny system mocowania noszy, który może być montowany do lawety lub podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu 400 kg?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy parametru: *Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści mechaniczny system mocowania noszy bez zapasowego panelu sterowania?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

10. Dotyczy parametru: *Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze bez wskaźników typu LED?

Odp. Zamawiającego:

Nie dopuści.

11. Dotyczy parametru: *W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V DC i 230V AC. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie – zamontowany i podłączony do instalacji elektrycznej 12V/230V w przedziale medycznym.*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w jedną baterię z możliwością ładowania z zasilania 12 V DC i 230V AC bez wyjmowania z noszy, co za tym idzie bez dodatkowego uchwytu do ładowarki?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy parametru: *Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C.*
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze posiadające zakres temperatur pracy od -30° do +65° C.

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza.

13. Dotyczy parametru: *Przeznaczone do zabezpieczenia niemowląt i dzieci w przedziale wagowym 4,5 - 18kg*

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści dodatkowy zestaw pasów służących do transportu małych dzieci kompatybilny z zaoferowanymi noszami głównymi, przeznaczony do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 70 cm (wiek ok. 6 miesięcy) do 130 cm (wiek do ok. 7 lat), wyposażonych w 4 pasy do mocowania do noszy, pięć punktowy zamek łączący 2 wyściełane paski naramienne, 2 paski boczne i 1 pasek na nogi, wszystkie paski regulowane z klamrami, zgodny z DIN 13071, wymiary w opakowaniu długość 48 cm, 26 cm szerokość, wysokość ok 9 cm, wymiary po rozłożeniu długość 95 cm, szerokość 45 cm, waga w opakowaniu ok 1,9 kg?



Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza.

Dotyczy Krzeselko transportowe:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:
 - przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
 - składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
 - siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane
 - nośność krzeselka 180 kg
 - wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
 - wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
 - przednie koła skrętne
 - hamulec na kołach przednich,
 - tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach
 - tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
 - przednie uchwyty teleskopowe blokowane w jednej pozycji
 - 3 pasy bezpieczeństwa
 - powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
 - blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
 - możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
 - kąt pomiędzy ramą, a płozami 26°
 - rozstaw płóz powyżej 40 cm
 - waga poniżej 15 kg

Odp. Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga krzeselka o parametrach zgodnych z SWZ.

Zestaw pytań nr 7 z dnia 03.12.2024r. :

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w treści rozdziału III SWZ, §7 ust. 1 projektu umowy oraz pkt 4 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez wydłużenie go do dnia **28 stycznia 2025 r.** Prośbę swą Wykonawca motywuje założonym przez producentów sprzętu medycznego i pojazdów bazowych harmonogramem produkcji ambulansu i wyposażenia medycznego przez, który uniemożliwia dostawę przedmiotu umowy do końca 2024 roku.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.

2. Prosimy Zamawiającego także o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w §6 ust. 4 i 5 wzoru umowy, poprzez nadanie im łącznie następującej treści: „Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki nie później niż do dnia 30 grudnia 2024 r., wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji ambulansu, Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Protokół odbioru przedmiotu umowy zostanie natomiast podpisany w dniu dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego, która zostanie zrealizowana w terminie do dnia 28 stycznia 2025 r.” Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki, nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę. Tym samym celem sprostania wymogom związanym z przyznaną

Zamawiającemu dotacją na realizację Przedmiotu Umowy, możliwym jest wystawienie faktury VAT jeszcze przed protokolarnym odbiorem ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

3. Prosimy o ujednoczenie zapisów w dokumentacji SWZ poprzez zmianę treści §3 ust. 4 projektu umowy oraz Załącznika nr 1A_OPZ poprzez jednoznaczne określenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii/usterki (ustalonych przyczyn awarii) poprzez nadanie następującego brzmienia:

„Czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi maksymalnie do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcją rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia jakichkolwiek awarii zamawiający będzie dokonywał na adres e-mail: , z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. a w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w proponowanym przez Wykonawcę brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje § 3 ust. 4 projektu umowy oraz Zał. 1A Wymagania ogólne pkt 12 następująco:

„Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h. Jako reakcją rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia jakichkolwiek awarii zamawiający będzie dokonywał na adres e-mail:

W przypadku awarii wymagającej wymianę części Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego drogą elektroniczną”

4. Jednoznaczne określenie sposobu obliczania czasu reakcji pozwoli na precyzyjną weryfikację terminowego realizowania obowiązków w zakresie napraw.

Odp. Zamawiającego:

Patrz. Odp. na pyt. 3.

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści „Po dostarczeniu faktury za pojazd i dokonaniu płatności, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do dnia 28stycznia 2025 r.”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

6. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt 1 Preambuły zawartego we wzorze umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Niniejsza umowa realizowana jest na podstawie dofinansowania na zakup ambulansu przyznanego Zamawiającemu”. Wprowadzenie opisanej zmiany uznać należy za konieczne biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie mogło się zakończyć albo zawarciem umowy o zamówienie publiczne albo jego unieważnieniem, jeśli środki publiczne pochodzące z dofinansowania nie zostaną Zamawiającemu przyznane. W związku z tym zawierając umowę o zamówienie publiczne z wybranym Wykonawcą Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne środki finansowe potrzebne na jej realizację. Tym samym warunkowanie możliwości wejścia w życie umowy od uzyskania przez

Zamawiającego dofinansowania na jej realizację na etapie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą uznać należy za działanie wykraczające poza przywołaną regulację ustawową.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1 preambuły zastępując go informacją dotyczącą umowy o sfinansowanie realizacji zadania z dotacji celowej z budżetu państwa.

7. Prosimy także o ujednoczenie dokumentacji postępowania w zakresie nazewnictwa dotyczącego kryterium oceny oferty jakim jest okres gwarancji na pojazd bazowy. W treści rozdziału II pkt 9 odnośnik pierwszy SWZ wskazano bowiem, że jest to: „gwarancja mechaniczna ambulansu (silnik i podzespoły) na okres min. 48 msc bez limitu km”, w rozdziale XVII pkt 2 ppkt C SWZ określono, że jest to „gwarancja na pojazd bazowy”, natomiast w treści §3 ust. 1 pkt 1.1. wzoru umowy wskazano, że Wykonawca udziela Zamawiającemu min. „48 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy pojazdu bazowego bez limitu przebiegu kilometrów do eksploatacji”. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie powyższego i o wprowadzenie jednolitego nazewnictwa w dokumentacji postępowania w odniesieniu do okresu gwarancji na pojazd bazowy.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający ujednocza: we wszystkich miejscach winno być „gwarancja na pojazd bazowy min. 48 m-cy” (przy czym Zamawiający dopuszcza limit 250 tys. km. zgodnie z odpowiedzią na Zest. pytań nr 2 z dn, 02.12.2024 pyt. 6)

8. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez serwis pogwarancyjny, o którym mowa w §3 ust. 2 projektu umowy Zamawiający rozumie wyłącznie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie prowadził serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy. Tym samym do ceny oferty Wykonawca nie powinien wliczać kosztów związanych ze świadczeń takich usług. Powyższe motywujemy tym, iż w treści dokumentacji postępowania Zamawiający nie wskazał żadnych warunków, na jakich taki serwis pogwarancyjny ma być świadczony, ani też nie określił wymaganego czasu świadczenia takich usług. Wobec tego prawidłowa ocena kosztów wykonania opisanej usługi przez Wykonawcę nie jest możliwa.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

9. Prosimy także o usunięcie omyłki pisarskiej z treści §3 ust.12 projektu umowy poprzez zastąpienie sformułowania „protokołów odbioru ambulansu oraz zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem ambulansów” sformułowaniem „protokołu odbioru ambulansu oraz zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem ambulansów” oraz o usunięcie omyłki z treści §4 ust. 5 projektu umowy poprzez zastąpienie sformułowania „w protokołach odbioru” wyrażeniem „w protokole odbioru”. Wskazać należy, iż dostawa ambulansu wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym do siedziby Zamawiającego zostanie potwierdzona jednym protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający poprawi omyłki pisarskie zgodnie z sugestią Wykonawcy.

10. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 6 oraz §6 ust. 12 zdanie drugie projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

11. Prosimy także o doprecyzowanie treści §8 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni do daty wystąpienia przez jedną ze stron z żądaniem zapłaty. Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej z wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w przypadku bezskutecznego upływu terminu na zapłatę kary umownej określonego w zdaniu poprzednim”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.

12. Prosimy także Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zawarcia przez Strony umowy w formie elektronicznej, podpisanej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o zmianę treści §11 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez ostatniego z reprezentantów Stron. W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej zostanie sporządzona w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie pisemnej, umowa sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej. W przypadku, gdy dojdzie do podpisania umowy w formie elektronicznej zamawiający dokona stosownych modyfikacji.

13. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści: „.....**, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.*”

* Wykonawca

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający w przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie posiadał status dużego przedsiębiorcy może dodać powyższą klauzulę do zawieranej umowy na wniosek Wykonawcy.

14. Prosimy Zamawiającego o dodanie do treści §9 ust. 5 projektu umowy zdania drugiego o następującej treści: „Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy określonych w §8 ust. 1 Umowy”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że dokonuje zmiany:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- Zał. 1A do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
- wzoru umowy (Zał. nr 4 do SWZ).

Zmodyfikowane Zał. 1A do SWZ oraz Zał. Nr 4 do SWZ Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania. Zmiany wynikające ze zmian ww. dokumentów oraz odpowiedzi na

pytania Wykonawców są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje również, że dokonał modyfikacji w zakresie parametrów ocenianych w ramach kryterium oceny ofert **Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne)**. Waga kryterium oraz maksymalna liczba punktów, jakie oferta może otrzymać w ramach tego kryterium pozostaje niezmienną. Dodany został parametr oceniany w ramach ww. kryterium w zakresie noszy elektryczno-hydraulicznych (*Waga noszy z akumulatorem do 65 kg – 6 pkt*) i w związku z tym zmieniono liczbę punktów przyznawanych za poszczególne parametry oceniane w ww. kryterium. Szczegółowy opis parametrów punktowanych oraz liczba punktów przyznawana za poszczególne parametry oceniane znajduje się w Zał. 1A do SWZ Opis Przedmiotu zamówienia (po modyfikacji).

Zamawiający informuje również, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji do zapisów SWZ oraz wzoru umowy Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 2 ustawy Pzp, ustala termin składania ofert na dzień **10 grudnia 2024r. godz. 10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert upływa dnia **10 grudnia 2024r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia **10 grudnia 2024r.** o godz. **10:15**
- Termin związania ofertą upływa w dniu **08 stycznia 2025r.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1027331>.

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 271 wyżej cytowanej ustawy Pzp opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora SPZOZ
w Nowym Tomysłu
/-/ Tomasz Przybylski

Sporz. D.Orwat