

Gniezno 26.08.2020

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ
na „Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
PWSZ w Gnieźnie”
część II

Pytanie nr 1

Zadanie 13_ Panele medyczne

Poz. 1 Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT (poz. 9 z wniosku o dofinansowanie) (poz. 24 z wniosku o dofinansowanie)

1. Czy zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowego wyposażenia w ilości:

Dozownik rotametryczny z nawilżaczem – 1 szt.

Kosz/pojemnik plastikowy na cewniki – 2 szt.

Półka na monitor – 2 szt.

Na cały panel 2 stanowiskowy

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że opisana liczba wyposażenia odnosi się do panelu dwustanowiskowego. Zamawiający nie zwiększa jego ilości. Wymagana liczba to: dozownik rotametryczny z nawilżaczem – 1 szt., kosz/pojemnik plastikowy na cewniki – 2szt, półka na monitor – 2 szt. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o szerokości 40 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o szerokości 40 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o wysokości 80 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o wysokości 80 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne ze szczytami bez zabezpieczenia/blokady szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko szpitalne ortopedyczne ze szczytami bez zabezpieczenia/blokady szczytów. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy z regulacją wysokości w zakresie 69-104 cm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół przyłóżkowy z regulacją wysokości w zakresie 69-104 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1 i 3) wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków, co nie wpływa na funkcjonalność łóżek?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko (poz. 1 i 3) wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Zadanie 10, punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego zakres defibrylacji w trybie AED wynosi od 1 do 360 J, a poziomy kolejnych wyładowań dobierane są automatycznie, a nie konfigurowane przez użytkownika?

Zastosowana technologia impulsu defibrylacji dostosowuje siłę i długość impulsu uwzględniając oporność klatki piersiowej poszkodowanego. Wyjściowe poziomy kolejnych wyładowań to 200, 300 i 360 J.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator którego zakres defibrylacji w trybie AED wynosi od 1 do 360 J, a poziomy kolejnych wyładowań dobierane są automatycznie, a nie konfigurowane przez użytkownika. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy: Zadanie 10, punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego czas ładowania akumulatora wynosi ok. 5 godzin?

Urządzenie podpięte do sieci 230V ładuje akumulator nawet podczas pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator którego czas ładowania akumulatora wynosi max.. 6 godzin. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy: Zadanie 10, punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator posiadający dwie boczne kieszenie na akcesoria oraz odpinany pas na ramię?

Boczne kieszenie na akcesoria mieszczą wszystkie niezbędne akcesoria, a wbudowany uchwyt transportowy i dodatkowy pas na ramię zapewniają jego łatwy transport. Co więcej, klasa odporności na poziomie IP55 chroni urządzenie przed pyłem i zachlapaniami na bardzo wysokim poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator posiadający dwie boczne kieszenie na akcesoria oraz odpinany pas na ramię. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

CZĘŚĆ 18

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

Prosimy o dopuszczenie podstawy obrotowej z uchwytem pod nogi, umożliwiającej transfer obrotowy pacjenta, średnica 41,5-42 cm, udźwig

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza podstawy obrotową z uchwytem pod nogi, umożliwiającej transfer obrotowy pacjenta, średnica 41,5-42 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pytanie nr 12

Prosimy o dopuszczenie elastycznej poduszki obrotowej o średnicy 40cm; wykonanej z materiałów o niskim współczynniku tarcia.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności elastyczną poduszkę obrotową o średnicy 40cm; wykonaną z materiałów o niskim współczynniku tarcia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej, wykonanego z poliamidu, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, z uchwytami wokół 2 boków, po 4 po każdej ze stron, o wymiarach: 200 x 90 cm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza łatwoślizgu do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej, wykonanego z poliamidu, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, z uchwytami wokół 2 boków, po 4 po każdej ze stron, o wymiarach: 200 x 90 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

lub

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu składającego się z łamanej deski, wykonanej z tworzywa, nie zawierającej lateksu, o wymiarach 180 x 50 cm (90 x 50 cm – po złożeniu) oraz z zewnętrznej taśmy ślizgowej, przeznaczonego do przesuwania pacjentów o wadze do 135 kg (przy 20 cm przerwie między powierzchniami), jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łatwoślizg składający się z łamanej deski, wykonanej z tworzywa, nie zawierającej lateksu, o wymiarach 180 x 50 cm (90 x 50 cm – po złożeniu) oraz z zewnętrznej taśmy ślizgowej, przeznaczonego do przesuwania pacjentów o wadze do 135 kg (przy 20 cm przerwie między powierzchniami). Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14

Prosimy o dopuszczenie pasa do podnoszenia i przemieszczania pacjenta o wymiarach: 60 x 20 cm.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pasa do podnoszenia i przemieszczania pacjenta o wymiarach: 60 x 20 cm.. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15

Prosimy o dopuszczenie krótkiej deski do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek o wymiarach:

75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności krótką deskę do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek o wymiarach: 75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pytanie nr 16

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego o wymiarach: 640 x 360 mm lub 760 x 360 mm i udźwigu do 160 kg, wykonanego z ramy aluminiowej, materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję, rolki pokryte materiałem imitującym skórę, kolor czarny

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przenośnik taśmowo-rolkowy o wymiarach: 760 x 360 mm i udźwigu do 160 kg, wykonanego z ramy aluminiowej, rolki pokryte materiałem imitującym skórę, kolor czarny. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści łatwoślizg do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej z uchwytami wokół 3 boków, o wymiarach: 200 x 90 cm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności dopuści łatwoślizg do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej z uchwytami wokół 3 boków, o wymiarach: 200 x 90 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 20

Pytanie nr 18

Prosimy o dopuszczenie wózka wykonanego ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek wykonany ze stali nierdzewnej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego ze stali malowanej epoksydowo.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności podnośnik wykonany ze stali malowanej epoksydowo. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje podnośnika z podstawą otwieraną elektrycznie czy mechanicznie?

Odpowiedź. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 20

Paragraf 5 pkt. 3 wzoru umowy

Z uwagi na bardzo szeroką odpowiedzialność Wykonawcy proponuję zmianę zapisu:

§ 5.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie jakichkolwiek kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw sądowych **wynikających z winy wykonawcy**, określonych w stosownych postanowieniach prawa, wynikającej z niżej wymienionych okoliczności:
- uszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w związku z realizacją niniejszej umowy,
 - uszkodzenia lub zniszczenia majątku nieruchomego lub ruchomego Zamawiającego lub osoby trzeciej, jeżeli to uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane jest realizacją niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu w paragrafie 5.

Pytanie nr 21

Paragraf 6 pkt. 4

Wnosimy o usunięcie tego zapisu. Podstawą zapłaty za należność jest protokół zdawczo-odbiorczy, którego warunki są opisane paragrafie 9 niniejszej umowy oraz odpowiedzialności opisane w paragrafie 10 niniejszej umowy.

Odpowiedź Zamawiający nie usuwa zapisu z umowy.

Pytanie nr 22

Paragraf 7 pkt. 2

Sprzęt zastępczy zwykle dostarczany jest w przypadku przedłużających się napraw w szczególności w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Utrzymanie w magazynie na stanie kompletu zastępczego oferowanych towarów byłoby nadmiernie uciążliwe lub wpłynęło by na drastyczny wzrost ceny oferowanych towarów.

Proponujemy zmianę zapisu:

1. Wykonawca na czas naprawy wyposażenia **trwającej dłużej niż 14 dni roboczych** zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż opisany przedmiot umowy.

Odpowiedź: Zamawiający już wcześniej opowiedział na pytanie w tym zakresie ustalając ostateczny zapis o brzmieniu:

„2. W przypadku napraw wyposażenia trwających dłużej niż 4 dni robocze, Wykonawca na czas takiej naprawy zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż opisany przedmiot umowy. Sprzęt zastępczy zostanie dostarczony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od upływu ww. 4 dni roboczych naprawy wyposażenia”.

Pytanie nr 23

Paragraf 7 pkt. 5 i 6

W związku z faktem iż towar pochodzi od producentów zagranicznych, działających w innych strefach czasowych i w związku z nadmierną wysokością kary w przypadku działań zupełnie niezależnych od wykonawcy i w związku z faktem iż przewidujemy utrudnienia w dostawie części lub towarów, szczególnie w okresie pandemii proponujemy zapis:

5. „W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy **termin 14 dni roboczych**, a po jego bezskutecznym upływie:
 - naliczyć karę umowną w wysokości **0,1 % odpowiedniej części** wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, przy czym górna granica łącznej kary umownej z tego tytułu to 100 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1;
 - żądać ewentualnego odszkodowania uzupełniającego;a ponadto, niezależnie od powyższych postanowień:
 - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; albo
 - usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 10% (dziesięć procent) tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego.
6. Usuwanie usterek, wad i szkód:
 - w przypadku wystąpienia drobnych usterek, **które nie wymagają konsultacji z producentem i sprowadzenia części z zagranicy** Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie **72 godzin roboczych** od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie tego czasu Zamawiający może usunąć usterki we własnym zakresie, obciążając Wykonawcę kosztami naprawy, bez utraty swoich praw wynikających z gwarancji,

Wnosimy o wykreślenie zapisu poniżej, ponieważ zapisy dotyczące terminów i możliwości naprawy przez Zamawiającego na koszt wykonawcy zostały opisane powyżej w niniejszym paragrafie:

- ~~— ujawnione wady inne niż opisane powyżej Wykonawca usunie na swój koszt (robocizna, materiał i sprzęt) w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o~~

~~stwierdzonych wadach lub w innym terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad we wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy bez utraty swoich praw wynikających z gwarancji.~~

Odpowiedź: Zamawiający wcześniej odpowiedział na pytanie w tym zakresie i dokonał modyfikacji treści wzoru umowy w par. 7 ust. 5-10 nadając im nowe brzmienie tj.

„5. W razie stwierdzenia w wyposażeniu dostarczonym Zamawiającemu w ramach Przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji,

a) drobnych usterek Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie tego czasu Zamawiający może usunąć usterki we własnym zakresie, obciążając Wykonawcę kosztami naprawy, bez utraty swoich praw wynikających z rękojmi i gwarancji,

b) wad innych niż opisane powyżej Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy 10-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie:

– naliczyć karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, przy czym górna granica łącznej kary umownej z tego tytułu to 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1;

– żądać ewentualnego odszkodowania uzupełniającego;

a ponadto, niezależnie od powyższych postanowień po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego kolejnego 7-dniowego terminu do usunięcia wad i po jego bezskutecznym upływie:

– obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; albo

– usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, bez utraty swoich praw wynikających z rękojmi i gwarancji. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 10% (dziesięć procent) tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego.

6. Usunięcie usterek lub wad winno być stwierdzone protokolarnie.

7. Koszty wszelkich napraw, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę na skutek niezachowania przez niego ustalonych terminów lub odmowy ich usunięcia, Zamawiający rozliczy według cen średnich stawek rynkowych.

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego sprzętu w ramach przedmiotu umowy sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji w stosunku do tego sprzętu biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część danego sprzętu, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady danego sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji istotnych wad wyposażenia dostarczonego Zamawiającemu w ramach Przedmiotu umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania, albo znacznego ograniczenia możliwości używania, całości lub części Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.”

Pytanie nr 24

Parag. 7 pkt. 9

Proponujemy usunięcie tego punktu.

Odpowiedź: zamawiający nie usuwa zapisu. Zmodyfikowany zapis jest w par. 7 ust. 8 – jak wyżej.

Pytanie nr 25

Paragraf 10 pkt. 1

Proponujemy zmianę zapisu dotyczącego rażąco wygórowanej kary 50% na stosowaną powszechnie uznaną w przypadku podobnych dostaw karę 20%, zmianę wygórowanej kary 1% na 0,2% i ograniczenie do wartości nieprawidłowo zrealizowanej części umowy (zwłaszcza ważna w przypadku umowy na dostawę wielu tranazerów) i wyłączenie podpunktu f zakresu odpowiedzialności do zapłaty kary umownej po stronie Wykonawcy na karę po stronie Zamawiającego:

„§ 10.

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujący sposób:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 9 pkt. a,b,c,d,e niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% stosownej części wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1.,
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 9 pkt. f niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% stosownej części wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1.,
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % stosownej części wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1, z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia, w tym za:
 - opóźnienie powyżej 7 dni w rozpoczęciu wykonywania Przedmiotu umowy,
 - opóźnienie w zakończeniu Przedmiotu umowy,
 - opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru,przy czym górna granica łącznej kary umownej z tego tytułu to 100 % stosownej części wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w tym zakresie, zapis umowy pozostaje bez zmian