



Gdynia, dnia 17 stycznia 2023 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., znak: D25M/251/N/52-91rj/22**

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 33

Czy Zamawiający w Zadaniu 33 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) zawierający: skalpel, kaniulę z igłą 14G, strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW z wbudowanym przewodem do odsysania z nad mankietu, z mankietem niskociśnieniowym posiadającym system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, rurka wyposażona w samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; widoczna w Rtg. Zestaw sterylny, zapakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0; 8,0 lub 9,0 mm (do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 2 dot. Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy § 6 ust. 1 a)

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1a wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1a wskazał: 1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku: a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzi jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe o rozmiarze 0,4x12mm zamiast 0,5x16 mm i 0,45x12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe U100 o rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z wtopioną igłą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z terminem ważności do 29/10/2023 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 51 poz. 1

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 51, igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,7x70mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły lub wcięcie na nasadce igły w celu precyzyjnego umiejscowienia mandrynu, ostrze typu Quincke.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 49 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych do podawania średnich stężeń tlenu z drenem o długości 210 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Nieznaczna różnica w długości drenu nie ma negatywnego wpływu na jakość procedury medycznej, nadto dłuższy dren jest parametrem lepszym od opisanego, a dopuszczenie ww. pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maskę tlenową dla dorosłych do podawania średnich stężeń tlenu z drenem o długości 210 cm, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, przyrząd do transfuzji bez ftalanów wykonany z ABS zaciskacz rolkowy (biały korpus, czerwony regulator), który umożliwi precyzyjne dozowanie lub zatrzymanie podawania płynu. Komora kroplowa o długości 8,5 cm (7,5 cm część przezroczysta). Filtr krwi 200 µm, komora kroplowa 20kropli = 1ml ± 0,1ml, łącznik luer lock z osłonką, dren 1,5m wykonany z PVC, wyrób sterylizowany EO, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 13

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 13 – sprzęt stomijny)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się poza granicami Polski skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby system zamknięty do zbiórki stolca, posiadał mankiet z pierścieniem uszczelniającym posiadający obustronną kieszonkę (dwie kieszonki) dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 14 poz. 1

W ramach zwiększenia Konkurencyjności prosimy o dopuszczenie silikonowego rękawu o dl. 160 cm +/- 10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie, wysokiej jakości zestawu składającego się z: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki do zamknięcia cewnika przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, **pojemność 1500 ml**, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Pakowane na sztuki wedle złożonego zamówienia. Nie są wymagane określone ilości do zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 165 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski, wskaźnik RTG wewnątrz pierścienia uszczelniającego, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbardwy) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki do zamknięcia cewnika przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, **pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu** żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Pakowane na sztuki wedle złożonego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści opakowanie ostrzy bez kolorystycznego oznaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 26 poz. 1

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta układy oddechowe do Oxylog pakowane są po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 20 dot. Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 21 dot. Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy § 6 ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. a) do 0,2% ?

- pkt. b) do 0,2% ?

- pkt. d) do 50 zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 22 dot. Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy § 6 ust. 3

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 11 poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu dołączonej zastawki zabezpieczającej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 20 poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 20 poz. 1 - 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek zwężonych na długości nie większej niż 35% długości tłoka.

Zwężenie w części chwytnej tłoka jest wygodniejsze, a co za tym idzie bezpieczniejsze dla przeprowadzanych procedur medycznych, ponieważ zapewnia pewnych chwyt i daje gwarancję precyzyjnej pracy strzykawką.

Proszę o doprecyzowanie jaki wpływ na procedurę medyczną ma parametr: „tłok prosty bez przewężeń przylegający na całej długości do cylindra jak i powyżej, tłok bez przewężeń na min 99% jego długości”.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że przyleganie tłoka w dolnej części (w miejscu styczności płynu z tłokiem) jest kluczowe dla zachowania szczelności całej strzykawki. Przyleganie tłoka na całej powierzchni może natomiast powodować zbyt duży opór oraz brak płynności pracy strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 20 poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 20 poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 20 poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki z korpusem w kolorze pomarańczowym (bursztynowym).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 20 poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu należy używać danej strzykawki. Dla łatwiejszej identyfikacji na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki również znajduje się wskazanie jakiego ustawienia pompy należy użyć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 20 poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki z cylindrem przeziernym na tyle by odczytać poziom płynu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 20 poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki z nieprzezroczystym cylindrem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 20 poz. 15

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Proszę o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą w opakowaniu papier-folia niezakodowanym kolorystycznie.

Proszę o wyjaśnienie - skoro zamawiający wymaga wtopionej igły w strzykawkę to jak Zamawiający wyobraża sobie opakowanie KAŻDEJ IGŁY znakowane kolorystycznie zgodnie z normą ISO, zapis o wtopionej igle i znakowaniu kolorystycznym opakowania każdej igły zaprzeczają sobie nawzajem.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia i nadaje opisowi pod tabelą w Formularzu asortymentowo-cenowym brzmienie:

„poz. 15: sterylne, apirogenne, nietoksyczne, ostre, drożne, z nasadką Luer Lock, oznakowane barwnie na opakowaniu każdej igły zgodnie z normą ISO, pakowane papier/folia”

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z logo identyfikującym producenta na zaciskaczu rolkowym, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu i worka wycenianych osobno ze względu na różne stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami punktu 4 Rozdziału XVI SWZ *SPOSÓB OBLICZENIA CENY* „Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o odstąpienie od wymogu pakowania przyrządu i worka fabrycznie przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, w którym przyrząd i worek nie będą pakowane fabrycznie przez producenta, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie worka w rozmiarze 21 cm x 30 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 32 poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłami 0,5 x 16 i 0,45 x 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 32 poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawkę z podziałką na 100 jednostek o rozmiarach igieł 0,5 x 16 mm i 0,33 x 13 mm do wyboru Zamawiającego oraz z podziałką na 40 jednostek 0,4 x 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 dot. zadania nr 42 poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu kodu ONB nadanego przez FDA ponieważ wymóg ten dotyczy rynku amerykańskiego, a nie europejskiego, na którym funkcjonujemy.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zaworu z drenem o długości całego zestawu równej 9 cm.

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu o przestrzeni martwej samego zaworu bezigłowego równej 0,085 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu z drenem o średnicy zewnętrznej równej 2,35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o wyjaśnienie czym według zamawiającego różni się objętość wypełnienia od przestrzeni martwej w zestawie przedłużającym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartości te dotyczą zaworu dostępu naczyniowego. Objętość wypełnienia to maksymalna objętość znajdująca się w zaworze, a przestrzeń martwa to objętość, która zostaje po całkowitym opróżnieniu zaworu.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu o przestrzeni martwej równej 0,15 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu o wytrzymałości ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI oraz na ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 42 poz. 6

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przestrzeni martwej równej 0,085 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o wyjaśnienie, czy pod zapisem „z łącznikiem stożkowym luer-lock” Zamawiający rozumie końcówkę luer-lock ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż łącznik ma być w kształcie stożka i posiadać zakończenie luer lock.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek o długości całkowitej min. 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie nr 51 dot. zadania nr 47 poz. 3 - 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 56 poz. 1 - 4

Proszę o odstąpienie od wymogu systemu zamkniętego zgodnie definicją NIOSH.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 57 poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z podwójnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali na tłoku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga dodatkowej skali na tłoku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 57 poz. 8 - 10

Proszę o dopuszczenie strzykawek sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 39

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które nie są lekami ratującymi życie ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 39 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 59 dot. zadania nr 39

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 27 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji nr 1 zadania nr 27 Multipack 200 ml z drenem o długości 150 cm, limit ciśnienia 375 PSI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 27 poz. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji nr 2 zadania nr 27 Dualpack - 2 x 200 ml wkład, z drenem o długości 150 cm, z łącznikiem Y, z podwójną zastawką, limit ciśnienia 375 PSI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkowym ramieniem do worka o długości 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy pediatryczny, o średnicy rur 15 mm, w skład którego wchodzi rury o długości 150 cm, z elastycznymi, szczelnymi złączami wykonanymi z EVA od strony aparatu, zintegrowany łącznik Y od strony pacjenta z portami, kolanko z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na linie, dodatkowa rura do worka o długości 150 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 1 l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64 dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy wykonany z rur gładkich w środku, posiadają wewnętrzną warstwę polichloru winylu, który stanowi dodatkową barierę (powłokę) dla zalegających drobnoustrojów, w tym bakterii (warstwa chroniąca przed gromadzeniem się kondensatu, co dodatkowo ogranicza rozwój bakterii) o długości 180 cm, sterylne, z łącznikiem Y z portami?

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z najnowszymi wynikami badań PAN oraz WUM, nanosrebro będące składnikiem powłoki antybakteryjnej, może wywoływać negatywne skutki zdrowotne działając i działając toksycznie na organizm człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65 dot. zadania nr 41

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny Zamknięty system so nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą sterylizowana radiacyjnie do terapii inhalacyjnej umożliwiającą prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu i oświadczeniem Producenta). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 14 445 szt., pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 66 dot. zadania nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków za opak a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 szt., z zastrzeżeniem, że w opakowaniu zbiorczym każdy woreczek jest pakowany pojedynczo i jest sterylny, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z pojedynczym podbródkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 7 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nieelastomerowym mankietem ?

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70 dot. zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pakowana papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 71 dot. zadania nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu dla noworodków o długości 200cm wykonane z medycznego pcv?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 dot. zadania nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej 5,3cm oraz szerokości 1,0cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 73 dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 74 dot. zadania nr 14 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75 dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalpele bezpieczne wykonane ze stali nierdzewnej w czerwonej obudowie jak na zdj:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 dot. zadania nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę do cewników o średnicy stożka 5,9-12,9mm?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej tj. strzykawka o poj. 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml, 5ml do 5,5ml itd.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 78 dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego zróżnicowania rozmiaru na opakowaniu jednostkowym strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79 dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem z przewężeniem jak na zdjęciu poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 dot. zadania nr 20 poz. 4, 8, 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a'50 wraz z ich wycena i przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 82 dot. zadania nr 20 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w całości wykonane z PP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 20 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,5ml lub 0,01?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 84 dot. zadania nr 20 poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z cylindrem wykonanym z poliwęglanu oraz tłokiem z PP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85 dot. zadania nr 20 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp przezroczyste?

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 dot. zadania nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach: 0,25x6mm, 0,25x6mm, 0,30x8mm, 0,33x12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 87 dot. zadania nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x22 zamiast 0,45x25mm? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 88 dot. zadania nr 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze:

0,8mm x 25mm

0,8mm x 40mm

0,8mm x 50mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 89 dot. zadania nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9x25 lub 0,9x40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 90 dot. zadania nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G 1,2x40mm lub 1,2x50mm, Typ szlif igły: LB/BL standard długo ścięte?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 21 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40 oraz 1,2x25, tępe, polerowane elektronicznie ścięcie pod kątem 40°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 21 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę w klasie IIa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami punktu 4 Rozdziału XVI SWZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY „Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”

Pytanie nr 94 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie zestawu (przyrząd do infuzji oraz worek) pakowane osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 95 dot. zadania nr 24 poz. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Czy Zamawiający dopuści worki ochronne o rozmiarze 12x21 lub 20x30?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 96 dot. zadania nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny o rozmiarze 0,45x13 zamiast 0,45x12?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 97 dot. zadania nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,05ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 98 dot. zadania nr 47 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 dot. zadania nr 47 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp o długości ok 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 dot. zadania nr 47 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 101 dot. zadania nr 47 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 102 dot. zadania nr 47 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe ze stożkiem ściętym pod kątem 45°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103 dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną pakowana papier folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 104 dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 105 dot. zadania nr 51 poz. 2 - 5

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć bez prowadnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106 dot. zadania nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć z prowadnicą o wymiarach 0,45x90?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107 dot. zadania nr 53 poz. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć bez prowadnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 108 dot. zadania nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x90 lub 0,5x120?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109 dot. zadania nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 110 dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia oświadczenia producenta dotyczącego skuteczności filtracji - NIOSH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 111 dot. zadania nr 56 poz. 1, 3, 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby skuteczność filtracji była potwierdzona badaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 112 dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplowa o długości 60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113 dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z jednakowo elastyczną komora kroplową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 114 dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplową z pcv bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115 dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 116 dot. zadania nr 56 poz. 1, 2

W związku z tym, że na rynku pojawiły się produkty z wytłoczoną nazwą dystrybutora, a nie producenta na zaciskaczu rolkowym, prosimy o informacje czy Zamawiający dla bezpieczeństwa pacjenta oraz w celu łatwej identyfikacji, oczekuje produktu z nazwą producenta na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 117 dot. zadania nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



Wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
Dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami
Kropłomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków
Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Jednorazowego użytku
Termin ważności: 5 lat
Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 118 dot. zadania nr 56 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:



- Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia
- Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu
- Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
- Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- Niepirogenny
- Jednorazowy, sterylizowany EO
- Opakowanie: papier/folia

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 dot. zadania nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez nazwy producenta na komorze kroplowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120 dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z Kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121 dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z przedłużoną skalą uwzględniającą 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 122 dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123 dot. zadania nr 57 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opak a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 124 dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opak a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 125 dot. zadania nr 57 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 126 dot. zadania nr 57 poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 127 dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z uszczelnieniem w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka i Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 128 dot. zadania nr 57 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skala co 0,5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza skalę co 0,5 ml, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 129 dot. zadania nr 57 poz. 8 - 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 130 dot. zadania nr 58 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ograniczenie zamawianych etykiet do minimalnego zamówienia jednego wzoru 15 opakowań dla etykiet o wymiarach:

500 szt. w opakowaniu:

11mm x 38mm

250 sztuk w opakowaniu:

25mm x 95mm

51mm x 75mm

Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę sposobu wyceny na cenę za sztukę a nie za opakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 131 dot. zadania nr 58 poz. 2

Czy zamawiający dopuści opakowania po 250 sztuk etykiet? Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę sposobu wyceny na cenę za sztukę a nie za opakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet w opakowaniach zawierających 250 szt. etykiet i w takim przypadku należy wycenić 320 opakowań a' 250 szt.

Pytanie nr 132 dot. zadania nr 58 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowania po 500 sztuk etykiet? Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę sposobu wyceny na cenę za sztukę a nie za opakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet w opakowaniach zawierających 500 szt. etykiet i w takim przypadku należy wycenić 800 opakowań a' 500 szt.

Pytanie nr 133 dot. zadania nr 27

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Czy Zamawiający dopuści 2x strzykawka 200 ml, 2x kolec do napełniania, 1x zwijany przewód Y 60" (150 cm) z podwójnym zaworem zwrotnym - 350 PSI oraz 2x strzykawka 200 ml, 1x strzykawka 200 ml, 1x kolec do napełniania - 350 PSI oraz zwijany niskociśnieniowy przewód połączeniowy 152 cm – 400 PSI certyfikowane przez producenta wstrzykiwacza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 134 dot. zadania nr 13 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicoocyl Pentaerythryl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 135 dot. zadania nr 57 poz. 5 - 10

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 136 dot. zadania nr 57 poz. 5 - 10

Czy zamawiający dopuści opakowania bez kolorystycznego oznakowania opakowań w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 137 dot. zadania nr 57 poz. 5, 7 - 9

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 138 dot. zadania nr 57 poz. 5, 7 - 9

Czy zamawiający dopuści sterylizację EO, w myśl zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 139 dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 140 dot. zadania nr 56 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141 dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 142 dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 143 dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 145 dot. zadania nr 56 poz. 1, 2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 146 dot. zadania nr 54

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 147 dot. zadania nr 54

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 148 dot. zadania nr 54

Czy zamawiający dopuści TS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 149 dot. zadania nr 49

Czy zamawiający dopuści produkt sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 150 dot. zadania nr 49

Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużenie 6-cioma pasami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 151 dot. zadania nr 47 poz. 1 - 8

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 152 dot. zadania nr 47 poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 2 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 153 dot. zadania nr 47 poz. 5

Czy zamawiający odstąpi od wymogu informacji o braku lateksu, gdyż na opakowaniu jednostkowym jest informacja o tym, że produkt jest niepirogenny i nietoksyczny, natomiast dostawca dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości lateksu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł



Pytanie nr 154 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 155 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 156 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami punktu 4 Rozdziału XVI SWZ *SPOSÓB OBLICZENIA CENY* „Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”

Pytanie nr 157 dot. zadania nr 24 poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 158 dot. zadanie nr 7 poz. 1 - 9

Czy zamawiający dopuszcza produkt sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 159 dot. zadanie nr 7 poz. 1 - 7

Czy zamawiający dopuszcza dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 160 dot. zadanie nr 7 poz. 1 - 4, 7

Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 161 dot. zadania nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w poz. 8 dopuści op. a'50 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską: w zadaniu nr 21 poz. 8, Zamawiający wymaga 20 op. po 50 szt.

Pytanie nr 162 dot. zadania nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w poz. 8 wymaga zaoferowanie 20 sztuk, czy 20 opakowań?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 20 op. po 50 szt.

Pytanie nr 163 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 164 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zdejmowany łącznik Y z portami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 165 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem z wciskany koreczkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 166 dot. zadania nr 10 poz. 1 - 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-9 z Zadania nr 10 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 167 dot. zadania nr 10 poz. 1 - 6, 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 168 dot. zadania nr 10 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści z opcjonalną prowadnicą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

Pytanie nr 169 dot. zadania nr 10 poz. 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 170 dot. zadania nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym (uchwyt rowkowy, przezroczysta końcówka lock, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie nr 171 dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednowarstwowy dren wykonany w całości z poliuretanu?

- rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw, bez kieszonki
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach, bez zastawki
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu