

Toruń, dnia 23-10-2024 r.

W.Sz.Z:TZ-280-110/24

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania na **dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w formie leasingu**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu, np. koszty wznowienia Umowy leasingu po jej rozwiązaniu, koszty przekazania pełnomocnikowi Leasingodawcy obsługi spłaty należności przeterminowanych, koszty monitów w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności poszczególnych faktur, koszty monitu, gdy Zamawiający nie przekaze Leasingodawcy informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL, koszt opłaty, gdy Zamawiający nie dostarczy polisy w terminie określonym w OWUL, koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, koszt opłaty za obsługę ubezpieczenia Sprzętu przez Leasingodawcę, gdy Zamawiający nie prześle w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczenia, koszt likwidacji szkody częściowej. Ww. opłaty mogą wystąpić w trakcie trwania Umowy leasingu, ale nie muszą, zależą one od zlecenia przez Zamawiającego dodatkowych czynności, dlatego Wykonawca nie jest w stanie doliczyć ww. opłat do ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający pokryje ewentualne opłaty z tytułu dodatkowych, nieobjętych umową usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania umowy leasingu.

Pytanie Nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:

- a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,
- b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.

Odpowiedź:

Stroną przyszłej umowy, podpisanej w wyniku niniejszego postępowania będzie Wykonawca (Finansujący), z którym będą realizowane wszelkie czynności wynikające z umowy.

Pytanie Nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 250 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, wcześniejsze zakończenia

Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 4

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia, nazwiska i obywatelstwa. Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Odpowiedź:

Dane osobowe i nr PESEL osoby uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego zawarte są w KRS. Zamawiający nie podlega pod definicję beneficjenta rzeczywistego.

Pytanie Nr 5

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności: - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2023; - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2024 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2024.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania, jako załącznik do niniejszej odpowiedzi bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2023.

Pytanie Nr 6

Proszę o potwierdzenie, że podatku od środków transportu oraz koszt rejestracji nie stanowi składowej ceny oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami §4 wzoru umowy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym wskazane w pytaniu.

Pytanie Nr 7

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie Nr 8

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rokrocznie w wysokości 200 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 9

Zamawiający przewidział wzór umowy, wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu oraz ogólnych warunków umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentami proponowanymi przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:

Podniesione w zapytaniu kwestie zostały zawarte w SWZ.

Zgodnie z zapisem §13 ust. 7 wzoru umowy (Załącznik Nr 5 do SWZ) oraz rozdziału XIII SWZ - wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do SWZ, natomiast w kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały postanowienia zawieranej pomiędzy Stronami Umowy **Leasingu** wg wzoru Wykonawcy wraz Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL), która stanowić będzie Załącznik do Umowy.

Pytanie Nr 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu § 1 ust. 4 Umowy o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym modyfikuje zapis § 1 ust. 4 wzoru umowy nadając mu następujące brzmienie:

§ 1 ust. 4

W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa prawo wykupu Przedmiotu leasingu na warunkach określonych w niniejszej umowie, **pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.**

Pytanie Nr 11

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10% na 5%, z 0,1% na 0,01%, z 200 zł na 100 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie Nr 12

Proszę o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie Nr 13

Prosimy o dopuszczenie, aby kary były naliczane od wartości netto Przedmiotu. Finansujący wyjaśnia przy tym, iż kary mają charakter odszkodowania i nie podlegają pod podatek od towarów i usług.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 14

Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 15

W § 11 ust. 1 Umowy zakłada, że Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę istotnych postanowień umowy. Uprzejmie informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt ogólny. Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art. 7098 § 4 i 5, korzystający (zamawiający) może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Jedynie więc taki wariant przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy dostawcy sprzętu, a tym samym na rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną modyfikację w tym zakresie SWZ i konkretne wskazanie, w jakich wypadkach Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 11 ust. 1 Umowy. Swoboda zawierania umów umożliwia takie ukształtowanie umowy.

Pytanie Nr 16

Proszę o korektę numeracji w zapisach § 1 ust. 9 – 12

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty omyłki pisarskiej w § 1 ust. 8:

Jest:

Obowiązek ubezpieczenia samochodu (...)na zasadach określonych poniżej w ust. 10 - 13.

Powinno być:

Obowiązek ubezpieczenia samochodu (...)na zasadach określonych poniżej w **ust. 9 - 12.**

Pytanie Nr 17

Proszę o usunięcie zapisów § 9 ust. 2, 3 oraz 4 umowy, ponieważ Leasingodawca nie różnicuje zapisów dla kasacji czy kradzieży. W przypadku likwidacji szkody, również nie wprowadza się zróżnicowania dla polisy pakietowej Leasingodawcy czy też obcej. Leasingodawca nie wnika czy wina leży po stronie korzystającego, czy była to siła wyższa. Dla wygaszenia umowy leasingu liczy się data szkody, a nie koniec miesiąca. Likwidację szkody przeprowadza zakład ubezpieczeń i dlatego Leasingodawca nie będzie umożliwiał Korzystającemu wzięcia udziału w przetargu. Reasumując, likwidacja szkody leży w kompetencjach zakładu ubezpieczeń likwidującego szkodę, zapisy 2, 3 oraz 4 umowy w brzemieniu zaproponowanym przez ust. Zamawiający są nie do przyjęcia przez Wykonawcę. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca proponuje następujący zapis: „W razie szkody całkowitej, utraty, kasacji lub nienaprawialnego uszkodzenia Sprzętu Umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji Leasingodawca rozlicza Umowę leasingu najwcześniej w dniu wypłaty odszkodowania albo odmowy takiej wypłaty. Z tą chwilą Leasingobiorca – oprócz niezapłaconych Leasingodawcy płatności, które wynikają z Umowy leasingu – płaci jednorazowo opłatę z tytułu utraty Sprzętu. Leasingodawca ustala kwotę opłaty jako różnicę pomiędzy swoimi należnościami a odszkodowaniem, które uzyskał w związku z utratą, szkodą całkowitą, kasacją lub nienaprawialnym uszkodzeniem Sprzętu oraz wartością netto pozostałości Sprzętu, jeśli takie pozostałości występują i przedstawiają jakąkolwiek wartość.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisów z projektu umowy.

Pytanie Nr 18

Proszę o korektę zapisu § 9 ust. 1 umowy, poprzez dodanie w zadaniu drugim przed słowem „wg” – „przez Zakład Ubezpieczeń”, całe brzmieniu propozycji zapisu poniżej

1. W przypadku, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu leasingu, która stanowi przedmiotowy samochód, w terminie określonym odpowiednio w § 9 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy.

Za uszkodzenie w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić samochodu do stanu pierwotnego uznaje się w szczególności szkodę w samochodzie przekraczającą 70% jego wartości ustalonej przez Zakład Ubezpieczeń wg systemu Audatex na datę zdarzenia powodującego szkodę. Wartość szkody będzie ustalana przez rzeczoznawcę wg cen nowych części oryginalnych producenta samochodu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny określonych w systemie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta samochodu zakładach naprawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym modyfikuje zapis § 9 ust. 1 wzoru umowy nadając mu następujące brzmienie:

§ 9 ust. 1

W przypadku, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu leasingu, która stanowi przedmiotowy samochód, w terminie określonym odpowiednio w § 9 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy. nZa uszkodzenie w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić samochodu do stanu pierwotnego uznaje się w szczególności szkodę w samochodzie przekraczającą 70% jego wartości ustalonej **przez Zakład Ubezpieczeń** wg systemu Audatex na datę zdarzenia powodującego szkodę. Wartość szkody będzie ustalana przez rzeczoznawcę wg cen nowych części oryginalnych producenta samochodu (bez

naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny określonych w systemie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta samochodu zakładach naprawczych.

Pytanie Nr 19 dot. pozycji VII Urządzenie do kompresji klatki piersiowej :

dotyczy pozycji „torba przenośna na urządzenie, deska pod plecy, podkładka stabilizująca głowę, pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia” :

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, które z racji swojej budowy nie wymaga podkładki pod głowę zabezpieczającej urządzenie przed ewentualnym przezuceniem się podczas terapii oraz, które wykorzystuje pasy do mocowania rąk, które w przeciwieństwie do opisanych w powyższym postępowaniu, nie blokują drogi podawania leków drogą dożylną.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności proponowanego przez nas urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.

Pytanie Nr 20 dot. pozycji „- akcesoria dodatkowe do urządzenia:

- ładowarka akumulatorów (może być zintegrowana)
- Element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy kompresji (ssawka lub pas) – 40 kpl. do 1 urządzenia”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia które wykorzystuje jako element bezpośredniego kontaktu nakładki na tło.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności powyższego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.

Pytanie Nr 21 dot. pozycji „ - mocowanie ścienne w przedziale medycznym”:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody by mocowanie ścienne było przewidziane jako element zabudowy medycznej ambulansu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.

Pytanie Nr 22 dot. pozycji I Nosze :

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 23 dot. pozycji : VI Deska ortopedyczna dla dorosłych

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wodoodporności pasów kodowanych kolorami dostarczanych do deski.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania deski ortopedycznej w której pasy kodowane kolorami nie są wykonane z materiału wodoodpornego.

Pytanie Nr 24 dot. VI Deska ortopedyczna dla dorosłych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu autoryzowanego serwisu producenta dla oferowanej deski przy zapewnieniu opieki serwisowej zgodnie z wymaganiami w SWZ przez Wykonawcę składającego ofertę ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla deski ortopedycznej (poz. VI), opiekę serwisową zgodną z wymaganiami SWZ realizowaną przez Wykonawcę składającego ofertę.

Pytanie Nr 25 dot. pozycji VIII Nosze podbierakowe :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy podbierakowych wykonanych z aluminium, waga noszy 10 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.

Pytanie Nr 26 dot. pozycji IX- Nosze płachtowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu autoryzowanego serwisu producenta dla oferowanych noszy płachtowych, przy zapewnieniu opieki serwisowej zgodnie z wymaganiami w SWZ przez Wykonawcę składającego ofertę ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla noszy płachtowych (poz. IX), opiekę serwisową zgodną z wymaganiami SWZ realizowaną przez Wykonawcę składającego ofertę.

Pytanie Nr 27 dot. pozycji X – Materac próżniowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu autoryzowanego serwisu producenta dla oferowanego materaca próżniowego , przy zapewnieniu opieki serwisowej zgodnie z wymaganiami w SWZ przez Wykonawcę składającego ofertę ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla materaca próżniowego (poz. X), opiekę serwisową zgodną z wymaganiami SWZ realizowaną przez Wykonawcę składającego ofertę.

Pytanie Nr 28 dot. pozycji XI - ssak akumulatorowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka akumulatorowo- sieciowego o poniższych parametrach :

Cechy urządzenia:

- ssak akumulatorowo- sieciowy, przenośny, zasilany 12V
- wyposażony w uchwyt umożliwiający jego przenoszenie;
- kontrola siły ssania poprzez regulację klawiszem w zakresie 0,1-0,8 bar;
- podświetlany panel kontrolny ssaka umożliwiający pracę w warunkach ograniczonej widoczności;
- zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do urządzenia;
- przewód ssący-sylikonowy z zaworkiem, dodatkowo chowany w obudowie ssaka;

- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiału;
- pojemnik wielorazowy o pojemności 1l do sterylizacji, zamontowany jest w koszyku zabezpieczającym przed jego ewentualnym uszkodzeniem;
- przepływ ssaka wynosi 34l/min z tolerancją do +/- 4l
- wskaźnik naładowania baterii;
- możliwość pracy w temperaturze od -5 do 50 °C;
- temperatura przechowywania urządzenia od -40 do 70 °C;
- czas pracy 60 min;
- żywotność akumulatora wynosi ok 500 cykli, ładowanie akumulatora do 10% wynosi 4h, natomiast ładowanie do 80% wynosi 2h 40 min;
- ciężar kompletnego ssaka z pojemnikiem wielorazowym wynosi ok. 4,65 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29 dot. pozycji -XII Pulsoksymetr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pulsoksymetru wraz zestawem czujników dla dorosłych, dzieci i niemowląt o parametrach poniższej:

Pulsoksymetr VM2160 umożliwia precyzyjne pomiary wartości pulsu i saturacji przy niskiej perfuzji czy ruchu pacjenta. Został wyposażony w: wizualne i dźwiękowe alarmy wartości granicznych pulsu i saturacji, opcje wyciszania alarmów, trendy, wskaźnik jakości siły i pulsu, wskaźnik baterii.

Czytelny kolorowy wyświetlacz TFT.

Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że urządzenie jest wygodne i łatwe w obsłudze.

Zestaw zawiera silikonowy czujnik dla dorosłych, dzieci oraz niemowląt oprogramowanie komputerowe, kabel USB, baterie oraz silikonowe etui zabezpieczające przed uszkodzeniami.

Najważniejsze cechy produktu:

- Ciągły monitoring SpO2 lub pomiary typu spot check
- Technologia SMARTsat SpO2
- Jasny i kolorowy wyświetlacz TFT
- 560 godzin przechowywania trendów
- Wizualne i akustyczne alarmy
- Antybakteryjne przyciski

Zakres pomiarowy:

- Saturacja (SpO2): 0 - 100 [%]
- Puls (PR): 20-300 [bpm]
- Indeks perfuzji (PI): 0,1 - 20 [%]

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30 dot. pozycji XIII- plecak ratunkowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plecaka ratunkowego o parametrach :

Ergonomiczny i wysokiej jakości plecak z ampularium na 160 ampułek, dedykowany dla ratowników medycznych i lekarzy. Plecak wykonany z Cordury (opcjonalnie z PLANu) posiada wiele kieszeni oraz taśm elastycznych do odpowiedniego rozmieszczenia wyposażenia.

Wewnątrz wzmocnionej stelażem komory głównej znajdują się zasobniki kodowane kolorami, które można przyczepić do ściany plecaka za pomocą taśmy samozaczepnej.

Kodowane kolorami zasobniki mają przezroczyste wieka inspekcyjne oraz kieszonki na opis. Chowane szelki plecaka posiadają wewnątrz siatkę dystansującą, pas piersiowy oraz pas biodrowy.

Wymiary maks. plecaka: wys.60 cm x szer.50 cm x gł.30 cm

Waga: 5 kg

W zestawie ampularium na 160 ampułek oraz kolorowe zasobniki z przezroczystym wiekiem i kieszonką na opis.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 31 dot. pozycji III – Krzeselko kardiologiczne

1. Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w hamulce na kółkach przednich?
2. Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne o udźwigu 180kg.?
3. Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w nierozkładalne podparcie pod stopy?
4. Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w 3 pasy poprzeczne, które wystarczają do bezpiecznego transportu pacjenta po schodach.
5. Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w nierozkładalną rękojeść z tyłu?
6. Czy Zamawiający dopuści krzeselko wyposażone w teleskopowo wysuwane ręczki przednie ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.

Wszelkie dopuszczenia i zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania i modyfikacji należy uwzględnić w składanych ofertach.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik Nr 2a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór umowy) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun

Z poważaniem